

DEZ/1824/2024

Jelenia Góra 13.12.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa wyrobów medycznych specjalistycznych
na potrzeby Oddziału Chirurgii Naczyniowej
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/52/10/2024**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Zamawiający poniżej przesyła treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 18

Pakiet Nr 1

Pakiet nr 43., Lp. 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

Prosimy o dopuszczenie protez wyłącznie z triklosanem i solami srebra

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również protezy z triklosanem i solami srebra. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet Nr 2

Pakiet nr 43., Lp. 8.0

Prosimy o dopuszczenie protez wyłącznie o średnicach 6 do 10mm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również protezy o średnicach 6 do 10 mm. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pakiet Nr 3

Pakiet nr 42

Prosimy o dopuszczenie protez bez wymogu: możliwość minimum jednokrotnej resterylizacji potwierdzona w oryginalnej instrukcji producenta

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak w pytaniu. Zmiany należy zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu wcześniej udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz