

L.dz. W/480/2023/DZP

Olsztyn, 13.04.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 5

Dotyczy: postępowania nr 80/2023/PN/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności oraz dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, działając na podstawie art. 135 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1 (dotyczy części nr 2):

Dotyczy część 2 Cyfrowy aparat RTG z wywołarką.

W związku z błędem pisarskim dotyczącym rozdzielczości min 2500x3000 pixeli proszę o dopuszczenie detektora w rozdzielczości min. 2000x25000 pixeli. Wynika to z wymaganego rozmiaru detektora.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Z poważaniem,

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Dorota Borkowska