



Wrocław, 12.05.2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław**

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów okulistycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki, znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.10.2021.

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dalej SWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 5 pozycji 1- Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:

Soczewka wewnątrzgałkowa monofokalna, zwijalna, jednoczęściowa, wykonana z akrylu hydrofilnego, filtr UV, współczynnik refrakcji 1.459 w 35 C , stopień uwodnienia. Cztery haptyki narożne z otworami fenestracyjnymi. Znaczniki poprawności położenia soczewki na obwodzie części optycznej. Konstrukcja zwiększająca docisk tylnej powierzchni części optycznej soczewki pod wpływem kurczącej się torby. Optyka asferyczna, bezaberracyjna o stałym zakresie mocy na całej części optycznej. Ostra krawędź o promieniu poniżej 5 mikrometrów.

Angulacja 0 stopni. Średnica całkowita: 11.0mm w zakresie od -10.0D do 15.0D, 10.7mm w zakresie od 15.5D do 22.0D oraz 10.5mm w zakresie od 22.5D do 40.D

Średnica części optycznej: 6.0mm. Zakres mocy od -10.0D do +40.0D, krok co 0.5D w zakresie od 10.0D do 30.0D, w pozostałych zakresach co 1.0D. Soczewka pakowana fabrycznie do kartridża. Implantacja przez cięcie 1.6mm (z przyłożenia), 1.8mm (przez port), 2.0mm (do komory). W zestawie jednorazowy injector?

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5 pozycji 2- Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o parametrach wymienionych poniżej:

Materiał wiskoelastyczny dyspersyjny, stężenie 2% hialuronianu sodu i 2% chondroityny siarczanu. Masa cząsteczkowa 3 mln Da (mln Daltonów), lepkość 40 000 +15 000mPa-s, osmolarność 340-400 mOs/kg, temperatura przechowywania 2°-25°C.

Objętość ampułkostrzykawki 1,0ml, wstrzykiwany do komory przedniej przy zabiegu fakoemulsyfikacji ?

Odpowiedź na pytanie nr 4-5: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 5 pozycja 3- Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 3 do osobnego pakietu co pozwoli większej ilości wykonawców na udział w postępowaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 – _Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z wyrobem medycznym przetłumaczonej ulotki w języku polskim? Oferowane wyroby medyczne posiadają ulotki w języku angielskim.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 – do pakietu nr 6 - _Czy Zamawiający dopuści osłonę rogówki do zabiegów okulistycznych wykonanej w całości z PMMA z wbudowanym uchwytem?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 – do pakietu nr 10 -_Czy Zamawiający dopuści implanty oczodołowe wykonane z polietylenu o ultra wysokiej gęstości o średnicach 18mm, 20mm, 22mm z integrowaną platformą do mocowania mięśni ?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z upoważnienia

KOMENDANTA

4. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
SP ZOZ we Wrocławiu

mgr Piotr STRAK

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)