



Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej
Komendant
Pan płk Waldemar Pawelec

Celestynów, 13 września 2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę opatrunku na rany penetracyjne klatki piersiowej” – sprawa nr WOFITM/67/2024/TP

Na podstawie z art. art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

czy zamawiający wyraża zgodę aby próbki były identyczne jak dostarczany produkt ale z innym numerem LOT (jako że będą pochodzić z różnych okresów produkcji)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z paragrafem 17 ust. 3 Załącznika nr 4 do SWZ w przypadku dostawy opatrunków podlegających uprzedniej procedurze badania próbek, których numer seryjny będzie inny niż numer seryjny badanej próbki Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą cztery dodatkowe opatrunki w celu ponownego przebadania próbek, w tym celu stosuje się odpowiednio postanowienia SWZ.

Komendant
/-/ płk Waldemar Pawelec