



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, dnia 23.08.2023r.



EZP 334/2023

**Wszyscy Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**



**dot. Przetargu nieograniczonego nr D-36/2023 w przedmiocie zamówienia pn.: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika Nr 2 do SWZ dot. Pakietu Nr 16 ppkt. C i wykreśla błędny zapis o następującej treści:

„ C. Cewniki przedłużające

Warunki:

- długość systemu minimum 150cm, długość kanału przedłużającego cewnika minimum 25 cm
- dostępne rozmiary 6F i 7F lub szerszy zakres
- światło wewnętrzne cewnika minimum 0,056" dla 6F i 0,062" dla 7F
- miękka atraumatyczna końcówka
- markery widoczne w skopii RTG na dystalnym końcu i w miejscu wejścia do światła cewnika przedłużającego
- cewnik wykonany w technologii zmniejszającej ryzyko zahaczenia o urządzenie przy wprowadzaniu przewodników, balonów, stentów czy mikrocewników - wszystkie elementy metalowego zbrojenia cewnika zatopione w powłoce polimerowej
- wysoka odporność na złamania przy zachowanej dużej elastyczności i dobrym pokonywaniu zakrętów przez cewnik”



Szpital  
bez bólu

Z poważaniem  
Zastępca Dyrektora  
ds. ekonomiczno-finansowyc.  
Główny Księgowy  
*Joanna Brzek*  
mgr Joanna Brzek