



WszSL.FZ.381./31/219/2022

Legnica 27.04.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy:**

**Postępowania przetargowego O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH  
znak sprawy: WSzSL/FZ-31/22**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021poz.1129 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

**Dotyczy Części 3**

**Pytanie 1** - Zamawiający w Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia określił rok produkcji na 2022.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nowe, nie rekondukcjonowane, nie powystawowe wyprodukowane pod koniec 2021 roku?

W związku z pandemią i problemami z dostawami oraz brakiem możliwości przewidzenia trudności w transporcie i zakłóceniami w procesie produkcyjnym w celu zabezpieczenia dostępności sprzętu dysponujemy urządzeniami jeszcze z rokiem produkcji 2021. Zaznaczamy, że urządzenia te nie różnią się w żaden sposób od urządzeń, które miały by np. rok produkcji 01.2022.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Dotyczy Części nr 3 - Ultrasonograf z 3 głowicami**

**Pytanie 2 -pkt 3** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG mobilny, wyposażony w układ jezdzny składający się z czterech niezależnych, obrotowych kół, z możliwością blokowania każdego z nich, lecz z manualną regulacją wysokości?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 3 -pkt 4** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG o wadze wynoszącej 64 kg?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ.**

**Pytanie 4 -pkt 6** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością pracy na wbudowanej baterii do 120 minut?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ.**

**Pytanie 5 -pkt 7** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat wyposażony w monitor LCD o przekątnej 21,5 cala oraz rozdzielczości 1920x1080 bez funkcji sterowania dotykkiem?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ.**

**Pytanie 6 -pkt 9** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego start systemu do momentu pełnego uruchomienia urządzenia wynosi około 90 sekund?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ.**

**Pytanie 7 -pkt 10** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego czas wyłączenia systemu wynosi około 30 sekund?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ.**



**Pytanie 8 -pkt 12** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez dodatkowego konektora sond lecz standardowo wyposażony w trzy aktywne porty głowic obrazowych?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 9 -pkt 17** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z zakresem regulacji siły akustycznej w zakresie od 50 do 100%?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 10 -pkt 18** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z 7 ustawieniami prędkości prezentacji w trybie M- mode?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 11 -pkt 22** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez automatycznego ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 12 -pkt 25** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez automatycznego doboru wielkości bramki dopplerowskiej i jej pozycji w trybie PW?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 13 -pkt 28** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością zapamiętania 10 s obrazów w pamięci Cine memory?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 14 -pkt 30** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez funkcji przełączania widoku do trybu pełnoekranowego?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 15 -pkt 34** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwość instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**



**Pytanie 16 -pkt 37** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG wyposażony w głowicę liniową, której zakresem częstotliwości pracy wynosi od 2 do 12 MHz?

**W odpowiedzi na pytanie: : Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 17 -pkt 42** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego głowica liniowa nie jest wyposażona w przyciski pozwalający na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 18 -pkt 49** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego głowica convex nie jest wyposażona w przyciski, pozwalający na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 19 -pkt 53-** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z wbudowanym dyskiem HDD o pojemności 500 GB?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 20 -pkt 59** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości archiwizacji danych w „chmurze”?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 21** - Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, żeby aparat USG posiadał klasyczny pulpit sterowniczy, wyposażony w potencjometry i przyciski.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie stawia takiego wymogu.**

**Pytanie 22** - Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy aparatu USG o opcję obrazowania anatomicznego M- mode – obraz uzyskiwany z 3 niezależnych kursorów.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ.**

**Pytanie 23** - Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, żeby aparat USG był wyposażony w monitor o rozdzielczości FULL HD, co ma znaczący wpływ na jakość obrazowania

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ.**

**Pytanie 24** – Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, żeby aparat USG był wyposażony w obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD), które pozwala na sprawne przeprowadzenie diagnostyki chorób oraz jest kluczowe dla szybkości pracy użytkownika.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował zapis SWZ.**

**Pytanie 25** – Czy Zamawiający nie uważa, że nowoczesny ultrasonograf wysokiej klasy powinien posiadać dostępną na rynku najnowszą generację obrazowania Dopplerowskiego tj. rozszerzonego obrazowania w trybie Color Doppler o wysokiej czułości i rozdzielczości znacznie przewyższającej obrazowanie z wykorzystaniem klasycznego kolorowego Dopplera? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał obrazowania tego typu,



które obecnie jest już standardowym wyposażeniem ultrasonografów najnowszej generacji? Wnosimy o dodanie podpunktu: „Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach”.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wymaga takiego obrazowania lecz dopuszcza aparat z wyżej opisanym rozwiązaniem.**

**Pytanie 26** – Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby aparat USG został wyprodukowany w 2022 roku.

**W odpowiedzi na pytanie: Tak.**

**Dotyczy Części 5**

**Pytanie 27** –Czy Zamawiający wyrazi zgodę na hak automatyczny według poniższego opisu?



L.P.	Opis parametru	Ilość
1	Klamra montażowa z mechanizmem sprężynowym z wajchą (ZAMKNIĘTE/OTWARTE) montowana do stołu błyskawicznie przez 3-6 warstwy obłożenia. Montaż bez dokręcania, bez śruby. Ścisłe, 100% dopasowanie klamry do szyny stołu (25x10mm), 100% stabilność.	1
2	Statyw wykonany z monolitu bez elementu ograniczającego od góry, z możliwością przedłużenia, montowany do klamry montażowej na sterylnej, długość 350mm, średnica 12mm	1
3	Wysięgnik montowany do klamry, długość 50cm, śr. 16 mm, stabilny, z blokadą zabezpieczającą przed zsunieniem się klamry	1
4	Element rozgałęźnik do dwóch ramion, długość 22cm, montowany na wysięgniku, 3 blokady na końcach rozgałęźnika zabezpieczające przed zsunieniem się ramion	1
5	Ramiona boczne haka typu MINI, 30cm, podwójnie łamane, symetryczne względem osi środkowej, z blokadą zabezpieczającą przed zsunieniem się klamry	2
6	Ramiona boczne haka typu ORTHO, 40cm, podwójnie łamane, symetryczne względem osi środkowej, z blokadą zabezpieczającą przed zsunieniem się klamry	2
7	Dwupłaszczyznowa klamra montażowa do statywu i ramienia wysięgnika jednocześnie, składająca się z dwóch dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ. Klamra służy do wybrania wysokości, a także ustawienia kąta wysięgnika. Klamra współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12mm a także z wysięgnikiem o śr. 16mm. Izolacja z materiału PEEK w otworze do statywu, a także u podstaw dźwigni	1
8	Klamra wspomagająca składająca się z dźwigni z funkcją ZAMKNIJ/OTWÓRZ, współpracuje z wysięgnikiem o śr. 12mm, a także z wysięgnikiem o śr. 8mm; klamry wspomagające posiadające automatyczną blokadę pozycji umożliwiającą ustabilizowanie haka, jak i samej klamry w dowolnej pozycji, zapewniające stabilność ustalonego poziomu	3
9	Klamry – jednoelementowe klamry zaciskowe z dźwignią ZAMKNIĘTE/OTWARTE do zamontowania ostrza, do wielopłaszczyznowego ustawienia, po wybraniu funkcji OTWARTE klamry pozostają na ramieniu haka, nie zsuwają się, montaż klamry na ramieniu błyskawiczny w oparciu o system "click"	6
10	Uchwyt do ostrza z funkcją NACIŚNIJ-OBROT-ZAMKNIJ, błyskawiczny montaż ostrzy bez ściągania uchwytu z ramienia haka, możliwość wyboru przez operatora czy dane ostrze ma być używane w pozycji ustalonej, czy też w pozycji obrotowej, ruchomej, długość 20cm	6
11	Jednoelementowy hak powłokowy, obrotowy typu Kirschner, podgięty, 90mm/80mm	2
12	Jednoelementowy hak obrotowy Deaver, 70mm/200mm	2
13	Jednoelementowy hak obrotowy typu Langenbeck, podgięty, 50mm/150mm	1
14	Autoklawowalne ramię do haka wątrobowego, łamane w dwóch miejscach, umożliwiające ruch haka, wraz z klamrą mocującą do stołu	1
15	Hak wątrobowy fi 5 mm, rozmiar "small"	1
16	Zestaw: wanna do kontenera aluminiowego 1/1 wymiar zew. 600*272*138 mm, wym wew. 543*258*132 mm, waga 2205 g, z uchwytem na tabliczki identyfikacyjne, z rączkami blokującymi się pod kątem 90°; z pokrywą do wanny kontenera sterylizacyjnego 1/1, o wymiarze 602*285 mm, waga 1830 g, z BioBarierą, kolor pokrywy do wyboru z palety barw producenta: srebrny, żółty, zielony, niebieski, czerwony, czarny; kosz stalowy z blachy perforowanej o wymiarze 540*253*80 mm z nożkami plastikowymi o wysokości 10 mm, z matą silikonową typu jeż	1

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.



Dotyczy Części 6

**Pytanie 28** – Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części nr 6 do 16 tygodni od złożenia zamówienia?

Przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie a sprzęt którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 29** – Dotyczy wymaganego okresu gwarancji min. 24 m-cy. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany minimalnego okresu gwarancji na 12 miesięcy dla pakietu nr 6. Zapewnienie tak długiego, min. 24 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztu instrumentów, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.

**W odpowiedzi na pytanie: Zapisy SWZ zostały zmodyfikowane.**

**Pytanie 30** – Czy z uwagi na fakt, że nie będąc producentem mamy ograniczony wpływ na zdolność zapewnienia produkcji czy sprzedaży części zamiennych przez okres minimum 10 lat, Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie tego okresu dla części nr 6 na 5 lat ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje SWZ w Załączniku 2 (Karta Gwarancyjna) w zakresie § 2 pkt. 10 - dotyczy projektu umowy- Część 6.**

**Pytanie 31** – Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian

**W odpowiedzi na pytanie: Tak.**

**Pytanie 32** – Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej z tytułu nieterminowej naprawy, w przypadku, gdy Wykonawca dostarczy i uruchomi sprzęt zastępczy o tych samych funkcjonalnościach?

**W odpowiedzi na pytanie: Tak**

**Pytanie 33** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia wad dla części nr 6 w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni roboczych?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje §3 pkt. 4a. w Załączniku 2 (Karta Gwarancyjna) dla Części 6.**

**Pytanie 34** – Czy strony dopuszczają możliwość zmiany sprzętu medycznego, jeżeli w trakcie realizacji umowy, okaże się, że zaproponowany model nie jest już dostępny na rynku (został wycofany z produkcji), pod warunkiem, że Wykonawca proponuje model o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie oraz w takiej samej cenie?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zapisanego w warunkach gwarancji §2 ust. 4b) do 14 dni roboczych?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę modyfikując jednocześnie §3 pkt. 4b**

**Pytanie 36** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zapisanych we wzorze umowy dla części nr 6- §5 ust. 1. a) z 5% na 2% ?.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy projektu umowy dla Części nr 6- §5 ust. 1. a). Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w § 5 pkt. 3 zawarł zapis, iż „Wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1.”**



**Pytanie 37** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kar umownych zapisanych w warunkach umowy dla części 6-§5 ust. 1.c)?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy projektu umowy dla Części nr 6 w §5 ust. 1. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w § 5 pkt. 3 zawarł zapis, iż „Wysokość nałożonych na Wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1.”

### Dotyczy Części 3

**Pytanie 38** – pkt. 6- Czy dopuście Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, z możliwością pracy na zasilaniu bateryjnym do 1 godziny?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 39** – pkt 7- Czy dopuście Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, wyposażony w dotykowy monitor LCD o wielkości 14” i rozdzielczości 1920x1080 pixeli?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 40** – pkt 12- Czy dopuście Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, który nie ma możliwości podłączenia konektora sond umożliwiający podłączenie co najmniej 3 głowic?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 41** – pkt 25- Czy dopuście Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, bez automatycznego doboru wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 42** – pkt 32- Czy dopuście Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, bez regulacji wzmocnienia LGC?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 43** – pkt 34- Czy dopuście Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, bez możliwości instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 44** – pkt 36- Czy dopuście Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, wyposażony w głowicę liniową o zakresie częstotliwości od 3,4 – 12 MHz, szerokości pola skanowania 39 mm, bez przycisków pozwalających na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu.

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 45** – pkt 43- Czy dopuście Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, wyposażony w głowicę convex o zakresie częstotliwości od 2,0 – 5,0 MHz, bez przycisków pozwalających na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu.

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 46** – pkt 50- Czy dopuście Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, wyposażony w głowicę sektorową o zakresie częstotliwości od 1,1 – 4 MHz?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 47** –pkt 53- Czy dopuście Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, wyposażony w wbudowany dysk SSD o pojemności 128 GB?



W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

**Pytanie 48** –pkt 59 - Czy dopuścicie Państwo do przetargu ultrasonograf renomowanego producenta, bez możliwości archiwizacji w „chmurze”?

W odpowiedzi na pytanie: **Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 49** – Czy Zamawiający, nie uważa iż ultrasonograf przeznaczony do pracy na oddziale intensywnej terapii nie powinien posiadać oprogramowania do automatycznego zliczania linii B w diagnostyce płuc? Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wymogu posiadania przez zaoferowany ultrasonograf oprogramowania do automatycznego zliczania linii B?

W odpowiedzi na pytanie: **Zamawiający informuje, iż nie wymaga takiego obrazowania lecz dopuszcza aparat z wyżej opisanym rozwiązaniem.**

**Pytanie 50** – Czy Zamawiający, nie uważa iż ultrasonograf przeznaczony do pracy na oddziale intensywnej terapii nie powinien posiadać oprogramowania do automatycznego pomiaru VTI i CO, niezbędnych w monitorowaniu prawidłowej pracy serca ? Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wymogu posiadania przez zaoferowany ultrasonograf oprogramowania do automatycznego pomiaru VTI i CO?

W odpowiedzi na pytanie: **Zamawiający informuje, iż nie wymaga takiego obrazowania lecz dopuszcza aparat z wyżej opisanym rozwiązaniem.**

#### Dotyczy Część 4

**Pytanie 51** – Czy (pkt 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego leże podzielone na 4 segmenty (w tym trzy segmenty ruchome) wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG

W odpowiedzi na pytanie: **Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 52** – Czy (pkt 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wyprofilowane w tworzywowej osłonie podstawy miejsce na butlę z tlenem?

W odpowiedzi na pytanie: **Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 53** – Czy (pkt 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego długość całkowitą 210 cm?

W odpowiedzi na pytanie: **Zamawiający informuje, iż wyraża. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 54** – Czy (pkt 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary leża (przestrzeni dla pacjenta) o długości 196 cm i szerokości 65,5 cm?

W odpowiedzi na pytanie: **Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 55** – Czy (w pkt 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego system napędowy wyposażony w automatyczną funkcję „czuwania” aktywowaną po max. 10 sek.?

W odpowiedzi na pytanie: **Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 56** – Czy (pkt 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w funkcję dodatkowego 5-tego koła o średnicy 125 mm oraz cztery koła o średnicy 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą, koła pełne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem?

W odpowiedzi na pytanie: **Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**





**Pytanie 57** – Czy (pkt 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym system napędowy wyposażony jest w diody LED wskazujące poziom naładowania akumulatora?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 58** – Czy (pkt 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez możliwości odłączenia systemu napędowego?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 59** – Czy (pkt 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne stalowe, lakierowane proszkowo o wysokości 39 cm i długości 140 cm z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie oraz nie rysującą ścian; barierki boczne składane wzdłuż ramy leżą poniżej poziomu materaca w celu zminimalizowania przerwy transferowej; wózek wyposażony w uchwyty do pchania / ciągnięcia wózka znajdujące się w szczycie od strony głowy i nóg, przy czym barierki boczne także mogą służyć jako uchwyty ułatwiające manewrowanie wózkiem?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 60** – Czy (pkt 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z 2 stron za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 58 – 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ**

**Pytanie 61** – Czy (pkt 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego segment pleców regulowany manualnie ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 75°?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 62** – Czy (pkt 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego 2 segmentowe leże całkowicie przeziernie dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) z możliwością włożenia kasy RTG tylko od strony wezglowia?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 63** – Czy (pkt 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego prześwit między platformą leża, a ramą wózka umożliwiającą łatwe i bezpieczne wprowadzanie kasy RTG od strony wezglowia (bez podawania konkretnego wymiaru w cm)?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 64** – **W odpowiedzi** Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym taca na kasę RTG posiada specjalne paski ułatwiające pozycjonowanie kasy RTG (bez konieczności używania w tym celu podziałki) - dzięki takiemu rozwiązaniu radiolog widzi dokładne umiejscowienie kasy RTG?

**na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 65** – Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pozycję Trendelenburga w zakresie 15° i anty-Trendelenburga w zakresie 14° regulowaną hydraulicznie przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**



**Pytanie 66** – Czy (w pkt. 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nie zintegrowaną półkę na dokumenty medyczne od strony nóg pacjenta?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 67** – Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego listwy odbojowe po bokach wózka oraz krążki odbojowe zabezpieczające naroża wózka?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 68** – Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego klasę szczelności IP54?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

**Pytanie 69** – Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac wykonany z pianki o gęstości 30 kg/m<sup>3</sup>, w pokrowcu poliuretanowym zwiększającym wytrzymałość na środki chemiczne, nieprzemakalnym, paroprzepuszczalnym, zabezpieczony przed przedostawaniem się płynów do wnętrza materaca, dopinany na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości 10 cm, ognioodporny (IIM) o udźwigu 320 kg, przezierny dla promieni RTG, materac mocowany za pomocą pasków (zatrząsków / klamer mocujących) do wyprofilowanych w leżu uchwytów w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

**W odpowiedzi na pytanie:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

#### Uwaga!

- 1) Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
- 2) Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, który zostaje wyznaczony na 23.05.2022r. godziny bez zmian.
- 3) Zamawiający informuje, iż koryguje omyłkowo wprowadzony opis przedmiotu zamówienia w Załączniku 2A do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w Części I Tabela A pkt.19.
- 4) Niektóre ze zmian w SWZ wprowadzono czcionką koloru niebieskiego.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

*Anna Piotnicka-Mieloch*