

COZL/DZP/AS/3411/PN-93/22

Lublin, dnia 20.09.2022 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym na :

„Dostawa jednorazowego retraktora pierścieniowego, drenów wielorazowych do pompy laparoskopowej, drenów silikonowych oraz uchwytów do lamp operacyjnych na potrzeby COZL”

(znak postępowania: COZL/DZP/AS/3411/PN- 93/22)

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Część 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze CH 27, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Proponowany dren ma średnicę mniejszą od oczekiwanego o 0,33mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Część 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze CH 33, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Proponowany dren ma średnicę mniejszą od oczekiwanego o 0,33mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pytanie: (Dot. wzoru umowy)

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla



W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostawy po złożeniu zamówienia do 4 tygodni - dot. zad 4.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli
mgr Marlena Koziej

STARSZY SPECJALISTA
Działu Zamówień Publicznych
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr Agnieszka Studzińska