

Poznań 30 sierpnia 2024

Wyjaśnienia treści swz:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (zwanego dalej Postępowaniem) pod nazwą: „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO - Pantomograf cyfrowy z cefalometrią, Duplikator (wypalarką wyników cd), Zębowy cyfrowy aparat punktowy”

Znak sprawy: WSPL Zam. Publ. Nr. 23/24

Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w podanym poniżej zakresie:

Pantomograf cyfrowy z cefalometrią

Pytanie nr 1 dot. zał. nr 1 do SWZ , pkt. 22

Czy Zamawiający dopuści do oferowania urządzenie wyposażone w równoważne, a nawet lepsze rozwiązanie - Autofocus, który automatycznie pozycjonuje obszar pantomograficzny i ustawia warstwę obrazowania na podstawie punktów orientacyjnych anatomii pacjenta i zapewnia bezbłędne pozycjonowanie pacjentów?

Odp. Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2 dot. zał. nr 1 do SWZ , pkt. 45

Czy Zamawiający oczekuje, aby funkcja była dostępna w zamawianym urządzeniu, czy aby do aparatu można byłoby dodać tą funkcję w prosty sposób w dowolnym momencie w przyszłości?

Odp. Zamawiający oczekuje, aby do aparatu można byłoby dodać tą funkcję w prosty sposób w dowolnym momencie w przyszłości.