



Opole, 16.11.2023r.

Nr sprawy: NZ.2810.64.2.2023.TP.AD

WYJAŚNIENIA 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy PZP (Dz.U.2023 poz.1605 z późn. zm.) w trybie podstawowym, z możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia pn. „**Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu.**” Nr postępowania **NZ.2800.64.2023-TP**

Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2023 poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytania I

Pytanie 1

Dotyczy umowy § 10 KARY UMOWNE ust. 1 ppkt. 1. 1 i 1.2. ,1.5 - Prosimy o zmianę zapisu - tj. wskazanie „zwłoki w realizacji. zwłoki w usunięciu” jako ewentualnej podstawy odpowiedzialności Wykonawcy. Zgodnie z przepisem art. 433 pkt 1) ustawy pzp, warunki umowy, co do zasady, nie mogą określać odpowiedzialności wykonawcy z tytułu opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłokę” i zmodyfikował Załącznik 2 – Projekt Umowy w dniu 14.11.2023r.

Pytanie 2

Dotyczy umowy § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt. 1.1 - Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia do 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Projektu Umowy.

Pytanie 3

Dotyczy umowy § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt. 1.2. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wad lub nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze do wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia powstałego z wyłącznej winy Wykonawcy liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub nieprawidłowości z zastrzeżeniem ust. 1.1, 1.4, 1.5, 1.7,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Projektu Umowy.

Pytanie 4

Dotyczy umowy § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt. 1.5 - Wykonawca wyjaśnia, iż nie praktykuje się w branży naliczania kar umownych „za godzinę opóźnienia”, zwłaszcza, że zazwyczaj Wykonawca jest w stanie realizować czynności związane z naprawą w „zwykłych” godzinach pracy Zamawiającego, co czyni karę naliczaną w ten sposób co najmniej częściowo bezzasadną (za zwłokę w godzinach wieczornych i nocnych). Jednocześnie wysokość kary za każdą godzinę generuje po stronie Wykonawcy ryzyko finansowe, które będzie podlegało wkalkulowaniu w cenę ofertową, co finalnie nie będzie korzystne dla Zamawiającego. Prosimy zatem o następującą zmianę "a opóźnienie w usunięciu awarii Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonych w tych postanowieniach terminów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Projektu Umowy.

Pytanie 5

dotyczy umowy § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt. 1.6

Prosimy o obniżenie łącznej wysokości kar umownych do 20% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Projektu Umowy.



Pytania II

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Punkt 7, podpunkt a

Zamawiający wymaga sporządzenia protokołu z przeglądu technicznego wg wzoru nr 2 do umowy. Załącznik nr 2 nie został udostępniony Wykonawcy. Czy zamawiający udostępni wyżej wspomniany załącznik?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Projektu Umowy § 3 ust. 10 Wykonawca każdorazowo sporządzi i przedłoży Zamawiającemu protokół z przeglądu technicznego. Wzór protokołu sporządza Wykonawca. Zapis w OPZ stanowi omyłkę pisarską, Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – Punkt 16.

Prosimy o zgodę na zmianę godzin wsparcia technicznego od 8:00 do 16:00. Podane godziny są standardowym czasem pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z OPZ - Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik SWZ, Punkt VIII , podpunkt 4 - 4.1.

Czy Zamawiający zmieni sposób oceny oferty dla zadania 11 w taki sposób jak dla zadań nr 4,5,16,25,25,29?

Przyznanie punktów za autoryzację wyrównuje szanse przedsiębiorców przystępujących do postępowania. Podmioty nieautoryzowane w swojej działalności nie ponoszą wysokich kosztów związanych z przestrzeganiem zaleceń wytwórcy sprzętu medycznego (w szczególności: nie szkołą inżynierów serwisowych w surowym reżimie bezpieczeństwa i częstotliwości, nie używają oryginalnych części zamiennych zalecanych przez wytwórcę, nie posiadają praw do używania własności intelektualnej polegającego na instalowaniu najnowszych wersji oprogramowania aplikacyjnego i diagnostycznego podczas przeglądów technicznych).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:

- 1) Zmianę w Załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Termin składania ofert: na 20.11.2023r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert : na 20.11.2023r. godz. 11:05

Termin związania wykonawcy ofertą: na 19.12.2023r.

Opracowali:

K. Plebanek
K. Wojdyła
A. Krysztofiak
A. Dudzińska

Zatwierdził:

Marek Staszewski
Dyrektor

Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
/dokument podpisany elektronicznie/