

Szpital Wojewódzki
im. Św. Łukasza w Tarnowie SPZOZ
ul. Lwowska 178a
33-100 Tarnów

SWLOG:271.MJ.02. ¹⁷⁵ /2024 Tarnów dn., 15/01/2024r
Dotyczy: dostawa : zakup, dostawa: Rękawice Medyczne j.u. wg. N/w Zakresów 1-14
dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Nr sprawy 2/2024.

W odpowiedzi na pytania z dnia 12 stycznia 2024 roku zamawiający wyjaśnia:

1. **Zakres 3 poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic mikrochirurgicznych, gładkie z wykończeniem z mikroteksturą, o grubości ścianki na palcu: $0,19\text{mm} \pm 0,02\text{mm}$, na dłoni $0,19\text{mm} \pm 0,03\text{mm}$, mankiecie: $0,16\text{mm} \pm 0,02\text{mm}$, poziom protein lateksowych max. $30\mu\text{g/g}$ wg EN 455-3, przebadane na 70% etanol i 99% izopropanol wg EN ISO 374. Pozostałe wymagania zgodne.
Odp. Tak dopuszczamy.

2. **Zakres 11 poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji rękawic diagnostycznych, lateksowych, bezpydrowych, niesterylne – surowiec – lateks (kauczuk naturalny). Kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń. Powierzchnia: zewnętrzna teksturowana na końcach palców, wewnętrzna chlorowana. Długość min.: 240mm. Grubość ścianki: na palcu min.: $0,12\text{mm}$., na dłoni min.: $0,10\text{mm}$, na mankietach min.: $0,07\text{mm}$. $\text{AQL} \leq 1,5$. Poziom protein lateksu max. $30\mu\text{g/g}$. Siła zrywu przed starzeniem min.: 7N. Klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne z normami: EN 455(1-4), EN ISO 374-1;2;4;5, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604) oraz na przenikanie substancji chemicznych, wykonane zgodnie z EN 16523-1. Na opakowaniu fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR i PPER, zgodność z normami, fabrycznie wymagany poziom AQL, datą produkcji, ważności i numerem serii?
Odp. Tak dopuszczamy.

3. **Zakres 14 poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic do przygotowywania leków cytostatycznych, o długości min. 295mm. Pozostałe wymagania zgodne.
Odp. Tak dopuszczamy.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Aneta Czech

SPECJALISTA
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Małgorzata Pachet

DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hryszko