

COZL/DZP/AK/3411/PN-137/24

Lublin, dnia 22.11.2024 r.

„Dostawa asortymentu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego COZL.”

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320), Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Pakiet 1

Czy zamawiający w zadaniu 1 ma na myśli FREKA FKJ 9 Ch- zestaw do śródściennej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego, długość 75 cm, średnica zewnętrzna 2,9 mm, średnica wewnętrzna 1,9 mm, wykonany z poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2:

Część 7, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści dreny silikonowe z perforacją na odcinku około 15 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3:

załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy

Część 6 – Dreny, przewody

Czy ze względu na zakończenie produkcji asortymentu z pozycji 1 tj. drenów wielorazowych do pompy laparoskopowej Hysteroflow I, Zamawiający dopuści dreny jednorazowe pakowane zbiorczo w opakowania po 10 sztuk?

Zaoferowane dreny będą w pełni kompatybilne z w/w pompą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, o ile inne parametry pozostaną bez zmian. Powyższe należy uwzględnić w Kosztorysie Ofertowym.

Pytanie 4:

załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy

Część 6 – Dreny, przewody

Czy w pozycji 3 nie doszło do omyłki pisarskiej w wymogu kompatybilności, ponieważ w ofercie firmy Olympus nie ma diatermii ESG-40? Jest natomiast diatermia o symbolu ESG-400.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający miał na myśli diatermię ESG-400.

Pytanie 5:

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy

paragraf 6 punkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie przekraczała 20% kwoty o której mowa w § 3 ust.1 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ