

Konin, dnia 21.06.2023 r.

**WSZ-EP-14/730/2023**

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: **Dostawa wyposażenia – aparatury medycznej i innych wyrobów stanowiących jej wyposażenie w ramach projektu pt. „Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie”**

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust.6 ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr. 1**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. I. 2.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie jednopozoomowego zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych.

Zaproponowane rozwiązanie, wykorzystujące do przenoszenia koszyka specjalne ramię o regulowanej szybkości ruchu pionowego, umożliwi wydajniejszą pracę.

Po za tym, dzięki umieszczeniu wszystkich stacji na jednym poziomie, obsługa urządzenia jest dużo łatwiejsza i wygodniejsza dla operatora.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr. 2**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. I. 4.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w stacje na odczynniki o pojemność 480ml. Takie rozwiązanie, przekłada się na widoczną poprawę płynności procesu barwienia i umożliwia wydajniejszą pracę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.3 do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo—technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

### **Pytanie nr. 3**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. I. 5.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych wyposażonego w 4 stacje płuczące. Zaproponowane rozwiązanie, zapewnia bardzo wysoką wydajność na poziomie 360 szkiełek na godzinę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr. 4**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. I. 7.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych wyposażonego w 1 stację grzewczą.

Zastosowanie więcej niż jednej stacji grzewczej nie przekłada się w widoczny sposób na wydajność. Tymczasem, zaproponowane rozwiązanie w oparciu o 1 stację grzewczą, zapewnia wydajność na poziomie 360 szkiełek na godzinę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr. 5**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. I. 8.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy wymaga, aby koszyk w zintegrowanym systemie barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych umożliwił załadunek 30 szkiełek, czyli miał parametry lepsze od wymaganych. Takie rozwiązanie, przekłada się na widoczną poprawę płynności procesu barwienia i umożliwi wydajniejszą pracę.

**Odpowiedź: Zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.3. - do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo—technicznych**

### **Pytanie nr. 6**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. I. 9.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania które z uwagi na swoją konstrukcję (barwiarka liniowa) umożliwi bardzo dobry i łatwy dostęp do komory. Dodatkowe oświetlenie komory jest w tym przypadku zbędne, tym bardziej, że zwyczajowo, urządzenie tego typu, pracuje w miejscu wyposażonym w oświetlenie sufitowe, naścienne lub inne. Zaproponowane rozwiązanie, wyposażone jest natomiast w oświetlenie LED informujące Użytkownika o statusie pracy: kolor zielony – praca prawidłowa, kolor czerwony – sygnalizacja błędu. W codziennej pracy jest to zdecydowanie bardziej użyteczne rozwiązanie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 7**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. I. 10.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy wymaga aby zintegrowany system barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych pozwalał na zapamiętanie co najmniej 100 programów, a więc miał parametry lepsze od wymaganych. Takie rozwiązanie, przekłada się na widoczną poprawę płynności procesu barwienia i umożliwi Operatorowi wydajniejszą pracę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 8**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. I. 15.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania wyposażonego w jeden zewnętrzny system zasilania awaryjnego UPS (dla barwiarki i nakrywarki). Z użytkowego punktu widzenia, jest to rozwiązanie optymalne – pozwala na dowolność w wyborze, a także obniża koszty jego wymiany po zużyciu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr 9**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. I. 20.**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych, który nie wymaga stosowania dodatkowych połączeń pomiędzy jego elementami (barwiarka automatyczna i nakrywarka).

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.3 do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo—technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

#### **Pytanie nr. 10**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. II. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania które z uwagi na swoją konstrukcję (barwiarka liniowa) nie wymaga stosowania kamer CCD. Zastosowany w oferowanym rozwiązaniu, karuzelowy mechanizm poziomego transportu szkiełek w procesie zaklejania, wspólnie z mechanicznym system wyrównywania położenia szkiełka nakrywkowego bezpośrednio po jego zaklejeniu, zapewnia najwyższą precyzję procesu, niwelując ryzyko uszkodzenia szkiełka w czasie transportu i zablokowania wewnątrz urządzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr. 11**

##### **Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. II. 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania które z uwagi na swoją konstrukcję nie wymaga stosowania specjalnych szkiełek nakrywkowych, pakowanych w specjalne pojemniki.

Zaproponowane rozwiązanie jest zasadne z czysto ekonomicznego punktu widzenia. Pozwala bowiem Użytkownikowi na wykorzystanie najpopularniejszych na rynku szkiełek, a tym samym obniżyć koszt całego procesu barwienia i nakrywania – możliwość zakupu szkiełek od różnych dostawców w uzależnieniu od preferencji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.3 do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo–technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

#### **Pytanie nr. 12**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. II. 9** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie rozwiązania, które korzysta z najpopularniejszego na rynku rozmiaru szkiełek nakrywkowych (24x50). Szkiełka 24x50 mm pozwalają na zakrycie każdego rodzaju materiału, jednocześnie standaryzując proces. Zaproponowane rozwiązanie jest zasadne z czysto ekonomicznego punktu widzenia. Pozwala bowiem Użytkownikowi na wykorzystanie najpopularniejszych na rynku szkiełek, a tym samym obniżyć koszt całego procesu barwienia i nakrywania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr. 13**

##### **Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. II. 8**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych wyposażonego w pojemnik na szkiełka nakrywkowe o pojemności 200 szt., gdzie Użytkownik jest z odpowiednim wyprzedzeniem informowany o konieczności uzupełnienia szkiełek. Zastosowanie pojemnika o większej pojemności nie jest zasadne. Podnosi cenę urządzenia nie przekłada się natomiast, na wzrost wydajności procesu nakrywania. Zaproponowane rozwiązanie jest optymalne z zapewnieniem bardzo wysokiej wydajności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr. 14**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. II. 11**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych, który w sposób ciągły pobiera koszyki z preparatami po zakończonym procesie barwienia bez konieczności przetrzymywania ich w module zaklejającym. Dodatkowo zaproponowane rozwiązanie pozwala na uruchomienie procesu samego zaklejania ze bezpośrednio ze stacji załadowniczych modułu barwiącego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr. 15**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. II. 14**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w precyzyjny system kontroli dozowania substancji klejącej oparty na rozwiązaniach mechanicznych. Urządzenie posiada skalibrowany system dozowania w związku z czym nie wymaga korekcji elektronicznej ze strony użytkownika.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr. 16**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. II. 18** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w system wyładowywania nakrytych szkiełek, w pozycji poziomej bezpośrednio na aluminiowe tacki, co w jednoznaczny sposób eliminuje możliwość ponownego załadowania nakrytych szkiełek do nakrywarki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2.3 do SWZ 14/2023 – Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo–technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.**

#### **Pytanie nr. 17**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. II. 20** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania wyposażonego w jeden zewnętrzny system zasilania awaryjnego UPS (dla barwiarki i nakrywarki). Z użytkowego punktu widzenia jest to rozwiązanie optymalne – pozwala na dowolność w wyborze, a także obniża koszty jego wymiany po zużyciu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

#### **Pytanie nr. 18**

**Dotyczy: Załącznik nr. 2.1 do SWZ, Pakiet nr. 3, Pozycja nr. II. 21**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych o wymiarach: 1726 x 770 x 640 (szerokość x głębokość x wysokość /mm)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Sporządziła: S.Skrycka