



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Inowrocław, 21.11.2023 r.



EZP 483/2023

**Wszyscy Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**

dot. przetargu nr D-46/2023 Dostawę środków dezynfekcyjnych na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający działając na podst. art. 135 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 Poz.2019), przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

**Pytanie Nr 1**

**Dotyczy Pak 11, poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuści Wyrób medyczny klasy IIB. Samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchlorawego 40 ppm i podchlorynu sodu 40 ppm spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie Nr 2**

**Dotyczy Pak. 11, poz.3**

Czy Zamawiający dopuści wyrób w opakowaniu 990ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie Nr 3**

**Dotyczy Pak.11 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści Wyrób medyczny o Zawartości produktu: woda, sodu chlorek, kwas podchlorawy, sodu podchloryn, stężenie kwasu podchlorawego i podchlorynu sodu 60ppm. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 4**

**Dotyczy Pakiet 8**

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ na bazie 2 g diglukonian chlorheksydyny, 70 g alkohol etylowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 5**

**Dotyczy: Pakiet 11 poz. 1, 2 i 3**

Sporządziła: Izabela Stachowiak





**Szpital Wielospecjalistyczny  
im. dr. Ludwika Błażka  
w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Prosimy o dopuszczenie do oceny wyrób medyczny klasy III. Samobuforujący się roztwór wodny kwasu podchloraowego do 50 ppm i podchlorynu sodu do płukania i irygacji ran i owrzodzeń oraz jam ciała. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. Produkt nie wymagający wypłukania/neutralizacji z ran czy jam ciała. Może być używany do dokładnego oczyszczania wszystkich ran przewlekłych o dowolnej głębokości, takich jak: owrzodzenie w stopie cukrzycowej, wszystkie postaci owrzodzenia goleni, odleżyny, wszystkich ran ostrych, takich jak skaleczenia, ugryzienia, rany szarpane, rany pękające i otarcia, ran chirurgicznych (śródooperacyjnie i pooperacyjnie), ran z odsłonięciem chrząstek, ścięgien, więzadeł lub kości, oparzeń 1. i 2. stopnia, owrzodzenia popromiennego, przetok i ropni, jam ciała, takich jama ustna, nos i uszy, ran krytycznie skolonizowanych lub zakażonych, urazów tkanek miękkich. Możliwe podgrzewanie r-ru do 60C potwierdzone badaniami. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo -, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki – np. MRSA. Pełne spektrum bójcze – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Wysoki indeks biodegradacji i niski wskaźnik podrażnienia. Wolny od drobnoustrojów. Wielkość opakowania 1000ml

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści Spektrum działania: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie Nr 7**

**Dotyczy umowy**

Prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 3 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy. lub

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustęp 3 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności. lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



**Pytanie Nr 8**

**Dotyczy: Pakiet Nr 7 poz.1**

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 6 x 7 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie zawiera 50 sztuk gazików?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie Nr 9**

**Dotyczy: Pakiet Nr 7 poz. 1**

Proszę o odstąpienie od wymogu dopuszczenia gazików przez IMiD?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie Nr 10**

**Dotyczy: Pakiet Nr 1 poz.8, 9**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści złożenie oferty preparatu Skinsept Pur 350ml i 1L.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie Nr 11**

**Dotyczy pakiet 1 pozycja 10**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści złożenie oferty preparatu Skinsept color 1L.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie Nr 12**

**Dotyczy: Pakiet 4 pozycja 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty preparatu spełniającego wymagane parametry bez kwasu adypinowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyrażą zgody na powyższe.

**Pytanie Nr 13**

**Pakiet 4 pozycja 3**

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty preparatu spełniającego wymagane parametry ale bez opinii IMiDz który może być stosowany do mycia i dezynfekcji powierzchni w oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie Nr 14**

**Pakiet 4 pozycja 4**

Zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty gotowych do użycia chusteczek do powierzchni wrażliwych i opornych na działanie alkoholu, bez zawartości QAV, chloru.





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00



Możliwość dezynfekcji głowic USG, ekranów dotykowych. Skład: 1,5g nadtlenu wodoru. Spektrum: B, F, V, (HIV, HBV, HCV, Rota, Adeno) - do 2 min. Tbc - 5 min.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy: Pakiet 3 pozycja 2**

W zawiązku z planowanym wycofaniem preparatu Incidin foam zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty preparatu rekomendowanego jako zamiennika o nazwie handlowej Surfa Safe premium - Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działania alkoholi, gotowy do użycia, nie zawierający aldehydów. Skład: chlorek didecyldimetyloamoniowy 3mg/g, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Spektrum: B, F, V (HBV, HIV, Rota) - 2 min.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie Nr 16**

**Pakiet 5 pozycja 5**

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty preparatu aktualnie używanego w Państwa szpitalu o nazwie handlowej Sekusept Active. Pozytywna opinia producentów endoskopów trwałość roztworu 24 h, paski testowe. Przygotowanie roztw. w wodzie o temp. pokojowej. Skład: Nadwęglan sodu, TAED. Spektrum: B, F, V, Tbc, S - 15 min.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie Nr 17**

**Pakiet 6 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty preparatu obecnie używanego o nazwie handlowej Aniosyme Synergy WD ultra. Skład: Niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza), substancje pomocnicze. Stężenie od 0,03% do 1%. , rekomendowane stężenie 0,05% o pH 10,2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Z poważaniem  
Zastępca Dyrektora  
ds. ekonomiczno-finansowych  
Główny Księgowy

*[Signature]*  
mgr Joanna Błażek