



Grudziądz, dnia 27.03.2024 r.

ZP-880/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osobistych pomp insulinowych dla pacjenta (znak sprawy: Z/21/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę osobistych pomp insulinowych dla pacjenta” (znak sprawy: Z/21/PN/24), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1 - dot. Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy §1 pkt 2.4 i §4 pkt 1, Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia gwarancji:

- 48 miesięczną gwarancję na pompę i pilota
- 12 miesięczną gwarancję na pozostałe elementy dostarczane w zestawie wraz z pompą (aplikator kaniuli, baterie (akumulatory) do pompy i pilota, ładowarka do pilota i baterii pompy wraz z kablem do ładowarki)?

Obie gwarancje liczone są od dnia realizacji procedury NFZ.

Nadmieniamy iż wyposażenie pompy (aplikator kaniuli, baterie (akumulatory) do pompy i pilota, ładowarka do pilota i baterii pompy wraz z kablem do ładowarki) nie jest objęte 48 miesięczną gwarancją producenta.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 4 do SWZ jak poniżej.**

Pytanie 2 - dot. Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy §2 pkt 1.3 Zadanie nr 1

Mikro pompa insulinowa (marki Equil) – jest wyrobem medycznym klasy IIb który posiada ważny certyfikat na zgodność z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych, wprowadzonym do obrotu po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3





stycznia 2022 r. na mocy obowiązujących okresów przejściowych. Wyrób został wprowadzony do obrotu przed wejściem w życie Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (obowiązująca dla tego okresu była wówczas Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.).

Wyrób medyczny – Mikro pompa insulinowa – znajduje się w okresie przejściowym na mocy artykułu 120 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych oraz rozporządzenia zmieniającego artykuł 120 wyżej wspomnianego rozporządzenia – Rozporządzenie (UE) 2023/607.

Czy Zamawiający dopuszcza mikro pompę insulinową wprowadzoną do obrotu na podstawie powyższych dokumentów?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 4 do SWZ jak poniżej.**

Pytanie 3 - dot. Załącznik nr 6 do SWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zadanie nr 1

Ze względu na brak informacji na temat programu do sczytania danych z pompy prosimy o informację jaką ilość kabla USB Zamawiający wymaga do dostarczenia (do poradni diabetologicznej/ szpitala) wraz z pompami?

Nasz program do sczytywania danych z pompy wymaga podłączenia kabla USB do komputera. Kabel USB jest dołączony do każdego zestawu dla pacjenta oraz przekazujemy dodatkowy kabel do poradni diabetologicznej/szpitala prowadzącej terapię zgodnie z powyższym zapotrzebowaniem.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie zadania nr 1 jak poniżej.**

Pytanie 4 - dot. Załącznik nr 6 do SWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zadanie nr 1

Ze względu na brak informacji dotyczących dostarczenia zestawów infuzyjnych, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie informacji czy Zamawiający wymaga dostarczenia ww. osprzętu wraz z dostawą pomp, a jeśli wymaga, prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk dla jednej dostarczanej pompy.

Nasz zestaw infuzyjny składa się z dwóch elementów – plastra mocującego oraz kaniuli (wkłucia). W naszej ofercie znajdują się dwie długości kaniuli – 6 i 9 mm.



Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie zadania nr 1 jak poniżej.**

Pytanie 5 - dot. Załącznik nr 6 do SWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zadanie nr 1

Ze względu na brak informacji dotyczących dostarczenia zbiorników na insulinę, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie informacji czy Zamawiający wymaga dostarczenia ww. osprzętu wraz z dostawą pomp, jeśli wymaga prosimy o podanie wymaganej ilości sztuk dla jednej dostarczanej pompy.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie zadania nr 1 jak poniżej.**

Pytanie 6 – dot. Załącznik nr 4 Projektowane postanowienia umowy & 5 pkt. 2 tj. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 nastąpi po dostawie urządzeń, ich odbiorze przez Zamawiającego oraz przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pacjentów z zakresu prawidłowej obsługi urządzeń, w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.

Zgodnie z Ustawa o VAT art. 106i ust 1. Fakturę wystawia się nie później niż 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę w związku z powyższym bardzo prosimy o zmianę zapisu na „Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 nastąpi po dostawie urządzeń, ich odbiorze przez Zamawiającego w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury.” Jako Wykonawca nie mamy wpływu na termin szkolenia pacjentów.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 4 do SWZ jak poniżej.**

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków





Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawę osobistych pomp insulinowych dla pacjenta**” (znak sprawy: **Z/21/PN/24**), **w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 4 do SWZ zastępując nową treścią Załącznika nr 4 do SWZ (zmiana w zakresie: § 2 ust. 1 pkt 3), § 3 ust. 17, § 4 ust. 1, § 5 ust. 2 i 3) jak w załączeniu;
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie zadania nr 1 zastępując nową treścią Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie zadania nr 1 jak w załączeniu.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.