

Numer postępowania: D25M/251/N/54-92rj/21

Gdynia, dnia 02. 03. 2022 r.


**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Sukcesywne dostawy asortymentu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Szpitali Pomorskich Sp. z o. o.**

Szpitala Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 135 ust. 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawiają poniżej treść zapytań i wyjaśnień zapisów SWZ:

Pytanie nr 110, dotyczy zadania nr 24.1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania żelowy pozycjoner do ochrony pięt o wymiarach 320*200*13 mm wykonany z wysokiej jakości polimeru (wiskoelastomer), który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn?



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza żelowy pozycjoner do ochrony pięt o wymiarach 320*200*13 mm wykonany z polimeru typu wiskoelastomer.

Pytanie nr 111, dotyczy zadania nr 24.3:


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania żelowy pozycjoner pod tydkę / rękę o wymiarach 400x160 x 10 mm wykonany z wysokiej jakości polimeru (wiskoelastomer), który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn?

Szpitala Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 311; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu




Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza żelowy pozycjoner pod łydkę / rękę o wymiarach 400x160 x 10 mm wykonany z polimeru typu wiskoelastomer.

Pytanie nr 112, dotyczy zadania nr 24.5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania żelowy pozycjoner pod głowę o wymiarach 250 x 230 x 60 mm wykonany z wysokiej jakości polimeru (wiskoelastomer), który równomiernie rozkłada siłę nacisku pacjenta i w ten sposób niweluje przyczynę powstawania odleżyn?



Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza żelowy pozycjoner pod głowę o wymiarach 250 x 230 x 60 mm wykonany z polimeru typu wiskoelastomer.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE I STAJĄ SIĘ JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 311; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: zp@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

WYKONAWCA OFERUJĄC ASORTYMENT O PARAMETRACH DOPUSZCZONYCH NINIEJSZYM PISMEM JEST ZOBOWIĄZANY OPISAĆ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 PARAMETR DOPUSZCZONY JAKO OFEROWANY I POWOŁAĆ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 DO SWZ NA NINIEJSZE PISMO.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Beata Martyn-Mrozowska

Sporządziła: Agnieszka Ossowska


Dyrektor
Dz. Zamówień Publicznych I IT
mgr Beata Martyn-Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 359, 311; fax +48 58 72 60 338
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: zp@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu