

CRZP/308/009/D/22 ZP/69/WETI/22

Gdańsk, dnia 24.11.2022 r.

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA  
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) z dnia 24.11.2022 r.**

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1), Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) pn. „Dostawa aparatury badawczej i przyrządów pomiarowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”. ID 691339.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), informuje, że w dniu 21.11.2022 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu GCMS z zaworami zamontowanymi do pieca chromatograficznego bez dostarczania oddzielnej grzanej skrzynki zaworowej. U układach GCMS nie ma możliwości podłączenia zewnętrznej skrzynki zaworowej ze względu na brak dostępu do chromatografu gazowego ponieważ w tym miejscu podłączony jest spektrometr mas.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na system GCMS.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Pzp, informuje, że dokonuje zmiany treści SWZ:

**Zmiana nr 1:**

W załączniku nr 5 do SWZ opis przedmiotu zamówienia w części 1 pozycja 2 po wprowadzonych zmianach zawiera załącznik nr 1 do niniejszej zmiany.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega nie ulega zmianie.

Dziękuję  
  
prof. dr hab. inż. Jacek Jędrzejewski