

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 5.07.2021 roku

ZP/p/7/2021

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych”. Nr postępowania: ZP/p/7/2021.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 1


Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### Zestaw zapytań nr 1

#### Pytanie 1

Prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty cenowej tylko dla pozycji 1( maski medyczne chirurgiczne zakładane na gumki) w zadaniu nr 1 lub wydzielił maski medyczne chirurgiczne zakładane na gumki do pakietu 1A.

Nasza prośba wynika z faktu, że jesteśmy producentem wyspecjalizowanym w produkcji masek medycznych na gumki wzbogaconych o warstwę grafenową- za ten produkt odpowiadamy, podpierając się badaniami które są wykonywane w danym asortymencie. Dzięki temu oferujemy jako jedyni na rynku maski medyczne wzbogacone o dodatkowy filtr węglowy w technologii grafenowej, który ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Wyspecjalizowana produkcja koncentruje siły i moce przerobowe przedsiębiorstwa na dbaniu o jakość wąskiej gamy produktów, dzięki czemu oferujemy pod każdym względem produkt najwyższej jakości. Chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wnętrze maski ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe korzystanie z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji. W załączeniu przesyłam zdjęcie rzeczonoego produktu



**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Zestaw zapytań nr 2**

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty na maski ochronne FFP2 oraz FFP3 zarejestrowane jako środek ochrony osobistej, maski zgodne z wytycznymi z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych. Pozostałe zapisy bez zmian

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Zestaw zapytań nr 3**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 dopuści 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny, utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy, rozmiar 100cm x 230cm. Warstwa chłonna min 65cm x 180cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą. Chłonność 4l/m<sup>2</sup>. Bez zawartości Latexu. Nie drażniący skóry. Warstwa wierzchnia PP 15g/m<sup>2</sup>. Warstwa pośrednia SAP. Biała dolna warstwa PE/PP 50g/m<sup>2</sup>. Niesterylny klasy 1, zgodny z normą EN 13795. Elektrostatyczny. Klasa Palności A zgodny z ISO 12952 UNE-EN 14533:2003. Możliwość przenoszenia do 150kg. 50 szt w opakowaniu?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 mając na uwadze dobro pacjenta (odwołując się do wyroku KIO 580/17 z dnia 11.04.2017r.) oczekuje środków o jednoczesnym działaniu hemostatycznym i przeciwzrostowym -oba działania potwierdzone certyfikatem CE, zbudowany z hydrofilnych mikrocząstek oczyszczonej, naturalnej skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania wody, przyspieszający kaskadę krzepnięcia i wytwarzający skrzep hemostatyczny; maksymalny czas biodegradacji po aplikacji do dni; biokompatybilny, wolny od pirogenów; posiadający udokumentowane badaniami działanie przeciwzrostowe ; posiadający wskazania do stosowania w chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii, chirurgii sercowo-naczyniowej; możliwość stosowania w procedurach laparoskopowych; produkowany w postaci proszku w jednorazowym aplikatorze, możliwość aplikacji jako, proszek, pasta lub żel?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 4**

**Pytanie 1**

Pakiet 9, pyt 1

Prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu 9 poz. 1 i 2 do odrębnego pakietu, co pozwoli na udział większej ilości oferentów, a zamawiającemu zaoszczędzić środki finansowe w dobie bardzo drogich rękawic medyczno-ochronnych.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie nie odnosi się do zamawianego asortymentu.**

**Zestaw zapytań nr 5**

**Pytanie 1**

Prosimy o zrezygnowanie z obowiązku podawania na fakturze lub na dokumencie dostawy nr serii oraz daty ważności produktu. Dane te będą widoczne na etykiecie produktu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza podanie daty ważności i numeru serii na dokumencie WZ dołączonym do faktury.**

**Pytanie 3**

Prosimy o modyfikację par. 5 ust. 1 lit. c wzoru umowy na następujący: " za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł";

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3**

Prosimy o modyfikację par. 5 ust. 1 lit. g wzoru umowy na następujący: "za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości 100,00 zł brutto za każde tego rodzaju zdarzenie".

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4**

Prosimy o modyfikację par. 5 ust. 1 lit. b wzoru umowy na następujący: "za nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 3% nienależycie wykonanej części umowy brutto; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w § 2, 7".

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 6**

**Pytanie 1**

dotyczy: ZP/p/7/2021 część 12 pozycja 2

zwracam się z prośbą o wykreślenie pozycji nr 2 część 12 z powodu zakończenia produkcji (produkt już nie jest dostępny na rynku).

**Odpowiedź Zamawiającego**

**W związku z zapytaniem Zamawiający modyfikuje zamówienie publikując zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 7**

**Pytanie 1**

Pakiet 8.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie foli bakterioobójczej wykonanej z poliuretanu 0,025 +/-0,005 mm. Pozostałe zgodne z SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2**

Pakiet 8

Z uwagi na fakt, że folia operacyjna posiada powierzchnię użytkową (lepna ) i całkowitą ( użytkowa powiększona o paski ułatwiające aplikację )prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ rozmiary odnoszą się do powierzchni użytkowej (lepnej ) folii .

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3**

Pakiet 8.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów:

- a. powierzchnia lepna 15x20cm ( całkowita 20x20cm), zamiast 10x20cm.
- b. powierzchnia lepna 60x60cm (całkowita 70x60cm), zamiast 56x68cm.
- c. powierzchnia lepna 60x80cm (całkowita 70x80cm), zamiast 56x85cm.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4**

Pakiet 9.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwoleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przesyć, samowygładzająca się, zapobiegająca przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/100 cm<sup>2</sup>, odprowadzenie wilgoci min.45mm w czasie 60s wg ISO 9073-6, w rozmiarze min. 100 x 225 cm +/- 5 cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51 x 205 cm +/- 3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z folii teksturowanej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni, którą chroni.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 5**

Pakiet 10 poz. 1. i poz.2.

Pyt.1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie masek zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, dopuszczony do użytku szpitalnego (medycznego).

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 6**

Pakiet 11.

Czy zamawiający wymaga kombinezonu odpornego na splukanie wodą w celu przeprowadzenia prawidłowej bezpiecznej dekontaminacji po użyciu?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 7**

Pakiet 16.


Pyt.1 Ponieważ na rynku występują komplety chirurgiczne ze spodniami albo wiązanyymi na troki, albo na gumkę ( mamy w swojej ofercie zarówno jedno i drugie ) jednak rozwiązanie na troki lepiej dopasowuje, do ciała- dlatego prosimy zamawiającego o dopuszczenie kompletów na powyższe rozwiązania- zamiast obydwu na raz -to jest troki i element elastyczny jak zamawiający zawarł w SWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
Zamawiający dopuszcza produkt posiadający tylko element elastyczny – gumkę, wszytą na całym obwodzie spodni albo troki.

**Zestaw zapytań nr 8**

### Pytanie 1

**Pakiet nr 18 - Pozycja 1** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: **Maska tlenowa z rezerwuarem dla dorosłych**: - rozmiar maski dla dorosłych - materiał delikatny medyczny PCV, - taśma do zamocowania maski na twarzy, -- zawory boczne (zastawki) po obu stronach na masce - łącznik obrotowy (z portem bocznym tlenowym) łączący rezerwuar tlenu z maską twarzową, - rezerwuar tlenu, - zastawka jednokierunkowa na wylocie rezerwuaru do maski, - dren tlenowy antyzagięciowy (o przekroju gwiazdki) o dł. 210 cm ze złączem uniwersalnym po obu stronach, - opakowanie indywidualne - folia, - opakowanie zbiorcze 50 szt.



### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.

### Pytanie 2


**Pakiet nr 18 - Pozycja 1** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego wydzielenie produktu z pakietu.

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie 3

**Pakiet nr 18 - Pozycja 2** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych: Jednorazowy resuscytator dla noworodków, dzieci lub dorosłych. W skład zestawu wchodzi: 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla do-rośłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml. Pojemności rezerwuaru tlenowego: dorośli – 2500 ml, dzieci – 2500 ml, noworodki – 600 ml. Limit ciśnienia: dorośli – 60 cm H<sub>2</sub>O, dzieci – 40 cm H<sub>2</sub>O, noworodki – 40 cm H<sub>2</sub>O. Maski: dorośli – 4 (objętość martwej przestrzeni 149 ml +/- 1 ml) i 5 (188 ml +/- 1 ml), dzieci – 2 (73 ml +/- 1 ml) i 3 (96 ml) +/- 1 ml), noworodki – 0 (19 ml) +/- 1 ml) i 1 (30 ml +/- 1 ml).



**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4**

**Pakiet nr 18 - Pozycja 2** W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego wydzielenie produktu z pakietu.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Zestaw zapytań nr 9**

**Pytanie 1**

**dot. części 11** – Czy Zamawiający dopuści kombinezon o minimalnej wytrzymałości na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325 – klasa II?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2**

**dot. części 11** – Czy Zamawiający dopuści kombinezon bez taśmy uszczelniającej szwy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 10**

**Pytanie 1**

**Część nr 17**

**POZ. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłaniający hemostatyk o działaniu antybakteryjnym uzyskany z oksydowanej regenerowanej celulozy, w postaci proszku, opakowania po 3 g, do stosowania w warunkach pola operacyjnego, jałowy

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Zestaw zapytań nr 11**

**Pytanie 1**

**Część 1, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

## **Pytanie 2**

**Część 1, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści czepek męski typu furazerka wykonany z włókniny spunlace 45 g/m<sup>2</sup> (bok) i włókniny polipropylenowej 38 g/m<sup>2</sup> (góra-denko) ze wstawką antypotną w rozmiarze 30x6cm z włókniny spunlace mesh, wiązany na troki?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## **Pytanie 3**

**Część 1, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

## **Pytanie 4**

**Część 1, poz. 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

## **Pytanie 5**

**Część 2, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z nieprzemakalnymi wzmocnieniami o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## **Pytanie 6**

**Część 2, poz. 1, 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z wewnętrznym owinięciem we włókninę, zamiast w papier krepowany?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## **Pytanie 7**

**Część 2, poz. 1, 2, 3**- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów zapinanych w okolicy karku na standardowy rzep (lewy rzep 3 cm x 13 cm, prawy rzep 3 cm x 7 cm)?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## **Pytanie 8**

**Część 2, poz. 1, 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze materiału podstawowego 35g/m<sup>2</sup>?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## **Pytanie 9**

**Część 2, poz. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z rękawami o kroju prostym, zapewniające swobodę ruchów?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

## **Pytanie 10**

**Część 2, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m<sup>2</sup>, denko: polipropylen 25g/m<sup>2</sup>, z 5-warstwową wkładką chłonącą pot wykonaną z włókniny typu Spunlace 38g/m<sup>2</sup>, oddychający?

### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 11**

**Część 2, poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 12**

**Część 2, poz. 5** - Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 13**

**Część 2, poz. 5** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 14**

**Część 3, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego z wycięciem U z serwetami operacyjnymi z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie 80g/m<sup>2</sup>, chłonność laminatu 600%, chłonność wzmocnienia 680%, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej i wzmocnionej 110 i 180 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 15**

**Część 3, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego z wycięciem U pakowane w plastikowe torby ze wstawką tyvek, pakowane do transportu w zewnętrzny karton i wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 16**

**Część 3, poz. 1** – Czy Zamawiający pisząc „Zestaw w kolorze zielonym lub niebieskim” ma na myśli oznakowanie kolorystyczne zestawu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający ma na myśli kolor oferowanych produktów.**

**Pytanie 17**

**Część 3, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego z wycięciem U z serwetą (pozycja 4 zestawu) 200 x 260 cm, otwór typu U przylepny 8,5 x 85 cm, wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chłonność w strefie krytycznej min. 680%, odporność na przenikanie cieczy min. 110 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho 205,6 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 18**

**Część 3, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego z wycięciem U z kieszenią przylepną 2 sekcje 40 x 30 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 19**

**Część 3, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego z wycięciem U z tufferami 50 x 50 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**



**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 20**

**Część 3, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu podstawowego z serwetą (pozycja 5 zestawu) min. 180 x 180 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 21**

**Część 3, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu podstawowego z kieszenią przylepną 2 sekcje 40 x 30 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 22**

**Część 3, poz. 8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75 x 90 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 23**

**Część 3, poz. 8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 90 x 120 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 24**

**Część 3, poz. 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zabiegowego z serwetą z otworem przylepnym o średnicy 7 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 25**

**Część 3, poz. 10** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia z serwetą z otworem w rozmiarze 6 x 8 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 26**

**Część 3, poz. 9, 10** – Czy Zamawiający pisząc „Zestaw w kolorze zielonym lub niebieskim” ma na myśli oznakowanie kolorystyczne zestawu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający ma na myśli kolory poszczególnych elementów zestawu.**

**Pytanie 27**

**Część 3, poz. 13** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bluzy chirurgicznej z krótkim rękawem?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 28**

**Część 3, poz. 13** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 29**

**Część 3, poz. 14** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ręczników sterylnych pakowanych a'1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości. Rozmiar 40 x 40 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany produkt.**

**Pytanie 30**

**Część 3, poz. 1, 2, 9, 10** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych? Zestawy są niestandardowe, produkowane na indywidualne zamówienie i proces sterylizacji takich wyrobów jest wydłużony.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbek niejałowych w zakresie całego postępowania przetargowego.**

**Pytanie 31**

**Część 4, poz. 1, 2, 3, 3**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów z serwetami operacyjnymi z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie 80g/m<sup>2</sup>, chłonność laminatu 600%, chłonność wzmocnienia 680%, odporność na przenikanie cieczy 120 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej i wzmocnionej 110 i 180 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 32**

**Część 4, poz. 1, 2, 3, 3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów pakowanych w plastikowe torby ze wstawką tyvek, pakowane do transportu w zewnętrzny karton i wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany produkt.**

**Pytanie 33**

**Część 4, poz. 1, 2, 3, 3** – Czy Zamawiający pisząc „Zestaw w kolorze zielonym lub niebieskim” ma na myśli oznakowanie kolorystyczne zestawu?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający ma na myśli kolory poszczególnych elementów zestawu.**

**Pytanie 34**

**Część 4, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kolana z serwetą (poz. 3 zestawu) 230 x 300 cm z padem chłonnym, otwór samouszczelniający o śr. 7 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 35**

**Część 4, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kolana z osłoną na kończyne min. 25 x 80 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 36**

**Część 4, poz. 2**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra z serwetą (poz. 1 zestawu) 200 x 260 cm, otwór typu U przylepny 8,5 x 85 cm, wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chłonność w strefie krytycznej min. 680%, odporność na przenikanie cieczy min. 110 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho 205,6 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 37**

**Część 4, poz. 3**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji na kończyne (stopa/dłoń) z serwetą (poz. 4 zestawu) 230 x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o śr. 3,5 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 38**

**Część 4, poz. 3–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu barkowego i zabiegów naczyniowych kończyn dolnych z serwetą główną wzmocnioną 200 x 260 cm, otwór typu U przylepny 8,5 x 85 cm, wykonaną z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie w strefie krytycznej o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, chłonność w strefie krytycznej min. 680%, odporność na przenikanie cieczy min. 110 cm H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho 205,6 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 39**

**Część 4, poz. 3–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu barkowego i zabiegów naczyniowych kończyn dolnych ze stokineta 2-warstwową 30 x 80 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 40**

**Część 4, poz. 3–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii stawu barkowego i zabiegów naczyniowych kończyn dolnych z pojemnikiem plastikowym 500ml okrągłym?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 41**


**Część 4, poz. 1, 2, 3, 3–** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych? Zestawy są niestandardowe, produkowane na indywidualne zamówienie i proces sterylizacji takich wyrobów jest wydłużony.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbek niejałowych w zakresie całego postępowania przetargowego**

**Pytanie 42**

**Część 5, poz. 1 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet do angiografii, z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet odporny na działanie alkoholu na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w opakowaniu TYVEC, do transportu zestaw pakowany w karton zewnętrzny i wewnętrzny worek foliowy. Skład:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 220cm x 320cm, z dwoma otworami o średnicy 10cm, zintegrowana z transparentną foliową wstawką po dwóch stronach serwety
- 1 x serweta nieprzylepna o wymiarach 100cm x 150cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL.
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm.



**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 43**

**Część 5, poz. 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w opakowaniu folia-papier, do transportu zestaw pakowany w karton zewnętrzny i wewnętrzny worek foliowy. Skład:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 44**

**Część 6, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia operacyjnego urologicznego z serwetą na stolik wykonaną z włókniny 28g/m<sup>2</sup>, folia 35g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 108 /95 kPa?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 45**

**Część 6, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia operacyjnego urologicznego ze strzykawką 3 częściową?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 46**

**Część 6, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia operacyjnego urologicznego z serwetą główną (pozycja 5 zestawu) serwetę do zabiegów TUR – wykonaną z dwóch materiałów, jedna część z trójwarstwowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, druga część wykonana z folii PE, zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o śr. 6 cm i otworem brzuszny o śr. 6 cm. Dodatkowo osłona palca do badania per rectum. Serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, odporność na przenikanie cieczy min. 41,7 cm H<sub>2</sub>O, wymiar serwety 190 x 230 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 47**

**Część 6, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia operacyjnego urologicznego z osłoną foliową na kamerę 16 x 250 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 48**

**Część 6, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia operacyjnego urologicznego z zestawem do irygacji 170 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 49**

**Część 6, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia operacyjnego urologicznego z fartuchem wykonanym z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, wzmocniony wewnątrz w części przedniej i na rękawach dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min. 57g/m<sup>2</sup>, dostosowany do procedur o zwiększonej ilości płynów?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 50**

**Część 6, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbki niesterylnej? Zestaw jest niestandardowy, produkowany na indywidualne zamówienie i proces sterylizacji takiego wyrobu jest wydłużony.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 51**

**Część 8, poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej bakteriobójczej z folii poliuretanowej?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 52**

**Część 8, poz. 1.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 10 x 24 cm, pow. lepna 10 x 18 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 53**

**Część 8, poz. 1.1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 15 x 26 cm, pow. lepna 15 x 20 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 54**

**Część 8, poz. 1.2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 52 x 60 cm, pow. lepna 46 x 60 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 55**

**Część 8, poz. 1.3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze całkowitym 50 x 90 cm, pow. lepna 50 x 84 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 56**

**Część 8, poz. 1.3** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie folii w rozmiarze całkowitym 60 x 80 cm, pow. lepna 54 x 80 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 57**

**Część 9, poz. 1**– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu pikowanego?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany produkt.**

**Pytanie 58**

**Część 9, poz. 1**– Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z 3 warstw: włóknina (18 g/m<sup>2</sup>), wkład chłonny (Wata: 81,5 g/ m<sup>2</sup> SAP: 27 g/ m<sup>2</sup> Pulpa: 16 g/m<sup>2</sup>), laminat nieprzemakalny (spodnia strona PE:' 40 gsm)?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 59**

**Część 9, poz. 1**– Czy Zamawiający odstąpi od parametru „przeciętny czas spalania krótszy niż 9s”? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający odstępuje od wskazanego parametru.**

**Pytanie 60**

**Część 9, poz. 1**– Czy Zamawiający dopuści podkład z folią o grubości 0,036-0,038mm i rdzeniem chłonnym o grubości 0,64mm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 61**

**Część 9, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 62**

**Część 10, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek ochronnych FFP2 pakowanych a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ze względu na konieczność zachowania czystości poszczególnych masek.**

**Pytanie 63**

**Część 10, poz. 1-2** - Czy Zamawiający dopuści maski ochronne FFP2 i FFP3 będące środkiem ochrony indywidualnej, spełniające normę EN 149:2001+A1:2009, a tym samym odstąpi od wymogu aby zaferowany asortyment był wyrobem medycznym? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 64**

**Część 11, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kombinezonów w rozmiarze M-XXL?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający wymaga kombinezonów w rozmiarach S – XXXL. Zamawiający dopuszcza zaferowanie skrajnych rozmiarów od innego producenta niż pozostałe.**

#### Pytanie 65

**Część 11, poz. 1** - Czy ze względu na konieczność zapewnienia personelowi medycznemu odpowiedniej ochrony Zamawiający będzie wymagał kombinezony ochronne wykonane z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup>, kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów, wyposażone w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką; środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6., spełniający normy i poziomy ochrony:

- EN ISO 13688:2013,
- typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009,
- typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,
- typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009,
- klasa 1 wg EN1073-2:2002,
- EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych),
- EN 1149-5:2008,
- EN 14325:2004?

#### Odpowiedź Zamawiającego

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Jednocześnie doprecyzowuje, że wymagane typy produktu należy interpretować jako „B”, np. „6B”.**

#### Pytanie 66

**Część 15, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów medycznych w rozmiarze S-XXL?

#### Odpowiedź Zamawiającego

**Zamawiający odstępuje od rozmiaru S i XXXL.**

#### Pytanie 67

**Część 15, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów medycznych ze spodniami posiadającymi troki w pasie?

#### Odpowiedź Zamawiającego

**Zamawiający dopuszcza produkt posiadający tylko element elastyczny – gumkę, wszytą na całym obwodzie spodni albo troki.**

### Zestaw zapytań nr 12

#### Pytanie 1

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający naliczał będzie kary umowne w wysokości:

b) za nienależyte wykonanie umowy - w wysokości 10% **wartości brutto** nienależycie wykonanej części umowy; przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się w szczególności naruszenie postanowień umowy określonych w § 2, 7.

c) za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za niedostarczoną część zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, jednak **nie więcej** niż 100 zł

g) za nieudostępnienie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich przedstawienia w wysokości **100,00 zł. brutto** za każde tego rodzaju zdarzenie, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nieudostępnionych w terminie dokumentów o których mowa w §**

#### Odpowiedź Zamawiającego

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### Pytanie 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z „...od daty zgłoszenia reklamacji” na „...od daty uznania reklamacji”

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 13**

**Pytanie 1**

**Część nr 18, pozycja nr 1** –Czy zamawiający dopuści maski z rezerwuarem i tlenem o długości 210 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 2**

**Część nr 18, pozycja nr 1** – Czy zamawiający odstąpi od wymogu „nie zawiera BPA (bisfenolu A) – potwierdzenie producenta”?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 3**

**Część nr 18, pozycja nr 2** – Czy zamawiający dopuści jednorazowy resuscytator dla dorosłych z workiem wykonanym z PCV o objętości 1650 ml, z możliwością podłączenia zaworu PEEP przy użyciu dodatkowych złączek, bez portu do pomiaru EtCO<sub>2</sub> lub podawania leków drogą dotchawiczą, wyposażony w zawór ciśnieniowy 60 cm H<sub>2</sub>O, posiadający antypoślizgową powierzchnię zapewniającą stabilny chwyt (zamiast paska), obrotowe połączenie maski z zaworem i zaworu z workiem, z rezerwuarem tlenu o objętości 2000ml, bez ftalanów, z maską z mankietem powietrznym?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Zestaw zapytań nr 14**

**Pytanie 1**

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z gramatury 35 g/m<sup>2</sup> , wzmocnienie 40 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2**

Pakiet 2 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi z tyłu zapięcie na rzep?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3**

Pakiet 2 poz. 1 , 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany w serwetę włókninową?

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



**Pytanie 4**

Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny o gramaturze min 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 5**

Pakiet 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękaw wszywany?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 6**

Pakiet 2 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi z tyłu zapięcie na rzep?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 7**

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi z tyłu zapięcie na rzep?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 8**

Pakiet 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści mankiet poliestrowy?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 9**

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Czepek medyczny typu furażerka

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną
- o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>
- w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej

Przeciwpotny lekki i dobrze przepuszczający powietrze zapewniający komfort w trakcie noszenia jednorazowego użytku, zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 10**

Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny PP+ SPUNLACE?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 11**

Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 12**

Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści Podkład higieniczny na stół operacyjny. Jednorazowy, niepylny, nie uczulający. Podkład wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu i chłonnego (SAF) rdzenia na całej długości prześcieradła. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni bez zagięć, pikowań i

przeszyć. Produkt ławy do identyfikacji, opatrzone nazwą produktu i wytwórcy. Opakowanie indywidualne a'1 szt. / karton 20 sztuk.

Rozmiar: 101cm x 225cm  
Rozmiar rdzenia chłonnego: 50cm x 225cm  
Absorbacja: min. 4000 ml/m<sup>2</sup>  
Grubość: laminatu 0,18mm  
rdzenia: 0,80 mm

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 13**

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMS?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 14**

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści spodnie wiązane tylko na troki?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza produkt posiadający tylko element elastyczny – gumkę, wszytą na całym obwodzie spodni albo troki.**

**Pytanie 15**

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści rozmiar S,M,L,XL,XXL?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający odstępkuje od rozmiaru S i XXXL**

**Pytanie 16**

Pakiet 10 poz. 1,

Czy Zamawiający dopuści maskę zarejestrowaną jako środek ochrony indywidualnej?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 15**

**Pytanie 1**

**Część nr 15**

Czy Zamawiający dopuszcza komplet z włókniny typu SMMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>. Spodnie wiązane na troki w pasie bez elementu elastycznego?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Zestaw zapytań nr 16**

**Pytanie 1**

**dotyczy pakiet 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kombinezonu?

Jednorazowy kombinezon ochronny kategorii III

Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym krytym listwą z paskami przyklepnymi, z elastycznymi mankietami w nadgarstkach (pętelką na środkowy palec), kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, Kolor biały. Bez ochraniaczy na obuwiu.

Wykonany z antystatycznego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o gramaturze 63g/m<sup>2</sup>

Rozmiar L (175cm), XL (180cm), XXL (185cm)

Pakowany pojedynczo w pakowanie foliowe oznaczone CE

Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN

14126:2003 (4-B, 5-B, 6-B) dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed

czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

<b>Poziomy wydajności</b> EN 14605	<b>Typ 4</b>	Działanie ochronne przed rozpyleniem
EN ISO 13982-1	<b>Typ 5</b>	Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu
EN 13034	<b>Typ 6</b>	Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości

Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009 , EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005 +A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 340:2003, EN 1073-2:2002.



**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 2**  
**dotyczy pakiet 11**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia 1 sztuki próbki produktu w rozmiarze do wyboru przez wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający potwierdza, że oczekuje jednej sztuki w dowolnym rozmiarze**

**Pytanie 3**  
**dotyczy pakiet 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego, niejałowego kompletu medycznego: bluza + spodnie wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Spodnie w pasie wiązane na troki. Oferowane rozmiary: S, M, L, XL, XXL.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt zachowując pozostałe parametry opisane w SWZ (wyrób medyczny)**

**Pytanie 4**  
**dotyczy pakiet 15**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia 1 sztuki próbki produktu w rozmiarze do wyboru przez wykonawcę.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający potwierdza, że oczekuje jednej sztuki w dowolnym rozmiarze**

**Zestaw pytań nr 17**

**Pytanie 1**

**Dot. treści SWZ:** czy Zamawiający potwierdza, że próbki składane są na wezwanie Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Jak w SWZ**

**Pytanie 2**

**Część 7:** czy Zamawiający wymaga próbek po 1 opakowaniu z każdego oferowanego asortymentu, czy po 1 opakowaniu z każdej pozycji (tj. z pozycji 1. wymaga 1 op. serwet gazowych pakowanych a'2 lub a'5 szt., w poz. 2. wymaga 1 op. tupferów oraz w poz. 3. wymaga 1 op. kompresów pakowanych a'10 szt. lub a'20 szt. lub a'40 szt.)?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wymaga po jednym najmniejszym opakowaniu handlowym dla każdej pozycji. Część 7 zawiera 3 pozycje co daje 3 próbki. Dla 2 próbek wybór rozmiaru należy do oferenta**

**Pytanie 3**

**Część 7 poz. 1:** czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych wykonanych z gazy bawełnianej bielonej bezchlorowo, pranej wstępnie (bez środków powierzchniowoczących i optycznie wybielających) i wielokrotnie płukanej, z tasiemką o łącznej długości 44 cm i nitką radiacyjną, posiadają etykietyki samoprzylepne celem dołączenia do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta – numer serii (LOT), numer indeksu, data ważności?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt**

**Pytanie 4**

**Część 7 poz. 1:** czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chust pakowanych w karton i opakowanie jednostkowe: torebkę papierowo-foliową?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt**

**Pytanie 5**

**Część 7 poz. 3:** czy Zamawiający dopuści kompresy nieprzewiązywane banderolą?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wymaga przewiązania nitką, taśmą lub banderolą.**

**Pytanie 6**

**Część 7 poz. 3:** czy Zamawiający dopuści kompresy przewiązywane nitką gazową po 10 sztuk?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt**

**Pytanie 7**

**Część 15:** czy Zamawiający wymaga kompletów o minimalnej gramaturze 45g/m<sup>2</sup>, potwierdzonej kartą danych technicznych? Zamawiający dopuszcza komplety o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>, tym samym komplety mogą być wykonane z materiału w dużym stopniu „prześwitującego”.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wymaga gramatury 35g/m<sup>2</sup> lub większej.**

**Pytanie 8**

**Część 15:** czy Zamawiający dopuści komplet ze spodniami wiązаныmi na troki?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt**

### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający zgadza się aby data ważności i numer serii były naniesione na dokument WZ?

Data ważności i numer serii nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania daty ważności i numeru serii na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia daty ważności i numeru serii na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dla Zamawiającego specjalnej obsługi, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu. Brak modyfikacji tego wymogu może zatem doprowadzić do zaferowania w przetargu wyższych cen.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający dopuszcza naniesienie DW i serii na dokument WZ załączony do faktury.***

### **Pytanie 10**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 100 zł” z §5 ust. 1 pkt c) wzoru umowy.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie zapisu §5 ust. 1 pkt b) wzoru umowy?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **Pytanie 12**

W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o doprecyzowanie ww. zapisu – czy kara ta będzie naliczana również w przypadku zwłoki w dostarczaniu towaru, za które kara umowna jest już przewidziana w § 5 ust. 1 pkt c)?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający informuje, że podstawa każdej z kar dotyczy odrębnych stanów faktycznych tym samym kary te nie wykluczają się.**

### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

## **Zestaw zapytań nr 18**

### **Pytanie 1**

Część 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

***Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.***

### **Pytanie 2**

Część 2, poz. 1, 3,

- Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m<sup>2</sup> z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?
- Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3**

Część 11

Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, klasa III, spełniający wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>; spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126, w rozmiarze M, L, XL, XXL ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 4**

Część 15

Czy zamawiający dopuści rozmiary S-XL?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający odstępuje od rozmiaru S i XXXL**

**Zestaw zapytań nr 19**

**Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie opisu serwety angiograficznej w **Części 5, pozycja 1**. W opisie podane są dwie całkowicie różniące się od siebie serwety. Czy zamawiający oczekuje serwety z wyjściem na tętnice udowe i prawostronnym zabezpieczeniem pulpitu w rozmiarze 210x300cm czy serwety dwustronnej wzmocnionej w rozmiarze 285x360cm z dwoma otworami i folią na brzegach?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wymaga serwety w pierwszym z podanych rozmiarów.**

**Pytanie 2**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 5, pozycja 1, 2** serwet operacyjnych min. dwuwarstwowych wykonanych z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego bez wzmocnienia min. 59g/m<sup>2</sup> (wzmocnienie min. 59g/m<sup>2</sup>). Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O w strefie niewzmocnionej oraz min. 990cm H<sub>2</sub>O w strefie krytycznej. Odporność na rozzerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 89kPa oraz min 105kPa w strefie krytycznej.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 5, pozycja 1, 2** zestawów których zawartość owinięta jest w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w opakowaniu typu papier-folia. Do transportu pakowane w 2 kartony.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Zestaw zapytań nr 20**

**Pytanie 1**

**dotyczy pakietu. 18 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 poz. 1 maski tlenowej z rezerwuarem dla dorosłych wykonanej z polipropylenu z beczciśnieniowym mankietem uszczelniającym twarz z brodą, nie zawierającą szkodliwych ftalanów, BPA, bez lateksu, w rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych, z rezerwuarem tlenowym, otworami bocznymi z zastawkami, z mocowaniem za pomocą gumki z możliwością

regulacji, z wyprofilowanym zachyłek nosowym, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI), w zestawie odłączalny, przezroczysty wielokanalikowy dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) i długości 2,1m, w opakowaniu jednostkowym folia-folia, w opakowaniu zbiorczym liczącym 24 sztuki?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 2**

**dotyczy pakietu. 18 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 18 poz. 2 resuscytatora jednorazowego użytku dla jednego pacjenta do wentylacji dla dorosłych składający się z worka o pojemności 1000 ml o teksturowanej powierzchni zapewniający lepszy chwyt, wyposażony w uchwyt umożliwiający obsługę jedną ręką, z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H<sub>2</sub>O, drenu tlenowego o długości 3 m oraz przezroczystej maski z miękką poduszką anatomiczną w rozmiarze 4, produkt bez szkodliwych ftalanów, pakowany pojedynczo w przezroczysty worek foliowy z kolorowym kodem ułatwiającym rozpoznanie rozmiaru?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza worki o objętości 1500 +/- 100ml a objętości oddechowej 1000ml, podtrzymując pozostałe zapisy SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 21**

**Pytanie 1**

**Część nr 2**

**Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha, który posiada rękawy o kroju tradycyjnym?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 2**

**Część nr 2**

**Pozycja 4-5.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepków w kolorze aqua – pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 3**

**Część nr 3**

**Pozycja 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu podstawowego o chłonności materiału podstawowego min. 285% i w miejscu padu min. 350% - pozostałe parametry spełnione?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 4**

**Część nr 3**

**Pozycja 9 i 10.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawów, w których składzie znajduje się serweta włókninowa w rozmiarze 100 x 150 cm z otworem lepny o średnicy 10 cm – pozostałe parametry zgodnie z opisem SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 5**

**Część nr 3 Pozycja 1-5, 8. Oraz Część 4 pozycje 1-3 oraz Część 5 pozycje 1– czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwet operacyjnych w kolorze aqua?**

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 6**

**Część nr 4**

**Pozycja 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji biodra, w którego składzie znajdują się 2 sztuki taśmy samoprzylepnej 10 x 50 cm oraz 2 sztuki osłony – pokrowiec na kończynę dolną 35 x 120 cm – pozostałe parametry spełnione?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 7**

**Część nr 4**

**Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji na kończynie, który w swoim składzie nie posiada elektrody czynnej?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 8**

**Część nr 4**

**Pozycja 3. (powinno być 4)** –czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu barkowego i zabiegów naczyniowych kończyn dolnych, który ma chłonność materiału podstawowego min. 285% i w miejscu padu min. 350% oraz w swoim składzie nie posiada elektrody czynnej?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 9**

**Część nr 4**

**Pozycja 6.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłonę na kończynę oraz taśmę samoprzylepną pakowane osobno jako dwa osobne komponenty?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 10**

**Część nr 5**

**Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii, w którego składzie serweta główna dwuwarstwowa wzmocniona w rozmiarze 285 x 360 cm, z dwoma otworami o średnicy 9 cm (folia na brzegach). Osłona na pulpit - prawa strona pacjenta – pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 11**

**Część nr 5**

**Pozycja 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu dla pracowni naczyniowej, w którego składzie serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150 x 190 cm - pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 12**

**Część nr 6**

**Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia operacyjnego urologicznego, w którego składzie zestaw do irygacji podwójny do cystoskopii z końcówką silikonową (komponent 7) jest w rozmiarze 210 cm oraz dodatkowo w zestawie znajduje się taśma dwustronna typu OR sticker 6 x 6 cm – pozostałe parametry spełnione?

**Odpowiedź Zamawiającego**



**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 13**

**Część nr 7**

**Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów z gazy 20 nitkowej – pozostałe parametry godne z opisem?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Zestaw zapytań nr 22**

**Pytanie 1**

**Pakiet 9 pozycja 1**

1. Proszę o dopuszczenie produktu o poniższych parametrach:

Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwoleżynowa, 5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókny polipropylenowej (10%), wysokochłonnej warstwy środkowej (70%) i spodniej pełnobarierowej folii polietylenowej (20%), zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Wszystkie krawędzie uszczelnione. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Chłonność 3750 – 4000 ml/m<sup>2</sup>, (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2490 %, gramatura podstawowa: 150 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%), wymiary: 102 x 230cm, pakowana po 20 sztuk/karton

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Zestaw zapytań nr 23**

**Pytanie 1**

**dotyczy Pakietu nr 4:**

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 w poz. 1 Zestaw do operacji kolana o następującym składzie i parametrach:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów - 1szt.
2. serweta na stolik 150x190cm - 1szt.
3. osłona na kończynę 22x75cm - 1szt.
4. taśmy samoprzylepne 9x49cm - 2szt.
5. ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.
6. wzmocniona osłona na stolik Mayo 79x145cm - 1szt.
7. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt.

Serweta poz. 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego (włókna poliestrowo - polietylenowa typu Spunbond o gramaturze 20g/m<sup>2</sup> / folia PE 15 mikronów / włókna poliestrowo - polietylenowa typu Spunbond 30g/m<sup>2</sup>). W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie 50 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura serwety min. 114g/m<sup>2</sup>. Odporność serwety na przepuszczanie płynów pow. 150cmH<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho dla strefy pozakrytycznej min. 182kPa, dla strefy krytycznej min.190kPa. Odporność serwety na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej min. 102kPa.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt pod warunkiem rozszerzenia go o czyścik i elektrodę (mogą być dołożone osobno)**

**Pytanie 2**

**dotyczy Pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 w poz. 2 zestaw do operacji biodra o następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów - 1szt.
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej - 1szt.
3. serweta chirurgiczna 75x90cm - 1szt.

4. serweta na stolik 150x190cm - 1szt.
  5. osłona na kończynę 32x120cm - 1szt.
  6. taśmy samoprzylepne 9x49cm - 2szt.
  7. ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.
  8. wzmocniona osłona na stolik Mayo 79x145cm - 1szt.
  9. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt.
- Serweta w poz. 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego (włóknina polipropylenowa 12g/m<sup>2</sup> / folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m<sup>2</sup>.) W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: włóknina wiskozowo - poliestrowa 50 g/m<sup>2</sup>. Łączna granatura serwety min. 122,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla strefy pozakrytycznej 194 cm H<sub>2</sub>O, dla strefy krytycznej min. 197 cmH<sub>2</sub>O. Odporność na rozerwanie na sucho dla strefy pozakrytycznej min. 78 kPa, dla strefy krytycznej min.195 kPa. Odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej min 186kPa.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt pod warunkiem rozszerzenia go o czyściki i elektrodę (mogą być dołożone osobno)**

**Pytanie 3**

**dotyczy Pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 w poz. 3 zestaw do artroskopii stawu barkowego i zabiegów naczyniowych kończyn dolnych o następującym składzie:

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów - 1szt.
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej - 1szt.
3. serweta chirurgiczna 90x75 cm z taśmą samoprzylepną - 1szt.
4. taśma samoprzylepna 9x49cm - 1szt.
5. ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt.
6. wzmocniona osłona na stolik MAYO 79x145cm - 1szt.
7. serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt. 3

Serweta w poz. 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego: włóknina polipropylenowa 12g/m<sup>2</sup> / folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m<sup>2</sup>. W strefie krytycznej wzmocnienie: włóknina 50g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura serwety min. 122,5 g/m<sup>2</sup>. Odporność serwety na przepuszczanie płynów dla strefy pozakrytycznej min. 194cmH<sub>2</sub>O, dla strefy krytycznej min, 197cmH<sub>2</sub>O. Odproność serwety na rozerwanie na sucho dla strefy pozakrytycznej min. 78kPa, dla strefy krytycznej min. 195kPa. Odporność serwety na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej 186kPa.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt.**

**Pytanie 4**

**dotyczy Pakietu nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 w poz. 6 osłonę na kończynę bez taśmy lepnej ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśmy jako osobnego elementu.**

**Pytanie 5**

**dotyczy Pakietu nr 5:**

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 w poz. 2 zestaw dla pracowni naczyniowej o następującym składzie:

1. Serweta górna z taśmą samoprzylepną i ekranem anestetycznym 240x150cm – 1 szt.
2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 75x90cm – 2 szt.
3. Serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175cm – 1 szt.
4. Taśma samoprzylepna 9x49cm – 1 szt.
5. Ręczniki chłonne 18x25cm – 4 szt.
6. Serweta na stolik instrumentarium stanowiąca owinięcie zestawu 140x190cm – 1 szt.

Serwety z poz. 1, 2, 3 wykonane z włókniny wiskozowej o gramaturze 23g/m<sup>2</sup> oraz folii PE grubości 40μ, Serweta z poz. 6 wykonana z włókniny celulozowej o gramaturze 23g/m<sup>2</sup> oraz folii PE grubości 40μ, Taśma lepna wykonana z włókniny poliestrowej 40g/m<sup>2</sup> oraz folii PE 27,5μ,

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt**

**Pytanie 6**

**dotyczy Pakietu nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 5 w poz. 1 zestaw do angiografii o następującym składzie:

1. Serweta do angiografii o wymiarach 240x370 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory w okolicach tt. udowych o wymiarach 7x10 cm otoczone warstwą chłonną o wym. 70x70cm. Transparentne panele po obu stronach serwety - 1 szt.
2. Serweta chirurgiczna samoprzylepna, trójwarstwowa, wym. 50x50cm - 1szt.
3. Ręcznik wysokochłonny o wysokich właściwościach absorbcyjnych wym. 34x50 cm - 1 szt.
4. osłona na ekran radiologiczny o średnicy 80 cm - 1 szt 4
5. Osłona na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm - 1szt.

Serweta w poz. 1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina wiskozowa 27g/m<sup>2</sup> / folia PE 40 mikronów. W strefie krytycznej wzmocnienie: włóknina 50g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej min. 114,5g/m<sup>2</sup>. Odporność serwety na przepuszczanie płynów pow. 100cmH<sub>2</sub>O. Odporność serwety na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej 184kPa, na rozerwanie na mokro 119kPa. Sposób pakowania zestawu semi - vacuum, opakowanie folia - folia.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany produkt**

**Zestaw zapytań nr 24****Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza w części 10 pozycji 1 maski pakowane po 50 sztuk i w pozycji 2 maski pakowane po 2 lub 5 sztuk, przeliczając ilość tak, aby była zgodna z ilością podaną w SIWZ ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 25****Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w części 10, pozycji 2 maskę będącą zarejestrowaną jako jako Środek Ochrony Indywidualnej ?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zestaw zapytań nr 26****Pytanie 1**


Zadanie 1 pozycja 1.1

Prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty cenowej tylko dla pozycji 1.1 ( maski medyczne zakładane na gumki) w pakiecie 1 lub wydzielił maski medyczne zakładane na gumki do pakietu 1A .

Nasza prośba wynika z faktu, że w obecnym brzmieniu arkusza asortymentowo- cenowego , możliwość składania ofert mają tylko i wyłącznie pośrednicy, nie zaś producenci, z uwagi na odmienne komponenty oraz linie produkcyjne zarówno maski na troki i gumki jak i czepki.

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż jesteśmy producentem wyspecjalizowanym w produkcji masek medycznych na gumki wzbogaconych o warstwę grafenową- za ten produkt odpowiadamy, podpierając się badaniami które są wykonywane w danym asortymencie. Dzięki temu oferujemy jako jedyni na rynku maski medyczne wzbogacone o dodatkowy filtr węglowy w technologii grafenowej, który ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika.

Wyspecjalizowana produkcja koncentruje siły i moce przerobowe przedsiębiorstwa nad dbaniem o jakość wąskiej gamy produktów, dzięki czemu oferujemy pod każdym względem produkt najwyższej jakości  
W załączeniu przesyłam zdjęcie produktu



**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Zestaw zapytań nr 27**

**Pytanie 1**

Zadanie 10 pozycja 1,2

Zwracamy się do Zamawiającego z możliwością złożenia atrakcyjnej oferty na maski ochronne FFP2 oraz maski FFP3 zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej kat III.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

#### **Zestaw zapytań nr 28**

**Pytanie 1**

pytanie dotyczące zadania nr 10 .

Czy konieczne jest aby maski były zarejestrowane jako wyrób medyczny? Czy wystarczy żeby spełniały wszystkie europejskie normy dotyczące środków ochrony osobistej.

Wykonawca apeluje o zniesienie zapisu dotyczącego wymogu bycia wyrobem medycznym w tym zadaniu przez co zadanie będzie bardziej kompetetywne co spowoduje uzyskanie dla zamawiającego najlepszej możliwej ceny, otrzymując przy tym produkt równoważny jakościowo.

**Odpowiedź Zamawiającego**  
**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Zamawiający działając zgodnie z art. 137 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ w następującym zakresie:**

1. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, dla:  
**Części nr 4,**  
**Części nr 10,**  
**Części nr 11,**

**Części nr 12,**

który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej zmiany SWZ.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

Załącznik:

- formularz asortymentowo-cenowy dla części nr 4, 10, 11, 12.

Wyk. w 1 egz.

1/ strona internetowa

2/ a/a

Druk: M. Flis

**DYREKTOR**  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

*dr n. med. Witold Estrąg-Bieleński*

**Z-ca Kierownika**  
**Działu Zamówień Publicznych**  
*mgr Michał Flis*