



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl
email: sekretariat@zzozwadowice.pl
Klauzule RODO: <https://zzozwadowice.pl/rodo>

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa narzędzi chirurgicznych dla ZZOZ w Wadowicach.**

Lp.	Wymagania - parametry	Tak / Podać oferowany parametr
1.	Narzędzia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się narzędzi regenerowanych lub używanych.	
2.	Narzędzia poddane procesom wstępnej pasywacji przez producenta.	
3.	Wymagana gwarancja: 24 miesiące	
4.	Narzędzia muszą posiadać możliwość: - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134°C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51°C)	
5.	Ramiona nożyczek łączone za pomocą śrub lub wkrętów odpowiednio zabezpieczonymi przed przypadkowym odkręceniem	
6.	Oferowane narzędzia muszą spełniać poniższe warunki: - wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację fabryczną producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia (dla poszczególnych modeli np. nożyczki, imadła, pęsety itd.) Norma stali – ISO-7153-1 - wysoka trwałość - wysoka ergonomia - narzędzia matowane (podać stosowaną przez producenta technologię matowania) - odporność na korozję potwierdzona przez Producenta wg normy DIN EN ISO 13402	
7.	Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy.	
8.	Każdy zaofertowany element specyfikacji asortymentowo-cenowej musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona certyfikatem CE, deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych, których zamawiający będzie wymagał wraz z dostawą.	
9.	Zakończenie naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy nastąpi nie później niż w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia przystąpienia do naprawy.	

10.	<p>Wykonawca posiada na terenie Polski lub Unii Europejskiej fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem m.in. w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie nożyczek, łyżeczek kostnych łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz nikirowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę.</p> <p>Podać nazwę i adres działu regeneracji. Serwis certyfikowany normami : EN ISO 13485:2016.</p> <p>Wymagany jest min. park maszynowy serwisu z podaniem ilości, typu, modelu oraz numeru seryjnego urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie/a do matowania, - szlifierki, - myjka ultradźwiękowa, - piec hartowniczy, - linia urządzeń do pasywacji narzędzi, - urządzenie do znakowania kodem Data Matrix lub równoważnego lub równoważne, - urządzenie galwaniczne do złocenia, - mikroskop stereoskopowy, - inne, niezbędne do realizacji wszystkich ww. czynności. <p>Uwaga – wszystkie ww. urządzenia muszą posiadać aktualne na dzień składania ofert oraz przez cały okres obowiązywania gwarancji. Dokumenty gwarantujące dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p>	
11.	<p>Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla narzędzi o długości całkowitej do 250 mm (włącznie) +/- 2 mm - dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 250 mm +/- 5 mm - pozostałe parametry +/- 5% 	
12.	<p>Narzędzia chirurgiczne i kosze muszą być oznaczone kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia/kontenera. Kod będzie wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie Bloku/Centralnej Sterylizatorni, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach).</p>	
13.	<p>Dostarczane nowe narzędzia powinny być znakowane kodem Data matrix. Znakowanie nowych narzędzi wykonywane jest przez ich producenta, natomiast regenerowane znakowane są przez serwis w jego siedzibie. W specjalnych przypadkach, Wykonawca zapewni możliwość znakowania narzędzi w siedzibie Zamawiającego</p> <p>Uwaga - znakowaniu nie podlegają narzędzia pokryte tworzywem sztucznym, o wymiarach niepozwalających na naniesienie kodu i nr seryjnego narzędzia.</p>	

Narzędzia neurochirurgiczne

L.p.	Kod towaru	Opis	Ilość
1.	BC660R	NOŻYCZKI TYP SCHMIEDEN-TAYLOR DŁUGOŚĆ 155MM ODGIĘTE DO GÓRY JEDNO OSTRZE Z KULKĄ	1
2.	BC607R	NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM KOŃCE TEPO TEPE	1
3.	FB406R	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3,5 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	1
4.	FB407R	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3,5 MM DŁUGOŚĆ 240 MM	1
5.	FB402R	PINCETA NACZYNIOWA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM DŁUGOŚĆ 200 MM	1
6.	BM047R	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP RYDER DELIKATNE SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 265 MM	1
7.	BM084R	IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEANEY SZCZĘKI ZAKRZYWIONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 263 MM	1
8.	BT082R	HACZYK DO NERWÓW TYP CUSHING,90°,4MM,190MM	1
9.	BT084R	HACZYK DO NERWÓW TYP CUSHING,90°,6MM,280MM	1
10.	BT090R	HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYP CASPAR,90°,9MM	1
11.	BV072R	ROZWIERACZ TYP WEITLANER OSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 165 MM	1
12.	BV088R	ROZWIERACZ TYP MOLLISON OSTRY DŁUGOŚĆ 155 MM	1
13.	BV207R	ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 240 MM	1
14.	BV250R	ROZW.DO RAN ANDERSON-ADSON 4X4 OSTRY 190	1
15.	BV255R	RETRAKOR DO HEMILAMINEKTOMII OSTRY LEWY 280MM	1
16.	BV254R	ROZW.DO USUW.ŁUKU KREGOWEGO PRAWY 280	1
17.	BV271R	RETRAKTOR BECKMANN-ADSON 4X4 PÓLOSTRY 305MM	1
18.	BV276R	RETRAKTOR BECKMANN-EATON DO LAMINEKTOMII 7X7 OSTRY 323MM	1
19.	FK961R	KERRISON ROZKL.130°GÓRY 200MM 1MM CIENKA	1
20.	FK919R	KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,230MM,2MM	1
21.	FK920R	KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,230MM,3MM	1
22.	FK921R	KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,230MM,4MM	1
23.	FK922R	KERRISON,ROZKLAD.130 ST.GÓRA,230MM,5MM	1
24.	OK711R	ODGRYZACZ KOSTNY TYP KERRISON TNĄCY W GÓRĘ POD KĄTEM 90° SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ 85 MM	1
25.	OK712R	ODGRYZACZ KOSTNY TYP KERRISON TNĄCY W GÓRĘ POD KĄTEM 90° SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5 MM DŁUGOŚĆ 85 MM	1
26.	FF658R	KERRISON 130°GÓRY 200MM 1,5MM CIENKI	1
27.	FF753R	KERRISON 15MM 130O DO GÓRY 200MM 6MM	1
28.	FF713R	KERRISON TŁOCZNIK 130ST.DÓŁ 180MM 3MM	1
29.	FF714R	KERRISON TŁOCZNIK 130ST.DÓŁ 180MM 4MM	1
30.	FF725R	KERRISON TŁOCZNIK 130ST.DÓŁ 180MM 5MM	1
31.	FF803R	SZCZYPCZ. CUSHING, 2X10 MM, 180MM	1
32.	FF805R	SZCZYPCZ. LOVE-GRUENWALD, 3X10MM,180MM	1
33.	FF807R	SZCZYPCZ. SPURLING, 4X10 MM, 180MM	1
34.	FF806R	SZCZYPCZ. LOVE-GRUENWALD, 3X10MM,180MM	1
35.	FF814R	SZCZYPCZ. SPURLING, 4X10 MM, 180MM	1

36.	FF810R	SZCZYPCZ. LOVE-GRUENWALD, 3X10MM,180MM	1
37.	FF811R	SZCZYPCZ. SPURLING, 4X10 MM, 180MM	1
38.	FF212R	SZPATUŁKA MÓZG.KONVEX GIETKA 11 I 13MM	1
39.	FF709R	RETRAKTOR HESS DO KORZONKÓW NERWOWYCH ODGIETY 90O 7X175MM	1
40.	FF702R	RETRAKTOR LOVE DO KORZONKÓW NERWOWYCH 45O ODGIETY 220MM	1
41.	FF302R	PROSEKTOR TOENNIS,SZER.5 LUB 6 MM, 240MM	1
42.	FF301R	PROSEKTOR TOENNIS,SZER.3 LUB 4 MM, 240MM	1
43.	FD286R	PINCETA DO WIĄZANIA SZWÓW PROSTA SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 0,6 MM UCHWYT OKRĄGŁY DŁUGOŚĆ 180 MM	1
44.	BT088R	HACZYK DO NERWÓW TYP CASPAR,90°,5MM	1
45.	BT089R	HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYP CASPAR,90°,7MM	1
46.	FK855R	ŁYŻECZKA CASPAR PROSTA SQ-CZUBEK PODGIETY	1

Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.