



Wrocław, 17 czerwca 2024r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

## **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pościeli i bielizny jednorazowego użytku oraz kołder, poduszek i okryć jednorazowego użytku na lata 2024/ 2025/ 2026, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.58.2024*

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

### **Pytanie nr 1 - Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem 150x210cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:** Tak, **Zamawiający** dopuści komplet pościeli z prześcieradłem 150x210cm, podany rozmiar jest zgodny z SWZ.

### **Pytanie nr 2 - Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu ?, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dola Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnie z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 3 - Pakiet 1, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści poszwę na poduszkę z zakładką ok. 12 cm (+/- 3 cm) oraz poszwę na kołdrę z zatraskami wykonanymi z plastiku (bez zakładki).

**Odpowiedź na pytanie nr 3:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SWZ

### **Pytanie nr 4 - Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści poszewkę w rozmiarze 60x80cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SWZ .

### **Pytanie nr 5 - Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści poszewkę pakowaną a'25szt?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:** Tak, Zamawiający dopuści poszewkę a'25szt.

### **Pytanie nr 6 - Pakiet 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op=25szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 7 - Pakiet 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło składane pojedynczo pakowane zbiorczo po 10szt oraz zbiorczo w karton 15 x 10szt?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:** Tak, Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 8 - Pakiet 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op=10szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:** Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SWZ.

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ**

**Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**

Z upoważnienia  
KOMENDANTA  
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką  
SPZOZ we Wrocławiu  
Piotr Strąk