



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

L. dz. DZP- 589 /22

Poznań, dnia 11.08.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy- platforma zakupowa**

**Dotyczy: Tpm-71/22** postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

**Dotyczy komory laminarnej**

**Zapytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę o wymiarach zew. 1350 x 1545 x 780-855 mm (szer. x wys. x gł.) oraz wymiarach wewnętrznych 1192 x 740 x 580 mm (szer. x wys. x gł.)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuści ww. rozwiązania.**

**Zapytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania boki przeszklone oraz wewnątrz wykonane ze stali 316 L ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuści ww. rozwiązania.**

**Zapytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z szyba unoszoną elektrycznie, ustawiona pod konten 7 stopni i otwieraniem panelu przedniego w celu umycia szyby ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuści ww. rozwiązania.**

**Zapytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podstawę z regulacją 75-85 cm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuści ww. rozwiązania.**

**Zapytanie 5:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z funkcją stand by bez przycisku uruchomienia z panelu ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuści ww. rozwiązania.**

**Zapytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę z poborem mocy 880 W?



**UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**

**Dział Zamówień Publicznych**

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00  
fax (061) 854-61-46  
e-mail: [dzp@ump.edu.pl](mailto:dzp@ump.edu.pl)

---

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuści ww. rozwiązania.**

**Zapytanie 7:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pkt. 24 specyfikacji – tj. "Podstawa musi posiadać zwiększoną odporność na korozję, co należy potwierdzić dołączonym do oferty dokumentem wystawionym przez niezależne laboratorium akredytowane, potwierdzającym wykonanie badań zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2007 i PN-EN ISO 10289:2002 "

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie odstąpi od wymogu pkt. 24 specyfikacji.**

**Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,