

Łódź 12.04.2021 r.

Sprawa: **Dostawa termocyklera PCR z detekcją w czasie rzeczywistym**

Działając w oparciu art. 284 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1:

Dotyczy Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w punkcie 13 tabeli Zamawiający wymaga diody LED zainstalowana na stałe w aparacie (brak elementów ruchomych związanych z elementem wzbudzenia aparatu) Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu w punkcie 21 tabeli na: "Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz w formacie txt.

Odpowiedź:

Punkt 13 - Źródło światła: zestaw diod LED lub pojedyncza dioda LED – zamawiający pozostawia bez zmian.

Na rynku istnieją rozwiązania gdzie dioda/układ diod jest ruchomy i skanuje płytkę lub jest na stałe zamontowany, a sygnał sczytywany jest poprzez kable optyczne. Oba rozwiązania są równorzędne.

Punkt 21 tabeli – zamawiający modyfikuje zapis następująco: „**Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (np. Microsoft Excel) lub do plików tekstowych**”.

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy niniejszego postanowienia:

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należyłą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, pandemia, w tym okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe

ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonywanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Ponadto mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania.

Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia zmiany umowy we wnioskowanym zakresie mając na uwadze świadomość stron istnienia pandemii jaką mają obecnie wszyscy uczestnicy postępowania zarówno w zakresie terminów realizacji jak i istniejących obostrzeń nie można uznać, iż sam fakt wystąpienia pandemii stanowi siłę wyższą wpływająca na możliwość realizacji umowy.

Wskazujemy na treść obowiązujących przepisów art. 15 r i 15 r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które z mocy ustawy obowiązują strony w okresie przewidzianym ustawą.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

Uzasadnienie:

Trwanie pandemii stanowi okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch oraz ciągły rozwój pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, okoliczności spowodowane brakiem siły roboczej u dostawców w przypadku zarażenia lub kwarantanny, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający na tak postawione pytanie wskazuje, iż mając na uwadze świadomość stron istnienia pandemii jaką mają obecnie wszyscy uczestnicy postępowania zarówno w zakresie terminów realizacji jak i istniejących obostrzeń nie można uznać, iż sam fakt wystąpienia pandemii stanowi siłę wyższą wpływająca na możliwość realizacji umowy.

W przypadku jednak radykalnej zmiany sytuacji i zaostrzenia obostrzeń po dacie złożenia oferty nie można wykluczyć, iż zdarzenia jakie zaistnieją po dacie złożenia oferty mogą zostać uznane za działanie siły wyższej

Pytanie 5:

Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Tak, wzór umowy powierzenia danych osobowych zamawiającego dodano jako załącznik nr 5 do umowy.

Pytanie 6:

Par. 1 ust. 2 pkt d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Jednorazowe szkolenie. Nie więcej niż 10 osób - liczba osób uzależniona będzie od warunków sanitarno-epidemiologicznych.

Odpowiedź:**Pytanie 7:**

Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź:

Dokumenty - paszport techniczny, instrukcji obsługi, deklaracje, atesty, certyfikaty mogą być dostarczone w formie elektronicznej - przesłane drogą mailową na podane adresy mailowe. podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem lub podpisane i wysłane w formie papierowej.

Natomiast gwarancja/karta gwarancyjna może być przesłana drogą mailową - na podane adresy mailowe i podpisana elektronicznie kwalifikowalnym podpisem lub podpisana i wysłana w formie papierowej.

Pytanie 8:

Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 9:

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie, jako pozostającej w sprzeczności z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Pytanie 10:

Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie.

Pytanie 11:

Par. 8 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający odmawia zmiany SWZ we wnioskowanym zakresie. Wskazuję ponadto, iż z treści pytania wynika, iż prawdopodobnie pytający prosił o zmianę zapisu par 9 ust. 8 a nie par 8 ust. 9. Niezależnie jednak od powyższych Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenia, ani na zmianę zapisu.

Pytanie 12:

Par. 9ust. 3 i 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „na swój koszt” na „ w ramach wynagrodzenia”?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia zmiany zapisów par 9 ust 3 i 4 albowiem w przypadku zaistnienia sytuacji potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy np. kar umownych mógłby zaistnieć spór co do wpływu tej okoliczności na zakres obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy. Zamawiający wskazuje, iż w jego ocenie zapis par 9 ust. 3 i 4 oznacza, iż całość kosztów serwisu gwarancyjnego Wykonawca skalkulował ofertowej kwocie wynagrodzenia.

Pytanie 13:

Par. 9 ust. 5 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie słów „tego aparatu w całości” tak by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź:

Mając na uwadze, iż zapis dotyczy sytuacji 3 krotnej bezskutecznej naprawy istotnej awarii Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

Pytanie 14:

Par. 9 ust. 5 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Uzasadnienie:

Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. Dlatego, niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez wzgląd na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury.

Odpowiedź:

Mając na uwadze, iż zapis dotyczy sytuacji 3 krotnej bezskutecznej naprawy istotnej awarii Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ.

Pytanie 15:

Par. 9 ust. 5 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis par 9 ust. 5 nadając mu brzmienie:

W sytuacji, gdy przez okres gwarancyjny towar ulegał będzie 3-krotnej istotnej awarii, lub w przypadku braku możliwości usunięcia wad Zamawiający może wedle swojego wyboru:

- a) żądać wymiany przez Wykonawcę tego aparatu w całości lub części na nowy wolny od wad oraz o tożsamy parametrach, na wyłączny koszt Wykonawcy;
- b) powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie towaru wolnego od wad na koszt Wykonawcy osobom trzecim, **lub**
- c) odstąpić od umowy w całości albo w części, co będzie traktowane jako okoliczność obciążająca Wykonawcę. **Uprawnienie to Zamawiający może zrealizować w terminie 90 dni od daty zgłoszenia trzeciej istotnej awarii.**

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy – modyfikacja.

Pytanie 16:

Par. 11 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis par 11 ust. 1 i 2 nadając im brzmienie

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz wypadków wymienionych w wcześniejszych paragrafach niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w sytuacji:
 - a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości;

- c) W przypadku opóźnienia się z rozpoczęciem lub wykonaniem umowy w taki sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie;
- d) Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami, warunkami technicznymi lub w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu umowy, **po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i udzieleniu mu w tym zakresie dodatkowego 14 dniowego terminu licząc od dnia nadania przesyłki pocztowej zawierającej wezwanie.**

przy czym strony uznają, iż odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej części z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 1 pkt. „b-d” uznaje się także za odstąpienie z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.

- 2. Ilekroć w niniejszej umowie przewidziane jest prawo do odstąpienia od Umowy, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia można skorzystać w terminie **90 dni** od powzięcia wiadomości o zdarzeniach stanowiących podstawę odstąpienia.

Dokonano stosownych modyfikacji w załączniku nr 3 do SWZ – wzór umowy – modyfikacja.

Pytanie 17:

Czy zamawiający, dopuszcza, aby urządzenie miało opcjonalnie możliwość doposażenia w oprogramowanie do HRM?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i nie zmienia zapisu w tym zakresie. Jest to wymóg zamawiającego.

Pytanie 18:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało posiadać taką konfigurację, która umożliwi w przyszłości rozbudowę systemu o opcję analizy HRM? Czy może aparat ma od razu posiadać funkcję HRM?

Odpowiedź:

Aparat powinien posiadać funkcję HRM.

Zamawiający informuje o wprowadzeniu zmian poniższych terminów:

Składania ofert – z 14.04.2021 godz. 10:00 na dzień 19.04.2021 godz. 09:00

Otwarcia ofert – z 14.04.2021 godz. 10:30 na dzień 19.04.2021 godz. 09:30

Termin związania ofertą - 13.05.2021 r. na dzień **18.05.2021 r.**

Z-ca Dyrektora
Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi