



**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**

ul. Niechorska 27  
72 – 300 Gryfice

Nasz znak  
SPZZOZ/64/1/22

Data  
Gryfice 2023-01-17

Sprawa dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp na: „**Dostawa płynów dializacyjnych do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach**”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

Pytania do wzoru umowy:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 2:

1. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
  - przy zwłóce do 14 dni w wysokości 0,3% wartości **bruttonezrealizowanego** zamówienia za każdy dzień zwłoki,
  - przy zwłóce powyżej 14 dni w wysokości 0,5% wartości **brutto** danej dostawy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości bruttodanej dostawy**
  - przy zwłóce do 72 godzin w przypadku dostaw cito w wysokości **0,5%** wartości **bruttonezrealizowanego** zamówienia za każdy dzień zwłoki,
  - przy zwłóce powyżej 72 godzin w przypadku dostaw cito w wysokości **0,5% bruttonezrealizowanej** dostawy za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości bruttonezrealizowanej dostawy**
  - **0,5%** wartości **bruttonezrealizowanego** zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku leków sprowadzanych w ramach importu docelowego, **jednak nie więcej niż 10% wartości bruttonezrealizowanego zamówienia.**

**Odpowiedź:** „Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i wskazuje, że podstawą do obliczenia kary umownej jest procentowa wartość przedmiotu zamówienia wyrażona w kwocie brutto, zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 wzoru umowy. Ograniczenia wysokości kary umownej do 10% wartości brutto niezrealizowanej dostawy zgodnie z sugestią Oferenta pozbawi karę umowę cech dyscyplinujących i tym samym nie spełni ona swojej ustawowej funkcji, podczas gdy limit kar umownych jest przewidziany zaś § 3 ust. 6 wzoru umowy. Należy zaznaczyć, że to Wykonawca ma wpływ na wystąpienie





okoliczności uzasadniających obciążenie karą zaś ta może być miarkowana w ramach sprawy sądowej”.

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że zapis taki znajduje się w § 6 ust. 8 umowy.**

**Pytania:**

Załącznik 1 . pkt. 2. Płyn substytucyjny i dializacyjny buforowany dwuwęglanem w nerkowej terapii zastępczej kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax, w skład którego wchodzi: Na+ 140 mmol/l; K+ 4 mmol/l; Ca<sup>2+</sup> 0 mmol/l; Mg<sup>2+</sup> 0,75 mmol/l; Cl- 122,7 mmol/l; HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 22 mmol/l; HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup> 0,8 mmol/l; osmolarność 299,4 mOsm/l; Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Załącznik 1 . pkt. 3. Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek, kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax, w skład którego wchodzi: Ca<sup>2+</sup> 1,5 mmol/l, Mg<sup>2+</sup> 0,5 mmo/l, Na+ 140 mmol/l, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 35 mmol/l, K+ 4 mmol/l; osmolarność 300 mOsm/l; .Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Załącznik 1 pkt. 4 . Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax, w skład którego wchodzi: Ca<sup>2+</sup> 1,5 mmol/l, Mg<sup>2+</sup> 0,5 mmo/l, Na+ 140 mmol/l, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 35 mmol/l, mleczan 0 mmol/l, K+ 2 mmol/l,glukoza 5,5 mmol/l; osmolarność 296 mOsm/l .Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

Załącznik 1 pkt. 5 . 4Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek, kompatybilny z aparatem Prismaflex/Prismax, w skład którego wchodzi: Ca<sup>2+</sup> 1,5 mmol/l, Mg<sup>2+</sup> 0,5 mmo/l, Na+ 140 mmol/l, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 35 mmol/l, mleczan 0 mmol/l, K+ 0 mmol/l; osmolarność 292 mOsm/l; Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**DYREKTOR  
SPZZOZ w Gryficach  
Piotr Sołtysiński**

