




# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271

 32 281 02 71  
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 02.03.2023 r.

DZP – 11/2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup doposażenia w ramach eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka pracowników w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

**Pytanie nr 1 – Dot. załącznika nr 2d (poz. 4) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada szerokość całkowitą wynoszącą 985 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 2 – Dot. załącznika nr 2d (poz. 4) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada długość całkowitą wynoszącą 2180 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 3 – Dot. załącznika nr 2d (poz. 5) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada konstrukcję łóżka wykonaną z profili stalowych o wymiarach 5x3 cm pokrytych lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002 tzw. „złamanej bieli” bez możliwości wyboru kolorystycznego ramy leża?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie

**Pytanie nr 4 – Dot. załącznika nr 2d (poz. 6) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które nie posiada ramy zewnętrznej, leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 5 – Dot. załącznika nr 2d (poz. 7) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada segmenty leża wypełnione odejmovanymi płytami laminatowymi, przeziernymi dla promieniowania RTG?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 6 – Dot. załącznika nr 2d (poz. 8) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada elektryczną regulację wysokości leża sterowaną z pilota przewodowego w zakresie 385 – 800 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 7 – Dot. załącznika nr 2d (poz. 8) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada leże łóżka podparte na konstrukcji pantografowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 8 – Dot. załącznika nr 2d (poz. 9) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada segment podudzia regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie 0° – 23°?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 9 – Dot. załącznika nr 2d (poz. 10) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które nie posiada możliwości zablokowania na pilocie funkcji łóżka, blokowanie odbywa się na panelu sterującym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 10 – Dot. załącznika nr 2d (poz. 11) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada pilota przewodowego nie wyposażonego w system informujący (np. diody LED) o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników oraz zablokowaniu/ odblokowaniu funkcji łóżka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 11 - Dot. załącznika nr 2d (poz. 11) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada panel sterujący wyposażony w system informujący o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej oraz o zablokowanych i odblokowanych funkcji łóżka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 12 - Dot. załącznika nr 2d (poz. 12) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada STOPIEŃ OCHRONY IPX4? Pragniemy zauważyć, że pierwsza cyfra oznacza jedynie stopień ochrony urządzenia przed wnikaniem obcych ciał stałych (np. pyłów); druga natomiast (w przypadku oferowanych łóżek jest to 4) oznacza stopień ochrony przez skutkami wnikania cieczy – i właśnie ten stopień ochrony jest istotny w środowiskach szpitalnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 13 - Dot. załącznika nr 2d (poz. 13, 14) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, wyposażone w 4 koła o średnicy 150 mm, zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady, koła z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieznik), dźwignie uruchamiające centralną blokadę kół umieszczone w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta, funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania, możliwość ustawienia w trzech pozycjach: odblokowane, zablokowane i funkcja jazdy na wprost?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 14 - Dot. załącznika nr 2d (poz. 20) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa z użyciem technologii powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów, poręcze boczne zabezpieczające pacjenta na całej

długości leża, poręcze boczne w części plecowej o wysokości 40 cm, natomiast w części udowej o wysokości 38,3 cm, zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką, górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 15 - Dot. załącznika nr 2d (poz. 21) – Łóżko szpitalne elektryczne – 8 sztuk:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada możliwość montażu wieszaka kroplówki na ramie łóżka?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

DYREKTOR  
Wojciech Michalik

**WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL**

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU  
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo  
Śląskie