



Znak: AE/ZP-27-15/22

Tarnów, 2022-02-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz osprzętu do urządzeń medycznych.

W związku z zapytaniem Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika dla wcześniaków i noworodków o wadze do 3 kg ? Reszta bez zmian.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz.: 1, 2, 3.** Prosimy o doprecyzowanie, że czujniki mają być:
 - sterylne, bez DEHP
 - do stosowania w ruchu i przy niskiej perfuzji (%SpO2 w zakresie 70 -100 % - 2 cyfry, w zakresie 60% - 80% - 3 cyfry – dokładność dla obu zakresów SPO2 instrukcji obsługi zaoferowanych czujników)
 - zabezpieczone przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (klatka Faradaya i ekranowane kable).
3. **Dotyczy Pakietu Nr 2.** Prosimy o podanie numeru katalogowego adapterów obecnie stosowanych przez Zamawiającego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami
4. **Dotyczy Pakietu Nr 3.** Czy Zamawiający, mając na względzie zasadę zachowania uczciwej konkurencji (art. 99 ustawy PZP) oraz środki publiczne, którymi dysponuje, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie czujników wyprodukowanych w technologii równoważnej (zgodnej z technologią m.in. Nellcor/Oximax), o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki, które opisuje Zamawiający?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Prosimy o dopuszczenie czujników bezklejowych dla pacjentów o wadze <3kg i >30kg lub 3-40 kg - do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego.
6. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 2.** Prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu wagowego pacjenta tj. 1-20 kg.
7. **Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1.** Czy zamawiający dopuści czujnik SpO2 jednorazowego użytku - dla noworodków (<3kg >30kg), w technologii Nellcor Oximax, bezklejowy?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 1** czujników dla wcześniaków i noworodków o wadze do 3 kg.

Ad. 2 Parametry jakie muszą spełniać oferowane w **Pakiecie Nr 3 poz.: 1, 2, 3** czujniki Zamawiający określił w SWZ i nie wprowadza w tym zakresie zmian.

Ad. 3 Obecnie Zamawiający używa adapterów (stanowiących przedmiot zamówienia w **Pakiecie Nr 2 poz. 1**) o nr kat. CSM01A (producent Unimed)

Ad. 4 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 1-3.**

Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 3 poz. 2** czujników dla dzieci o wadze 1-20 kg, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ

Ad. 7 Zamawiający podtrzymuje wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 3 poz. 1.**

Otrzymują:

1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosch

