

Opis parametrów ocenianych

Parametry jakościowo-techniczne	PUNKTACJA	Wartość oferowana (wypełnia Wykonawca)
Brak dodatkowych zewnętrznych kalibratorów wymaganych lub zalecanych dla jakichkolwiek parametrów oznaczanych przez analizator	Tak 10 pkt Nie 0 pkt	
Zamykany automatycznie podświetlany port pobrań	Tak 5 pkt Nie 0 pkt	
Niezależnie wymieniany (od kasety odczynnikowej) moduł automatycznej kontroli jakości	Tak 10 pkt Nie 0 pkt	
Czas przestoju aparatu – przygotowania do pracy- po wymianie modułu odczynnikowego	Do 20 minut - 10 pkt Powyżej 20 min – 0 pkt.	
Mierzony hematokryt	Tak 5 pkt Nie 0 pkt	