

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WSSE.DEA OZPA 272.37.2023

Łódź, 09.11.2023r.

WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest **Dostawa aparatury laboratoryjnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w podziale na części:**

CZĘŚĆ 1: Dilutor grawimetryczny z dwoma pompami – 1szt.

CZĘŚĆ 2: Ciepłarki laboratoryjne o pojemności 50l -60l- 2szt

CZĘŚĆ 3: Ciepłarki laboratoryjne o pojemności 120l-150l- 4szt

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

CZĘŚĆ 2: Ciepłarki laboratoryjne o pojemności 50l -60l- 2szt

1) Czy Zamawiający dopuści ciepłarki o wysokości zewnętrznej 784 mm ?

Odp. Zamawiający dopuści ciepłarki o wysokości zewnętrznej 784 mm i dokona stosownej zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ dla Części 2.

2) Proszę o informację, czy dopuszczą Państwo sprzęt o następujących parametrach:

a) Ciepłarka o dokładności stabilizacji temperatury +/- 0,5 °C zamiast wymaganych +/- 0,2 °C

Odp. Zamawiający dopuszcza sprzęt o dokładności stabilizacji temperatury +/- 0,5 °C i dokona stosownej zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ dla Części 2.

b) Wnętrze ciepłarki wykonane z tworzywa sztucznego (wymagano wykonania ze stali nierdzewnej)

c) Urządzenie posiadające pojedyncze drzwi (wymagano drzwi podwójnych)

d) Urządzenie posiadające jedną półkę (wymagano minimum 2 półek)

Odp. b, c, d: Zamawiający nie dopuszcza ciepłarek, których wnętrze wykonane jest z tworzywa sztucznego i posiada pojedyncze drzwi oraz jedną półkę i podtrzymuje zapisy SWZ.

3) Czy Zamawiający dopuści ciepłarki z wymuszonym obiegiem powietrza z wysoką dokładnością temperatury dzięki technologii APT.line™ z możliwością dezynfekcji przy 100 °C ?

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ciepłarki z wymuszonym obiegiem powietrza z wysoką dokładnością temperatury dzięki technologii APT.line™ z możliwością dezynfekcji przy 100 °C.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

4). Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury: +7 °C powyżej temperatury otoczenia do 100 °C ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza podanego zakresu temperatury i podtrzymuje zapisy SWZ.

5) Czy Zamawiający dopuści 2 chromowane półki druciane ?

Odp. Zamawiający dopuszcza 2 chromowane półki druciane i dokona stosownej zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ dla Części 2.

6) Czy Zamawiający określi minimalną średnicę przepustu do wprowadzenia dodatkowych czujników oraz poda jego lokalizację ?

Odp. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie minimalnej średnicy przepustu do wprowadzenia dodatkowych czujników i ich lokalizacji (dopuszcza wszelkie rozwiązania).

7). Czy Zamawiający dopuści zintegrowane niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN12880) z alarmem optycznym, ale bez akustycznego alarmu przekroczenia zadanych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza zintegrowane niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN12880) z alarmem optycznym i dokona stosownej zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ dla Części 2.

CZĘŚĆ 3: Ciepłarki laboratoryjne o pojemności 120l -150l- 4szt

1) Czy Zamawiający dopuści ciepłarki o szerokości zewnętrznej 745 mm ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę ciepłarek o innej szerokości niż podany zakres w SWZ.

2) Czy Zamawiający dopuści ciepłarki o pojemności 108 litrów ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę ciepłarek o innej objętości niż podany zakres w SWZ.

3) Proszę o informację, czy dopuszczają Państwo sprzęt o następujących parametrach:

a) Ciepłarka o dokładności stabilizacji temperatury +/- 0,5 °C zamiast wymaganych +/- 0,2 °C

Odp. Zamawiający dopuszcza sprzęt o dokładności stabilizacji temperatury +/- 0,5 °C i dokona stosownej zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ dla Części 3.

b) Wnętrze ciepłarki wykonane z tworzywa sztucznego (wymagano wykonania ze stali nierdzewnej)

Odp. Zamawiający dopuszcza sprzęt wykonany z tworzywa sztucznego i dokona stosownej zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ dla Części 3.

4) Czy zamawiający wyrazi zgodę na ciepłarki z wymuszonym obiegiem powietrza, o wymiarach wysokość 850mm, szerokość 660mm, głębokość 710mm?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę ciepłarek laboratoryjnych z wymuszonym obiegiem powietrza o wymiarach : wysokość 850 mm, szerokość 660 mm, głębokość 710 mm i podtrzymuje zapisy SWZ.

5) Czy Zamawiający dopuści ciepłarki z wymuszonym obiegiem powietrza z wysoką dokładnością temperatury dzięki technologii APT.line™ z możliwością dezynfekcji przy 100 °C ?

Odp. Zamawiający dopuszcza ciepłarki z wymuszonym obiegiem powietrza z wysoką dokładnością temperatury dzięki technologii APT.line™ z możliwością dezynfekcji przy 100 °C.

6) Czy Zamawiający dopuści zakres temperatury: +8 °C powyżej temperatury otoczenia do 100 °C ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza podanego zakresu temperatury.

7) Czy Zamawiający dopuści 3 chromowane półki druciane ?

Odp. Zamawiający dopuszcza 3 chromowane półki druciane i dokona stosownej zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ dla Części 3.

8) Czy Zamawiający określi minimalną średnicę przepustu do wprowadzenia dodatkowych czujników oraz poda jego lokalizację ?

Odp. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie minimalnej średnicy przepustu do wprowadzenia dodatkowych czujników i ich lokalizacji (dopuszcza wszelkie rozwiązania).

9) Czy Zamawiający dopuści zintegrowane niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN12880) z alarmem optycznym, ale bez akustycznego alarmu przekroczenia zadanych parametrów?

Odp. Zamawiający dopuszcza zintegrowane niezależne zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.1 (DIN12880) z alarmem optycznym i dokona stosownej zmiany w Załączniku nr 2 do SWZ dla Części 3.

10) Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wys. x szer. x głęb. (mm): 725 x 710 x 605 ?

Odp. Zamawiający nie dopuści ww. wymiarów i podtrzymuje zapisy SWZ.

11) Czy Zamawiający dopuści pojemność wnętrza 114 l ?

Odp. Zamawiający nie dopuści podanej pojemności wnętrza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

Zastępuje Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 2 Załącznikiem nr 2 do SWZ dla Części 2-ZMIANA

Zastępuje Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 3 Załącznikiem nr 2 do SWZ dla Części 3-ZMIANA

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 09.11.2023r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik:

1. Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 2 -ZMIANA
2. Załącznik nr 2 do SWZ dla Części 3 -ZMIANA

W dniu 09.11.2023r zatwierdził:
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
z up.
Waldemar Mańkowski
z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-administracyjnych
WSSE w Łodzi