



**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Zakładów Opieki Zdrowotnej**

**w Gryficach**

ul. Niechorska 27

72-300 Gryfice

Nasz znak

Data

SPZZOZ/56/1/20

Gryfice, 29.10.2020r.

Sprawa dotyczy:

*Przetarg nieograniczony nr 56/20 na: Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu:*

**„Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” - cz. I**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 1843) Zamawiający przytacza odpowiedzi i udziela odpowiedzi:

Poz 2.4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dopuści urządzenie umożliwiające automatyczne przeliczanie RPM na RCF bez opcji ograniczenia dostępu poprzez hasło. Rozwiązanie opisane przez zamawiającego (dostęp poprzez hasło użytkownika) nie jest ma zastosowania użytkowego w tego typu urządzeniach. Podtrzymanie w/w wymogu będzie skutkowało ograniczeniem ilości złożonych ofert zakupowych i tym samym ograniczeniem ilości oferentów, co będzie miało wpływ na negatywny interes ekonomiczny szpitala.

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz 2.9 Czy Zamawiający dopuści wirówkę posiadającą możliwość zapisu 9 programów Użytkownika w pamięci podręcznej urządzenia?

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz 3.2 Czy Zamawiający dopuści wirnik wychyłowy o prędkości wirowania 4000 RPM?

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz 3.3 Czy Zamawiający dopuści wirnik wychyłowy o przyspieszeniu wirnika 2950g?

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Poz 4.1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające wirowanie probówek 1,5/2ml z RCF równą 4020x g?

**ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.**



Poz 4.2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaproponowania wirnika umożliwiającego przygotowanie preparatów cytodiagnostycznych?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 6.7 opisał "Liczba napraw tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3". Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu tej treści na "Liczba napraw tego samego podzespołu istotnego dla pracz urządzenia (np. silnik) powodująca wymianę na nowy (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) – 3"?

**ODP: Zamawiający wyraża zgodę.**

Z poważaniem

DYREKTOR  
SPZZOZ w Gryficach

*Piotr Sołtyśński*

