



Olsztyn, dn. 29 maja 2023 r.

Nr sprawy 23/2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych”

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. 2

Zestaw 1

1. „W związku z obowiązywaniem na terenie RP patentów obejmujących materiały eksploatacyjne do wstrzykiwacza Medrad Stellant, chroniących własność intelektualną firmy Bayer (EP1687049 zatytułowany „Strzykawki, interfejsy strzykawek i tłoki do strzykawek do użytku z iniektorami medycznymi”, EP3326673 zatytułowany „Strzykawki, interfejsy strzykawek i trzpienie strzykawek do użytku z iniektorami medycznymi”. Obydwa patenty zostały prawidłowo walidowane (informację o złożeniu tłumaczenia patentów ogłoszono w Wiadomościach Urzędu Patentowego odpowiednio 31 października 2019 r. i 31 marca 2020 r.) i pozostaną w mocy do dnia 23 listopada 2024 (Patenty) informujemy, że opisany w przez Zamawiającego asortyment narusza prawo patentowe, został wprowadzony na rynek i jest dystrybuowany bez zgody firmy Bayer oraz nie podlegał żadnej walidacji przez producenta wstrzykiwacza. Uprzejmie informujemy, że do posiadanego przez Zamawiającego wstrzykiwacza właściwym produktem są: Jednorazowe, sterylne, zestawy wkładów TK do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT Dual. Wolne od ftalanów o wytrzymałości do 350 PSI. Składające się z dwóch razem pakowanych wkładów o pojemności 200ml, 1 x łącznik niskociśnieniowy z trójnikiem typu „T” o dł. 152 cm, gdzie długość ramion trójnika jest różna i wynosi dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/- 2 cm. Zestawy zawierają również 2 ostrza typu spike. W związku z powyższą informacją zapytujemy, czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia zestawów wkładów produkcji Bayer/ Medrad opisanych powyżej i zgodnych z instrukcją obsługi wstrzykiwacza?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 2

1. Grupa NR 10 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazowego użytku do polipektomii asymetryczne (kaczy dziób). Średnica pętli: 25mm, długość robocza 220 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt asymetryczny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

2. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazowego użytku do polipektomii heksagonalne. Średnica pętli: 10mm i 15mm, długość robocza 220 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt heksagonalny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Zadanie NR 45 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT,

datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazową sterylną, długość robocza 2300 mm, , rozwarcie klipsa 15 mm, dedykowana do kanału 2,8 mm, rozwarcie 90 stopni, możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego ostatecznym uwolnieniem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

5. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści klipsownicę hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Dedykowana do kanału roboczego 2,8 mm: rozwarcie ramion klipsa 15mm i stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni, długość narzędzia 230 cm, rozwarcie ramion klipsa 16mm stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 235 cm. Dodatkowy kanał do splukiwania pola operacyjnego. Do wyboru Zamawiającego. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem pod warunkiem zachowania warunków producenta (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści koreczki biopsyjne pasujące do aparatów marki Fujifilm i Olympusa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kleszcze 3- lub do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 3

1. Zadanie 38 - Czy zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy szczęk 2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

2. Zadanie 43 - Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie chwytaków do polipów w formie siatki rozpostartej na pętli o wymiarach: - średnica pętli 32 mm, długość narzędzia 240 cm, śr. osłonki 2,6 mm, - średnica pętli 25 mm, długość narzędzia 240 cm, śr. osłonki 2,6 mm, - średnica pętli 25 mm, długość narzędzia 160 cm, śr. osłonki 1,8 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Zadanie 43 - Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem wprowadzającym o długości 150 cm, średnica wewnętrzna gumki po uwolnieniu 1,9 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

4. Zadanie 43 - Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 23G (0,6 mm) długość igły 6 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Zadanie 43 - Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Zadanie 45 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 2,5 mm, średnica osłonki 2,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Zestaw 4

1. Zadanie NR 36 Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazowego użytku do polipektomii asymetryczne (kaczy dziób). Średnica pętli: 25mm, długość robocza 220 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt asymetryczny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

2. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazowego użytku do polipektomii heksagonalne. Średnica pętli: 10mm i 15mm, długość robocza 220 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt heksagonalny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Zadanie NR 45 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylne, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otworu 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści klipsownice hemostatyczną z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Dedykowana do kanału roboczego 2,8 mm: □ rozwarcie ramion klipsa 15mm i stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni, długość narzędzia 230 cm. □ rozwarcie ramion klipsa 16mm stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 235 cm. Dodatkowy kanał do splukiwania pola operacyjnego. Do wyboru Zamawiającego. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem pod warunkiem zachowania warunków producenta (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkownika wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści koreczki biopsyjne pasujące do aparatów marki Fujifilm i Olympus?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kleszcze 3- lub do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 5

1. Dotyczy Zadania nr 10 Opisane zadanie wprowadza w błąd oferentów , gdyż opisane pozycje 1, 2 oraz 3 i 4 dotyczą wklucia centralnego, natomiast pozycja 5 dotyczy innego asortymentu jakim jest wklucie pośrednie , które nie jest wkluciem centralnym lecz obwodowym. Prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu bądź unieważnienie zadania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

2. Dotyczy zadania nr 10 Pozycja 5 W opisie zostało użyte słowo gripl lock. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, nazw własnych, chyba że jest to uzasadnione specyfiką tegoż przedmiotu, a organizator postępowania nie może jednoznacznie opisać przedmiotu zakupu za pomocą określeń nie odwołujących się do nazw własnych. Dodatkowo mocowanie grip lock nie znajduje się w opisanym zestawie, więc jest to wprowadzenie w błąd potencjalnych oferentów

zainteresowanych przystąpieniem do zadanie nr 10.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że w zadaniu nr 10 poz. 5 ma na myśli: urządzenie do mocowania cewnika typu GRIP-LOK. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z zapisami SWZ rozdział I.

Zestaw 6

1. Dotyczy zadania nr 24 Czy Zamawiający w Zadaniu 24 w pozycji 8 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw ze strzykawką 30 ml; spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Dotyczy zadania nr 24 Czy Zamawiający w Zadaniu 24 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 12 z Zadania; decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment w Zadaniu 24

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – modyfikacji ulega załącznik nr 2 do SWZ Arkusz asortymentowo – cenowy dla zadania nr 24 Rękojeść i łyżka do laryngoskopów. (W załączeniu aktualny Załącznik nr 2 do SWZ).

3. Dotyczy zadania nr 24 Czy Zamawiający w Zadaniu 24 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 13 z Zadania; decyzja Zamawiającego pozwoli na złożenie oferty na pozostały asortyment w Zadaniu 24.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść SWZ – modyfikacji ulega załącznik nr 2 do SWZ Arkusz asortymentowo – cenowy dla zadania nr 24 Rękojeść i łyżka do laryngoskopów. (W załączeniu aktualny Załącznik nr 2 do SWZ).

Zestaw 7

1. Pakiet 6 pozycja 1-2: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o informację, czy w celu potwierdzenia kompatybilności z będącymi na wyposażeniu szpitala sprzętem, wymaga w formie pisemnej: deklaracji zgodności, certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy), zgłoszenie/powiadomienie do URPLW MiPB (jeżeli dotyczy). Oświadczenia, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

2. Załącznik nr 10 do SWZ UMOWA (Projekt) § 4 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Załącznik nr 10 do SWZ UMOWA (Projekt) § 6 ust. 1 pkt 3 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 0,5% do 0,2%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

4. Załącznik nr 10 do SWZ UMOWA (Projekt) § 6 ust. 4 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 25% do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Zestaw 8

1. Zadanie 36, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy 25 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Zadanie 36, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazowego użytku do polipektomii owalne, wykonane z drutu plecionego, z funkcją rotacji, wyposażone w skalowaną rękojeść, średnica narzędzia 2,4 mm, średnica pętli 15 mm, 25 mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Zadanie 36, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazowego użytku do polipektomii owalne, wykonane z drutu plecionego, z funkcją rotacji, wyposażone w wyskalowaną rękojeść, średnica narzędzia 2,4 mm, średnica pętli 15 mm, 15 mm i 32 mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

4. Zadanie 43, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku średnica 1,8 mm, długość 160 cm, łyżeczki wyłącznie owalne z okienkiem bez igły, powlekane na całej długości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

5. Zadanie 43, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętlę z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

6. Zadanie 43, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przetyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętkiem działającym w dwóch kierunkach i pokrętkiem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

7. Zadanie 43, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań o średnicy 21 G (0,8 mm) lub 23 G (0,6 mm), długość 4 mm lub 6 mm, długość całkowita narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

8. Zadanie 43, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 6mm i 6mm przy długości narzędzia 2500mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

9. Zadanie 43, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści szczotkę jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

10. Zadanie 43, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii z drutu monofilamentnego o średnicach 10 mm, 15 mm, 30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 9

1. poz.1 pytanie 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego: Rękojeść jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - LED. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiającą szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

2. poz.1 pytanie 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem zgodnie ze specyfikacją o następujących wymiarach/ dł. x śr.: # Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x śr. 29.0 mm
Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Zadanie nr 22 Rękojeść i łyżka do laryngoskopów poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek Macintosh równoważnych parametrach o następujących rozmiarach łyżki - kodowane kolorem na opakowaniu: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm #1 - biały / dł. 75 mm #2 - niebieski / dł. 93.0 mm #3 - żółty / dł. 110.0 mm #4 - różowy / dł. 135.0 mm #5 - zielony / dł. 156.0 mm
Oraz dopuszczenie łyżek Miller równoważnych parametrach o następujących rozmiarach łyżki - kodowane kolorem na opakowaniu: rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu. #00- morski / dł. 44.0 mm #0 - fioletowy / dł. 55.0 mm #1 - pomarańczowy / dł. 81.0 mm #2 - szary / dł. 131.0 mm #3 - łososiowy / dł. 171.0 mm #4 - grafitowy / dł. 182.0 mm
Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Zestaw 10

1. Dot. rozdziału XVIII SWZ – Opis kryteriów oceny ofert – dot. zadania 18 Prosimy Zamawiającego o zmianę w zakresie zadania nr 18 zapisu w kryterium „Oznakowanie na opakowaniu w języku polskim – 10%” na „Oznakowanie na opakowaniu w języku polskim lub angielskim oraz za pomocą powszechnie stosowanych czytelnych piktogramów – 10%”. W asortymencie, który chcemy Państwu zaoferować, nazwa handlowa wyrobu medycznego jest w języku angielskim, czego ani producent ani Wykonawca nie są w stanie zmienić, ponieważ wyroby te posiadają certyfikaty dopuszczające wyrób do stosowania i użytku wystawione zgodnie z angielską nazwą handlową. Etykiety posiadają również powszechnie stosowane, zgodne z obowiązującymi przepisami czytelne piktogramy pozwalające na identyfikację wyrobu oraz ważnych informacji, takich jak: data produkcji, numer serii, data ważności, sterylność itp. Nasze wkłady z takimi właśnie oznaczeniami są akceptowane i stosowane z powodzeniem w kilkudziesięciu publicznych jednostkach służby zdrowia w całym kraju. Ponadto każde opakowanie posiada ulotkę w j. polskim. Produkty te są łatwe w użyciu i wszystkie dane na etykiecie są wystarczające do prawidłowego użytkowania. Stosowanie takich etykiet jest też zgodne z obowiązującą Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974). „Art. 12. 1. Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez laików ma etykiety, instrukcje używania i interfejs użytkownika w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów oraz deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, w języku polskim albo przetłumaczone na język polski. 4. Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Zestaw 11

1. Zadanie nr 16 Elektrody do stymulacji serca Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrody do czasowej stymulacji serca w rozmiarze 5F – 7F, zamiast do 8F.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 12

1. Przedmiot zamówienia zadanie NR 29 Poz. 4 i 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofferowania zbiorników na wydzielinę z substancją powodującą żelowanie wydzieliny z rany w zbiorniku, w zamian za żel antybakteryjny oraz z koreczkiem do zamykania drenu, w zamian za zacisk? Zbiorniki te są kompatybilne z urządzeniem Vivano Tec Pro.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Przedmiot zamówienia zadanie NR 29 Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści w zestawie opatrunkowym oraz luzem dren PVC dwuśladowy umożliwiający przepływ wysięku z rany do zbiornika nawet podczas zgniecenia lub ucisku, kompatybilny z urządzeniem Vivano Tec Pro?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Zapisy siwz - projekt umowy Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących naliczania kar umownych w § 6 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy :

2) gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wartość brutto Umowy,

Na zapis:

2) gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto Umowy

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Zestaw 13

1. Zadanie 30, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o poj. 6ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

2. Zadanie 30, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści sterylny obwód oddechowy o następujących parametrach:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
- Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Rozciągliwe ramiona o długości minimalnej 60cm oraz maksymalnej 160 cm, połączone łącznikiem Y
- Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia
- Może być stosowany do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Zadanie 30, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne z otwartym mankietem o następujących parametrach:

- Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów prowadzenie wentylacji odbywa się w sposób atraumatyczny i bezpieczny dla pacjenta
- Ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy otwarty mankiet z tworzywa TPE, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku
- Polipropylenowa, przezroczysta kopuła maski, pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta
- Wyrób po przyłożeniu do twarzy szczelnie zakrywa usta i nos pacjenta bez uciskania oczu
- Rozmiar oznaczony cyfrą tłoczoną na korpusie oraz kodowanym kolorystycznie mankiem



- Pełny zakres rozmiarów pozwala na prawidłowy dobór wielkości maski w zależności od wieku pacjenta
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- Niesterylna, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej
- Pakowanie: 1 sztuka / hermetyczna folia medyczna?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Zestaw 14

1. Dotyczy Zadanie 36 pozycja 3 Czy Zamawiający w w/w pozwole zaoferować pętle polipektomii jednorazowego użytku o śr. 25mm, wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Dotyczy Zadanie 45 pozycja 1 Czy Zamawiający w w/w pozwole zaoferować pętle do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy ok. 0,25 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Dotyczy Zadanie 45 pozycja 3 Czy Zamawiający w w/w pozwole zaoferować klipsownice hemostatyczne z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, 13mm i 16mm, długość narzędzia 2300mm. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Dotyczy Zadanie 45 pozycja 5 Czy Zamawiający w w/w pozwole zaoferować kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Dotyczy zapisów projektu umowy § 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów umowy poniższej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.” ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

6. Dotyczy zapisów projektu umowy § 6 ust. 1 pkt 2) Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Zestaw 15

1. Dotyczy Zadania nr 5 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści sterylny wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym, z portem do odsysania, jednomembranowy, o skuteczności nawilżania 30 mg/l H₂O przy Vt=500 ml, masa 9.5 g, przestrzeń martwa 8 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami o długości 180 cm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

4. Dotyczy Zadania nr 3, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antibakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylne, jednorazowy, z portem kapno na linie, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Zestaw 16

1. Dotyczy zał nr 2 do SWZ, Zadanie 37, poz 1. Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia (klipsy) sprzedawany jest w niepodzielnych opakowaniach handlowych producenta (40 sztuk), czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości w dół do 80 sztuk lub w górę 120 sztuk? Prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że w zadaniu nr 37 poz. 1 jednostką miary jest sztuka. Ponadto Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie ilości w górę. Zamawiający modyfikuje treść SWZ – modyfikacji ulega załącznik nr 2 do SWZ Arkusz asortymentowo – cenowy dla zadania nr 37. (W załączeniu aktualny Załącznik nr 2 do SWZ).

2. Pytanie 2 dotyczy zał nr 2 do SWZ, Zadanie 38, poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szczypec biopsyjnych o średnicy szczęk 2,2mm (szczypce standardowe) lub/i 2,4mm (szczypce o pogłębionej objętości)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. dotyczy zał nr 2 do SWZ, Zadanie 39, poz 1 Prosimy o informację czy nie doszło do pomyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga kompatybilności z endoskopem CF-Q180AL? Endoskop CF-H180AL wymaga nasadki o średnicy 15,7mm.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. dotyczy zał nr 2 do SWZ, Zadanie 40, poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie szczypec elektrochirurgicznych z funkcją rotacji o długości 2300mm i średnicy kanału roboczego 3,2mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. dotyczy zał nr 2, Zadanie 42, poz 2 Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaferowania zaworów jednorazowych do bronchoskopów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. dotyczy zał. Nr 2 Zadanie 42, poz 1 do SWZ, cz III, p.2 i Umowa parg 2, p.2 oraz oświadczenia załącznik nr 9 do SWZ Czy Zamawiający dopuści zaferowanie akcesoriów (materiałów eksploatacyjnych do ssaka KV-5), które nie są wyrobami medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych i w związku z tym nie ma dla nich obowiązku posiadania dokumentów dopuszczających do obrotu w rozumieniu w/w ustawy? Mając na uwadze powyższe, stawka podatku VAT obowiązującą dla tych akcesoriów to 23%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. dotyczy zapisów umowy paragraf 6 ustęp 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych określonych w ust. 1 nie przekroczyła 20% wartości Umowy brutto, określonej w § 4 ust.1?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Zestaw 17

1. Pakiet nr 5 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny wymiennik z wydajnością nawilżenia 28,8mg H₂O/l przy Vt 500, Opór przepływu 0,63cm H₂O przy 30l/min, z otwarciem standardowym jak w przypadku produktów sterylnych rozerwanie części papierowej od foliowej ? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

2. Pakiet nr 5 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr elektrostatyczny o objętości 150-1500ml, opór przepływu przy 60 l/min 1,2 cm H₂O, przestrzeń martwa 33ml, z otwarciem standardowym jak w przypadku produktów sterylnych rozerwanie części papierowej od foliowej ? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

3. Pakiet nr 5 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy gładki wewnątrznie o dł. 180cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

4. Pakiet nr 5 poz. 5 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy z barierą mechaniczną w postaci celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci i membranie o metodzie oddziaływania ładunków intermolekularnych o szerszym zakresie objętości oddechowej tj. 150-1500ml, Nawilżanie 37 mg/l H₂O przy Vt=500ml, Opór przepływu przy 60 l/min 2,14 cm H₂O, Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%, waga 55 g, , z otwarciem standardowym jak w przypadku produktów sterylnych rozerwanie części papierowej od foliowej ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

5. Pakiet 6 poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na układ o dł. 180cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

Zestaw 18

1. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednoświatłowy dren łączący?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania spirali antyzagięciowej na wejściu do komory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści komorę wyskalowaną co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od posiadania odrywanej zatyczki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worek skalowany co 50ml od 100-2000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość podwieszenia zestawu wyłącznie na wieszaku?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
8. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worek nie posiadający na komorze graficznej instrukcji sposobu mocowania systemu do łóżka?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
9. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worek nie posiadający loga producenta zarówno na worku jak i na komorze?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
10. Zadanie nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dołączony osobno worek na mocz 2000ml?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
11. Zadanie nr 2, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 2l?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
12. Zadanie nr 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zbiórki stolca nie posiadający na cewniku powłoki pochłaniającej zapach?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
13. Zadanie nr 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zbiórki stolca z balonem o pojemności 45ml (+/-2ml)?
Zadanie nr 2, pozycja 3
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
14. Czy Zamawiający dopuści zestaw do zbiórki stolca nie posiadający klamry na drenie?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
15. Zadanie nr 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zbiórki stolca z workami o pojemności 2000ml?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
16. Zadanie nr 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zbiórki stolca z workami nie posiadającymi absorbentu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
17. Zadanie nr 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zbiórki stolca z dołączoną osobno strzykawką i wieszakiem?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
18. Zadanie nr 2, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści worki do zestawu zbiórki stolca o pojemności 2000ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
19. Zadanie nr 2, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści worki do zestawu zbiórki stolca skalowane co 25ml (od 25-100ml) oraz co 100ml (od 100-2000ml)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
20. Zadanie nr 2, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający 2 opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem cholorheksydyny oraz 4 opakowania bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,1% nadtlaniem wodoru (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

21. Zadanie nr 2, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.


22. Zadanie nr 2, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

23. Zadanie nr 2, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw do konikotomii Quicktrach o parametrach:

- Jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta.
- Założenie tego urządzenia nie wymaga nacięcia skóry.
- Specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia.
- Standardowa końcówka o średnicy 15 mm Quicktrach umożliwi wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami.
- Występuje w rozmiarach dla dzieci (od 2 do 10 lat) oraz dla osób dorosłych (powyżej 10 lat).
- Sterylna.
- Zestaw dostępny jest w 2 rozmiarach:
 - child - kaniula 2.0mm
 - adult - kaniula 4.0mm



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

24. Zadanie nr 2, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści nebulizator nie posiadający mechanizmu samodomykania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.

25. Zadanie nr 2, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści nebulizator o średnicy cząsteczek 2,0-2,2 μ m?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
26. Zadanie nr 2, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści nebulizator z tempem nebulizacji +/-10% od podanych wartości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
27. Zadanie nr 2, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści martwą przestrzeń o długości 15cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
28. Zadanie nr 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany z polipropylenu i EVA?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
29. Zadanie nr 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z dodatkową gałęzią rozciągliwą wyłącznie do 120cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
30. Zadanie nr 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania na poziomie 24mg przy Vt500ml?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
31. Zadanie nr 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o oporze przepływu 0,5hPa przy 30l/min?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ.
32. Zadanie nr 5, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
33. Zadanie nr 5, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści filtr o oporze przepływu 0,6hPa przy 30l/min?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
34. Zadanie nr 5, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy posiadający 2 gałęzie o długości 200cm zakończone łącznikami 22F, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
35. Zadanie nr 5, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
36. Zadanie nr 5, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności nawilżania na poziomie 30mg przy Vt500ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
37. Zadanie nr 5, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści filtr o utracie wilgotności 12,8mg przy Vt500ml?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ
38. Zadanie nr 5, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji względem NaCl +/-10% od podanych wartości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
39. Zadanie nr 5, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

40. Zadanie nr 5, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści filtr o oprze przepływu 1,0hPa przy 30l/min?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

41. Zadanie nr 5, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 36g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

42. Zadanie nr 9, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze Ch24 o średnicach: 5,0 / 8,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

43. Zadanie nr 9, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer w rozmiarze Ch21 o średnicy 4,13 / 6,4mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

44. Zadanie nr 9, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o długości 27cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

45. Zadanie nr 9, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze Ch24 o średnicach: 5,0 / 8,0mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

46. Zadanie nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź: „zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F” - Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe parametry Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

47. Zadanie nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

48. Zadanie nr 22, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękojeść z 12 frezami poprzecznymi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

49. Zadanie nr 22, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękojeść posiadającą wbudowane baterie, których Zamawiający nie musi wymieniać, ponieważ jest to produkt jednorazowego użytku i w związku z tym nie trzeba ich wymieniać?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

50. Zadanie nr 22, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękojeść o długości 15cm, średnicy 2,9cm, obwodzie 11cm i wadze 70,35g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

51. Zadanie nr 22, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści łyżki o długościach:

ROZMIAR	TYP	DŁUGOŚĆ
0	Macintosh	76 mm
1	Macintosh	95 mm
2	Macintosh	105 mm
3	Macintosh	135 mm
4	Macintosh	155 mm

ROZMIAR	TYP	DŁUGOŚĆ
00	Miller	65 mm
0	Miller	78 mm
1	Miller	102 mm
2	Miller	154 mm
3	Miller	195 mm
4	Miller	220 mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

52. Zadanie nr 22, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści łyżki kodowane numerycznie w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

53. Zadanie nr 22, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści łyżki pakowane w opakowanie foliowe z nacięciem ułatwiającym ich otwarcie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

54. Zadanie nr 30, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji bez zastawki bezzwrotnej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

55. Zadanie nr 30, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

56. Zadanie nr 30, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy nie posiadający kapturka zabezpieczającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

57. Zadanie nr 30, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z kapturkiem dołączonym osobno?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

58. Zadanie nr 30, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną nie posiadającą wewnętrznego uźebrowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

59. Zadanie nr 30, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną o przestrzeni martwej:

- rozm. 3: 120ml
- rozm. 4: 144ml
- rozm. 5: 188ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

60. Zadanie nr 30, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej posiadający w swoim składzie szczoteczkę wykonaną z dwóch części oddzielnie wykonanych podczas procesu wytwarzania, połączonych ze sobą w sposób uniemożliwiający ich rozłączenie i tym samym wypadania włosia. W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

61. Zadanie nr 31, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator o pojemności 1650ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

62. Zadanie nr 31, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator z dołączoną osobno maską w rozmiarze 4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

63. Zadanie nr 31, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem tlenowym o pojemności 2000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

64. Zadanie nr 31, pozycja 2, 3 Czy Zamawiający dopuści mankiet do szybkich przetoczeń posiadający słupkowy manometr?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

65. Zadanie nr 31, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści tasiemkę bawełnianą o długości 44,8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

66. Zadanie nr 31, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści tasiemkę bawełnianą o długości 44,8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

67. Zadanie nr 31, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści tasiemkę bawełnianą o długości 32,3cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Zestaw 19

1. Dotyczy części 5: ad. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, wymiennika ciepła i wilgoci przeznaczonego do stosowania u pacjentów z tracheostomią, z przezroczystą obudową i dwoma wkładami nawilżającymi z pianki medycznej, z dwumembranowym antyokluzyjnym mechanizmem zabezpieczającym, zatraskowym portem do odsysania, wbudowanym obrotowym łącznikiem do podłączenia drenu tlenowego, utrata wilgoci 13,2 mg H₂O/L, zwrot wilgoci 26 mg H₂O/L, opór przepływu przy @30L/min 0,3 cm H₂O, opór przepływu przy @60L/min 0,6 H₂O, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa >60ml, wejście 15F, sterylny lub mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

2. Dotyczy części 5: ad.3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, sterylnego filtra elektrostatycznego anesteziologicznego, antibakteryjnego, antywirusowego z portem kapno zabezpieczonym kapturkiem na lince z TPE, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, potwierdzona protokołami z niezależnych laboratoriów badana na cząstce Bacillus subtilis (wymiary 1,0 mikrona x 0,7 mikrona), skuteczność filtracji wobec HCV i TB, ochrona przed zakażeniem koronawirusem Covid-19 potwierdzona przez producenta, system rozprowadzania gazu po całej powierzchni filtra, antyokluzyjny mechanizm zabezpieczający, opór przepływu przy @30L/min - 0.8cm H₂O, opór przepływu @60L/min - 2.0cm H₂O, przestrzeń martwa 42ml, waga 23g, objętość oddechowa min. 150ml, złącze proste 22F/15M - 22M/15F z portem luer, o czasie stosowania 24h, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

3. Dotyczy części 5: ad.4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, układ oddechowy dla dorosłych składa się z: 2 rur średnicy 22mm i długości 1,6m, gładkich w środku, karbowanych na zewnątrz; 2 miękkich złączy 22F typu Flex służących do podłączenia układu do respiratora i uniemożliwiających samoczynne rozłączenie; Łącznika typu „Y” 22M/15F z dwoma portami 7,6mm; Kapturka zabezpieczającego w kolorze czerwonym z zaczepem służącym do podwieszenia układu. W zestawie łącznik 22M-22M.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

4. Dotyczy części 5:2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, układ oddechowy dla dorosłych składa się z: 2 rur średnicy 22mm i długości 2m, gładkich w środku, karbowanych na zewnątrz; 2 miękkich złączy typu Flex służących do podłączenia układu do respiratora i uniemożliwiających samoczynne rozłączenie; Łącznika typu „Y”; Kapturka zabezpieczającego w kolorze czerwonym z zaczepem służącym do podwieszenia układu. W zestawie łącznik

prosty 22M/22M.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

5. Dotyczy części 5:ad.5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, filtra mechanicznego jednorazowego użytku z wymiennikiem ciepła i wilgoci o przestrzeni martwej 63 ml, wydajności nawilżenia 23 mg H₂O/l powietrza, posiadający wysoki stopień filtracji bakterii i wirusów na poziomie 99,999%, o masie 36g i oporze przepływu 1,6 cm H₂O. Dodatkowo posiada zawór LuerLock z kapturkiem osłaniającym przymocowanym na stałe do filtra, sterylny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

6. Dotyczy części 30: ad.3 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, jednorazowych masek anestetycznych z miękką poduszką, przezroczystą obudową i kodowanym kolorystycznie pierścieniem mocującym, w siedmiu rozmiarach. Rozmiary: 6-bardzo duży dorosły, z czerwonym pierścieniem, 5,duży dorosły, z pomarańczowym pierścieniem, 4-średni dorosły, z zielonym pierścieniem, 3-mały dorosły, z żółtym pierścieniem, 2 – dzieci, z białym pierścieniem, 1 – niemowlę, z szarym pierścieniem, 0 – noworodek, z jasnoniebieskim pierścieniem. Produkt jednorazowego użytku. Mikrobiologicznie czysty. Pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

Zestaw 20

1. Pakiet 33 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych innych niż opisanych przez zamawiającego w przypadku bezpłatnego użyczenia strzygarki kompatybilnych z zaoferowanymi ostarzami, na czas trwania umowy. Zaproponowane ostrza o szerokości ostrza 36 mm pasują do strzygarki, która posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudnodostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry, ostrza są wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blisterów/ pudełko

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

Zestaw 21

1. Pakiet 2 Pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Jednoświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz w odpowietrznik, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na długości minimum 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z liczbowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 90 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 100 ml. Nie zawiera lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

2. Pakiet 2 Poz. 2. Zew względu na zmiany wprowadzone przez producenta prosimy o odstąpienie od tej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

3. Pakiet 2 Pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta

oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

4. Pakiet 2 Pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 sztuk, kompatybilne z zestawem oferowanym w pozycji 3

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

5. Pakiet 2 Pozycja 6 Czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający w tej pozycji wymaga: Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na sześć procedur o składzie: Dwa osobne opakowania każde zawierające: - Jedną szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni - Płyn do czyszczenia jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 7ml - Jedną gąbkę aplikator Cztery osobne opakowanie zawierające: - Jedną gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, - Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6. Pakiet 2 Pozycja 6 Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane zestawy do higieny jamy ustnej umożliwiały przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania jednostkowego, co minimalizuje ryzyko kontaminacji preparatu oraz ułatwia procedurę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

7. Pakiet 4 Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: System rampa z wbudowaną płytką trójkranikową, z 4 zaworami Clave pracującymi w systemie wewnętrznej tępej kaniuli, z nakręcaną końcówką Luer, dren 150 cm, (całość systemu 167 cm) objętość napełniania ok. 7,7 ml. Ilość aktywacji 600, do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

8. Pakiet 4 Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie System rampa z pięcioma kranikami, z 6 zaworami Clave pracującymi w systemie wewnętrznej tępej kaniuli, z nakręcaną końcówką Luer, dren 150 cm (długość systemu 175 cm) objętość napełniania ok. 8,62 ml. Szybkość przepływu 165 ml/min. Ilość aktywacji 600, do 7 dni stosowania. Do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlohexydyną i alkoholami, podłączenie luer i luer-lock, nie zawiera DEHP, lateksu i części metalowych, produkt sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

9. Pakiet 9 Poz. 1 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Dren do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi

złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

10. Pakiet 9Poz. 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

11. Pakiet 9 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer, z ekstrudowaną rączką, końcówka gładko przechodząca w rączkę, bez kontroli odsysania, o średnicy 22CH, posiadająca 6 naprzemianległych otworów odbarczających, przezroczysta oraz drenu, sterylnego, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, dren i końcówka pakowane oddzielnie, pakowane podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

12. Pakiet 11 Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający w tej pozycji oczekuje: Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku; rozgałęziony pod kątem 45°, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z samouszczelniającą się dwudzielną zastawką. Z możliwością podłączenia cewników do odsysania w systemie zamkniętym. Do stosowania przez 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

13. Pakiet 14 Pozycja 1 Ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta prosimy o dopuszczenie: zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

14. Pakiet 30 Poz. 1 Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i zamawiający oczekuje, wysokiej jakości Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml,, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,35 - 0,41 ml/min. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm. Zaprojektowany do współpracy z obwodami oddechowymi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

15. Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie produktu światowego producenta: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągłiw w

zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Tak jak obecnie stosowanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

16. Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie: Szczoteczka do zębów z odsysaniem, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi, oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni. Pakowana pojedynczo. Z możliwością stosowania z płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Zestaw umożliwia jego przygotowanie przed otwarciem opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

17. Pakiet 33 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do strzygarki chirurgicznej o poniższych parametrach, kompatybilnych z oferowaną poniżej dla szpitala strzygarką: Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blisterów/ pudełko. Oferowana Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7), wyposażona w indukcyjną ładowarkę.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

Zestaw 22

1. Zadanie nr 36 Poz.1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowej pętli lektrochirurgicznej do polipektomii jednorazowego użytku wykonanej z plecionego drutu. Wyposażonej w wyskalowaną rękojeść. Kształt owalny, długość robocza 230cm, rozm. 10 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

2. Zadanie nr 36 Poz.2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowej pętli elektrochirurgicznej do polipektomii jednorazowego użytku wykonanej z plecionego drutu. Wyposażonej w wyskalowaną rękojeść. Kształt owalny, długość robocza 230cm, rozm. 15 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

3. Zadanie nr 36 Poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowej pętli elektrochirurgicznej do polipektomii jednorazowego użytku wykonanej z plecionego drutu. Wyposażonej w wyskalowaną rękojeść. Kształt owalny, długość robocza 230cm, rozm. 20 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

4. Zadanie nr 36 Poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli jednorazowego użytku do polipektomii asymetrycznej (kaczy dziób) wykonanej z drutu plecionego. Wyposażona w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,4mm, średnica pętli: 15mm 25mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt asymetryczny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

5. Zadanie nr 36 Poz. 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli jednorazowego użytku do polipektomii heksagonalnej wykonane z drutu plecionego. Wyposażona w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,4mm, średnica pętli: 15mm 25mm i 35mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt heksagonalny.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

6. Zadanie nr 43 Poz.2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie chwytaka do polipów, jednorazowego użytku, elastyczna, nylonowa siatka rozpostarta na owalnej pętli o wymiarach: - średnica pętli 40 mm długości narzędzia 230cm, śr. osłonki 2,3mm –średnica pętli 30 mm

długości narzędzia 230cm, śr. osłonki 2,3mm - średnica pętli 20 mm długości narzędzia 160cm, śr. osłonki 1,8mm. (do wyboru przez Zamawiającego). Z funkcją rotacji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

7. Zadanie nr 43 Poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 7-gumkowego zestawu do opaskowania żyłaków przełyku typu Multi Band Ligator o poniższych parametrach: - "Klik" dźwięk informujący o uwolnieniu opaski, - Informacja wizualna: strzałka i wcięcia na głowicy informujące o uwolnieniu opaski, - Przedostatnia opaska w innym kolorze - Dren do irygacji podłączany do głowicy w zestawie. - Opaski hypoalergiczne bez latexu - Opaski nie ograniczają pola widzenia - Giętki pleciony drut dołączenie głowicy z zasobnikiem z podwiązkami – Opaski koloru niebieskiego - 3 punktowy system stabilizacji składający się z: czpienia do wejścia kanału roboczego endoskopu do pozycjonowania i stabilizacji zestawu, silikonowej uszczelki do wejścia kanału roboczego endoskopu służącej do usztywnienia zestawu na kanale i maksymalnego uszczelnienia, nakrętki łączącej cały zestaw z wejściem kanału roboczego endoskopu. Jest to najbardziej stabilny i szczelny sposób łączenia zestawu z endoskopem dostępny na rynku. - długość linki 135cm - przeznaczony do kanałów roboczych endoskopów o średnicy od 2,8mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

8. Zadanie nr 43 Poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie igły do ostrzykiwania jednorazowego użytku. Średnica 22 G(0,7mm), długość igły 5 mm, długość całkowita narzędzia 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm Poz. 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotek dwustronnych do czyszczenia kanałów roboczych endoskopów o długości włosia 20mm i średnicy włosia: 3mm-do kanałów 2,0mm oraz średnicy 6mm do kanałów 3,20mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

9. Zadanie nr 45 Poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pętli do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,25 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze zintegrowanym uchwytem. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

10. Zadanie nr 45Poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy hemostatycznej z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,5mm, rozwarcie ramion klipsa 12mm i 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancierz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkownika wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

11. Zadanie nr 45 Poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie korka do kanałów biopsyjnych: gumowy, mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie. Kompatybilny z aparatami Olympus, Fujinon lub Pentax (do wyboru Zamawiającego). Opakowanie handlowe = 100 sztuk. Poz. 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kleszczy 3- lub 4-ramiennych do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. Opakowanie handlowe = 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia ofert zgodnie z SWZ

Zamawiający modyfikuje treść SWZ – modyfikacji ulega załącznik nr 2 do SWZ Arkusz asortymentowo – cenowy – Zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ w załączeniu.

Zamawiający ujednotolica zapisy SWZ – Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie w okresie 12 m-cy. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje ujednoczenia zapisów w Załączniku nr 1 do SWZ Formularz ofertowy - Zaktualizowany Załącznik nr 2 do SWZ w załączeniu.

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings