



Gdynia, 06.07.2022

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym na: „**Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa i adaptacja obszaru Oddziału Otolaryngologicznego w Szpitalu im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni” D25M/252/N/21-41rj/22**”

Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Stół operacyjny - 1 sztuka

Pytanie nr 1 pozycja nr 6 Prosimy o dopuszczenie do postępowania stołu z centralną blokadą podstawy stołu. Funkcja sterowna z pilota sterującego . Stół w pozycji "zablokowany" nie opiera się na kołach jezdnych czy wysuwanych stopkach . Koła chowane są w podstawę i cała podstawa stabilnie posadowiona jest na podłodze. Rozwiązanie gwarantuje maksymalną stabilność.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 pozycja nr 10 Prosimy o dopuszczenie pilota przewodowego do sterowania stołem aktywnego non-stop tj. po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku oraz automatycznie wyłączającego się gdy nie jest używany dłużej niż ok 15 sek.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 pozycja 12 Prosimy o dopuszczenie dodatkowego panelu sterującego nieodejmowalnego , umieszczonego na kolumnie stołu w osi długiej stołu : czyli na prawym lub lewym boku kolumny stołu co jest lepszym rozwiązaniem gdyż gwarantuje personelowi łatwy dostęp do panelu awaryjnego. Natomiast w celu sterowania poza obrębem stołu w zestawie z dodatkowym pilotem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 pozycja 15 Prosimy o dopuszczenie :
- siedzisko z wycięciem ginekologicznym.
Pozostałe zapisy punktu 15 zgodnie z jego wymogami.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 pozycja 17 Prosimy o dopuszczenie stołu operacyjnego z zakresem regulacji segmentu nóg z pilota w zakresie -90°/+80 ° oraz dodatkową regulacją za pomocą sprężyny gazowej w zakresie -

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł



90°/+0° co pozwala na przeprowadzenie wszystkich zabiegów operacyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 pozycja 18 Prosimy o dopuszczenie Podglówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach. Regulacja podglówka w zakresie: (+84° /-60 °) za pomocą wspomaganie mechanicznego Podglówek z tzw. podwójną artykulacją ułatwiający prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w ułożeniach bocznych oraz ułatwiający intubację pacjenta.)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 pozycja 22 Prosimy o dopuszczenie stołu z zakresem regulacji wysokości blatu bez materacy od 60 cm do 105 cm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 pozycja 23 Prosimy o dopuszczenie stołu z regulacją nachylenia wzdłużnego pozycja Trendelenburga w zakresie 25° oraz anty-Trendelenburga w zakresie 35°
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 pozycja nr 27 Prosimy o dopuszczenie stołu z system antykolizyjnym zatrzymującym ruch blatu w przypadku przeciążenia stołu oraz wykluczającym możliwość kolizji pomiędzy elementami blatu i kolumną stołu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 pozycja 30 Prosimy o dopuszczenie - Mocowanie materacy do stołu przy pomocy rzepów.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 pozycja 31 Prosimy o dopuszczenie
Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą panelu sterownia awaryjnego .
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczy pozycji 36 Prosimy o dopuszczenie Max. waga pacjenta umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – 250 kg
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 dotyczy punktu 37 Prosimy o dopuszczenie stołu w którym układ sterowania ruchami blatu zapewnia płynną i powolną regulację oraz bardzo wysoką stabilność pozycjonowania pacjenta bez konieczności zastosowania dodatkowej funkcji powolnego startu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 Czy Zamawiający wymaga sekcję nóg 2-dzielną z możliwością odwiedzenia na boki całego podnóżka w zakresie min. 120 ° - 1 sztuka sekcji nóg, która jest podzielona na dwa 2 podnóżki prawy i lewy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga.

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

Szpital Pomorskie
sp. z o.o.



Podmiot Lecznicy Samorządu
Województwa Pomorskiego

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem Beata Maryn Mrozowska
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

DIREKTOR
DS. ZAKŁADÓW PUBLICZNYCH I IT
mgr Beata Maryn Mrozowska

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

