



Nr sprawy D25M/251/N/36-70rj/24

Gdynia, dnia 13.11.2024 r.

**Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni**

1. Zamawiający - Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1 – dotyczy SWZ

Czy w pakiecie nr 11 poz.11 Zamawiający wyrazi zgodę na bezpłatne użyczenie pompy?

W przypadku odmowy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie jednej (zbiorczej) faktury za cały okres trwania dzierżawy wystawianej po zakończeniu umowy dzierżawy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na bezpłatne udostępnienie pompy. Zamawiający zmienia treść SWZ w tym zakresie poprzez zmianę dzierżawy na bezpłatne udostępnienie. Zamawiający publikuje zmieniony Formularz asortymentowo-cenowy.

Pytanie 2 – dotyczy SWZ, zadanie 6

Czy cewniki do embolektomii powinny być wyposażone w strzykawkę luer-lock, zapewniającej szczelność połączenia ze złączką cewnika?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 3 – dotyczy SWZ, zadanie 6

Czy w końcu dystalnym cewnika powinien być znacznik widoczny w skopii, ułatwiający lokalizację położenia balonu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 4 – dotyczy SWZ, zadanie 6

Czy cewniki do embolektomii powinny być pakowane w sztywną tubę z kielichowatym rozwarciem, chroniącą wyrób przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu i magazynowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 5 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający w zadaniu 26 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR o długościach:

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 32 cm, długość całkowita 45 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 37 cm, długość całkowita 50 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



- kompatybilny z MRI
 - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
 - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
 - igła wprowadzająca 18G
 - Trokar
 - rozszerzadło 12 Fr
 - rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
 - nasadki iniekcyjne Luer Lock
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadaniu 26 poz. 1 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji ? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu (folder Smooth Flow).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania.

Pytanie 7 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający w zadaniu 26 poz. 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Smooth Flow do implantacji metodą Anterograde bez otworów bocznych z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsiönku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR o długościach

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 23 cm, długość całkowita 36 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 27 cm, długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 32 cm, długość całkowita 45 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 37 cm, długość całkowita 50 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- Trokar
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadani 26 poz. 2 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji ? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu (Floder Smooth Flow).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania.

Pytanie 9 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający w zadaniu 26 poz. 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł



opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR ramiona proste o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadani 26 poz. 1 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu (Folder Evolution Flow retrograde).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania.

Pytanie 11 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający w zadaniu 26 poz. 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) „Over the Wire” z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR ramiona proste o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire” - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł



- gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
 - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
 - igła wprowadzająca 18G
 - rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
 - nasadki iniekcyjne Luer Lock
 - kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadani 26 poz. 2 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji ? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu (Folder Evolution Flow retrograde).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania.

Pytanie 13 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 26 poz. 1 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, o długościach cewnika

o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadani 26 poz. 1 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł



Pytanie 15 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 26 poz. 2 do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) bez otworów bocznych, z rozrywalną koszulką z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR, o długościach cewnika

o długościach cewnika

- końcówka mankiet 19 cm, końcówka nasadka 24 cm. długość całkowita 40 cm
- końcówka mankiet 23 cm, końcówka nasadka 28 cm. długość całkowita 44 cm
- końcówka mankiet 28 cm, końcówka nasadka 33 cm. długość całkowita 49 cm
- końcówka mankiet 33 cm, końcówka nasadka 38 cm. długość całkowita 54 cm
- końcówka mankiet 55 cm, końcówka nasadka 60 cm. długość całkowita 76 cm

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.
- opakowanie zawiera 3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 26 poz. 2 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania.

Pytanie 17 – dotyczy SWZ, zadanie 26

Pytanie do zadania 26 - Cewniki naczyniowe

Czy Zamawiający poszerzy konkurencyjność ofert (art. 99 ust 4) i dopuści produkty równoważne, których nazwy i kody są spójne i są określone we Wspólnym Słowniku Zamówień są zgodne z art. 99 ust. 1 i 3 ustawy (ang. Common Procurement Vocabulary) i które spełniają te same funkcje lecznicze i użytkowe dla pacjenta, i dopuści w pozycji 1 i 2:

Zestaw dializacyjny permanentny (stały) w jednym rozmiarze 15,5F, zakładany metodą Seldingera, dostępny wyłącznie z ramionami prostymi, wykonany w technologii typu ENDEXO – materiał odporny na odkładanie się skrzepin. Zestaw, w skład którego wchodzi między innymi cewnik dwuświatłowy - kształt wlotu zakrzywiona końcówka (curved tip) Przepływ do 500ml/min. Pakowane pojedynczo.

Długości od mufki/ długość całkowita: 15/20cm, 19/24cm, 23/28cm, 27/32cm, 31/36cm, 35/40cm, 43/48cm do wyboru przez Zamawiającego

- zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji,
- końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy,
- osobny kanał dla przewodnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły,

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł



- posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,
- wykonany w innowacyjnej technologii Endexo, co sprawia, że materiał cewnika jest bardziej odporny na gromadzenie się elementów krwi w porównaniu do standardowych cewników niepowlekanych,
- końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu

Zestaw: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18 – dotyczy SWZ, Projekt umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 4 ust. 4 lub 5 lub § 41 ust. 14 lub 15 lub § 42 ust. 4 lub 21 niniejszej umowy lub zwłoki z wykonaniem obowiązków, o których mowa w § 41 ust. 1 lub § 42 ust. 5, 13, 14, 15, 16 lub 19 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 19 – dotyczy SWZ, Projekt umowy

Wnosimy o dokonanie zmiany do § 6 ust. 3 projektowanych postanowień umowy zał. 5 poprzez obniżenie określonej w nim maksymalnej wysokości kar umownych z 50% do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Rolą art. 436 pkt 3 PZP nakazującego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony jest ochrona interesów wykonawców przed nieuzasadnionym zastrzeżeniem w umowie wysokich kar umownych (M. Sieradzka (red.), Komentarz do art. 436 PZP [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Zawarta w umowie maksymalna wysokość kar w wysokości aż 50% wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę produktów na podstawie umowy a wysokością kary umownej. Zgodnie z orzecnictwem Krajowej Izby Odwoławczej maksymalna wysokość kar umownych powinna wynosić od 10% wynagrodzenia netto do 30% wynagrodzenia brutto (wyrok KIO z 22.08.2023 r., 2327/23). Co więcej, w orzecnictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20 – dotyczy SWZ, Projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik numer 5 do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:

„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe w następującym brzmieniu: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnątrz w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł



pod warunkiem, że Wykonawca prześle Zamawiającemu warunki określone przez producenta.”

Pytanie 21 – dotyczy SWZ, Zadanie 13

Zwracam się z wnioskiem o rezygnację z wymagania utworzenia depozytu dla pozycji 10 - 17 w Zadaniu 13 (Sprzęt do procedur endowaskularnych na naczyniach obwodowych). W ramach tych pozycji zamawiane będą przewodniki oraz zamykacze, które są pakowane po odpowiednio: 5 oraz 10 sztuk, co pozwala na wygodne zabezpieczenie bloku poprzez zakupy na fakturę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 22 – dotyczy SWZ, Projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w Załączniku nr 5 DO SWZ §6 ust.3 do 30%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23 – dotyczy SWZ

Czy Zamawiający rozważy możliwość zmiany wymogu dołączenia do oferty deklaracja zgodności lub certyfikat CE dla wyposażenia będącego wyrobem medycznym na rzecz złożenia przez Wykonawców oświadczenia o posiadaniu aktualnych ww. dokumentów i przedstawieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24 – dotyczy SWZ, zadanie 17

Czy Zamawiający do Zadania 17 punkt 8 stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z przewodnikiem 0,014" zrezygnuje z zamówienia komisowego na korzyść dostaw sukcesywnych? Sposób realizacji wpływa na cenę zakupu produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę depozytu na sukcesywne dostawy. Zamawiający zmienia treść SWZ w tym zakresie.

Pytanie 25 – dotyczy SWZ, pakietu nr 1 poz. 1,2,3,4,5 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności utworzenia depozytu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę depozytu na sukcesywne dostawy. Zamawiający zmienia treść SWZ w tym zakresie.

Pytanie 26 – dotyczy SWZ, pakietu nr 2 poz. 8,9 :

W związku z wygaśnięciem certyfikatów na protezy PTFE z heparyną i brakiem możliwości realizacji dostaw, czy Zamawiający zrezygnuje z zamówienia protez z heparyną w pakiecie 2 poz. 8 i 9 oraz usunie wskazane pozycje z pakietu nr 2?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wykreśla pozycje 8 i 9 z zadania nr 2.

Pytanie 27 – dotyczy SWZ, pakietu nr 2 poz. 1,2,3,4,5,6,7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności utworzenia depozytu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę depozytu na sukcesywne dostawy. Zamawiający zmienia treść SWZ w tym zakresie.

Pytanie 28 – dotyczy SWZ, pakietu 6, Pozycja 1

Cewniki do embolektomi jednokanałowe, sterylne do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Cewnik widoczny w promieniach rtg. Rozmiar od 2 F do 7 F, długość od 40-80 cm. Rozmiar do wyboru Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29 – dotyczy SWZ, pakietu 6, Pozycja 2

Cewniki do embolektomi dwukanałowe z otworami, sterylne do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Cewnik widoczny w promieniach rtg. Rozmiar od 3 F do 7 F w tym 5,5 F kompatybilny z koszulką

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł



6 F i przewodnikiem 0,035", długości cewników 40 -80 cm.
Rozmiar i rodzaj do wyboru Zamawiającego
Kompatybilność z przewodnikami : 0,018",0,025",0,035",0,038"
Strzykawka w zestawie
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30 – dotyczy SWZ, Dotyczy §4 ust. 1 wzoru umowy
Prosimy o wydłużenie terminu dostawy towaru do 72 h w dni robocze dla pakietu nr 24.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 31 – dotyczy SWZ, Dotyczy §41 ust. 1 wzoru umowy
Prosimy o wydłużenie terminu pierwszej dostawy asortymentu do 4 dni roboczych od dnia podpisania Umowy dla pakietu nr 24 i 26.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 32 – dotyczy SWZ, Dotyczy §41 ust. 9 wzoru umowy
Prosimy o wydłużenie terminu uzupełnienia depozytu do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia przez Zamawiającego dla pakietu nr 24 i 26.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 33 – dotyczy SWZ,
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych do 3 dni roboczych.
Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 34 – dotyczy SWZ, Dotyczy §6 ust. 1d) wzoru umowy
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35 – dotyczy SWZ, Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy
W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 50% jest za wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30%. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu nie przekraczającego 30% wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36 – dotyczy SWZ
.Prosimy o odstąpienie od wymogu zaofiarowania w pozycji 3 zadania 15 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik 2 do swz) zestawu do odzyskiwania w formie czterooczkowej pętli do usuwania ciał obcych typu koszyczek o maksymalnej średnicy do 40mm, zamontowanej na zestawie wprowadzającym typu flexor o zewnętrznej średnicy 8F i długości 55 lub 100cm, kompatybilnej z przewodnikiem 0.035". Pozostałe parametry zgodnie z swz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37 – dotyczy SWZ
Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 11 zadania 15 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik 2 do swz) dostępnych długości dla stentgraftu piersiowego stalowego w zakresie 79-218mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł



Pytanie 38 – dotyczy SWZ

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 15 zadania 15 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik 2 do swz) stentgraftów aortalnych na balonie o dostępnych długościach w przedziale 29-48mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz..

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39 – dotyczy SWZ

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 18 zadania 15 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik 2 do swz) koszulek naczyniowych wielozadaniowych z poszrzedkiem standardowym lub elastycznym typu High-flex o dostępnych długościach: 45-110cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40 – dotyczy SWZ

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 23 zadania 15 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik 2 do swz) igieł do malformacji, dwuczęściowych, z trocarem o dostępnych długościach tylko 15 lub 20cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41 – dotyczy SWZ

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 zadania 16 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik 2 do swz) cewników poszerzających typu balon w balonie o dostępnych średnicach balonu zewnętrznego: od 12 do 30mm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42 – dotyczy SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg utworzenia depozytu w zakresie zadania 15 dotyczy pozycji 5-10, 13-21 oraz 26 – zgodnie z ilościami podanymi w kolumnie 15 formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 43 – dotyczy SWZ, Zadanie nr 6, poz. 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na cewniki do embolektomii jednokanałowe, sterylne do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Cewnik widoczny w promieniach RTG. Rozmiar od 2F do 10F dł. 40-80cm..

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44 – dotyczy SWZ, Zadanie nr 6, poz. 2

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na cewniki do embolektomii dwukanałowe z otworami bocznymi lub otworem centralnym, sterylne do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Cewnik widoczny w promieniach RTG. Rozmiar od 5F do 7F dł. 40-80cm..

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45 – dotyczy SWZ, Zadanie nr 25, poz. 3

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na Introduktory zbrojone o dł. 23, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu



2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp **zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą**, a tym samym zmienia treść SWZ w następującym zakresie:
 - a) Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XV pkt. 1 i 2 SWZ w zakresie terminu składania ofert na następujące:
Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 20.11.2024 r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.
 - b) Zamawiający modyfikuje zapisy rozdziału XIII pkt. 1 SWZ w zakresie terminu związania ofertą na następujące:
Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni, to jest do dnia 17.02.2025 r.
3. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp **zmienia treść załącznika nr 2 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), załącznika nr 8 do SWZ (Zestawienia parametrów wymaganych) oraz załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) – zmiany oznaczone kolorem zielonym.** Zamawiający publikuje zmienione załączniki na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu. Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12.11.2024 r., a opublikowana w dniu 13.11.2024 r. Treść ogłoszenia o zmianie w załączeniu.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem
Małgorzata Brancewicz-Malec
Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej
Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Brancewicz-Malec

Sporządziła: Anna Pośpiech

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201
| kapitał zakładowy: 181 060 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](https://www.szpitalpomorskie.eu)