



Znak: AE/ZP-27-48/21

Tarnów, 2021-11-02

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 214.000 EURO) na dostawy gazów medycznych.

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

- Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy Zamawiający pod pojęciem „butla aluminiowa z zaworem zintegrowanym z przepływomierzem” rozumie: butle tlenowe z (na stałe zintegrowanym z butlą) modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu, o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy.
- Dotyczy Pakietu Nr 1** - Czy w celu zapewnienia lepszej mobilności oraz zwiększenia komfortu użytkownika Zamawiający wymaga aby waga pełnej butli z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym zaworem nie przekraczała 4kg, co zostało potwierdzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, którą należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z zapisami SWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
- Dotyczy Projektowanych postanowień umowy** - Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów o konieczności dostaw na CITO.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w zakresie pozycji 1-3 Formularza Cenowego nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SWZ.

Ad. 2

Zamawiający w zakresie pozycji 1 Formularza Cenowego nie stawia dodatkowych wymagań ponad zawarte w treści SWZ.

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Otrzymują:

- Platforma Zamawiającego
- a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

