

**Wg rozdzielnika
Do uczestników i zainteresowanych**

Dotyczy: 100/2024 Zakup i dostawa mebli medycznych.


Wielkopolskie Centrum onkologii uprzejmie informuje iż wpłynęły pytania do SWZ, na które udzielamy odpowiedzi:

Dotyczy: pakiet 6 – Wózek anestezyjologiczny z przystawką na akcesoria – 3 szt.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia. **Odpowiedź: Nie, podtrzymuje się wymagania SWZ**

2. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego pojedyncze ściany oraz tył wykonane z metalu (blacha stalowa malowana proszkowo), wyciszone (bez konieczności stosowania materiału wyciszającego)? **Odpowiedź: Nie, podtrzymuje się wymagania SWZ**
3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wysokości 1065 mm, szerokości 720 mm i głębokości 620 mm. **Odpowiedź: Nie, podtrzymuje się wymagania SWZ**
4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego 4 pojedyncze tworzywowe koła o śr. 125 mm? **Odpowiedź: Nie, podtrzymuje się wymagania SWZ**
5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym podstawa jest osłonięta tworzywem (jak na zdjęciu poniżej)?



TWORZYWOWA
OSŁONA
PODSTAWY


Odpowiedź: Nie, podtrzymuje się wymagania SWZ

6. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 3 szuflady, każda o wys. 225 mm? **Odpowiedź: Nie, podtrzymuje się wymagania SWZ**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym jest możliwość całkowitego wyjęcia szuflady bez użycia narzędzi przez użytkownika (bez możliwości demontażu

samego frontu szuflady), szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte (nie spawane), posiadające gładkie powierzchnie w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji z funkcją pełnego wysuwu, na prowadnicach łożyskowych? **Odpowiedź: Nie, podtrzymuje się wymagania SWZ**

7. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego nadstawkę na wyposażenie montowaną nad blatem wyposażoną w 10 uchylnych, tworzywowych pojemników (jak na zdjęciu poniżej)?



Odpowiedź: Nie, podtrzymuje się wymagania SWZ

8. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym jest możliwość wyboru kolor uchwytów szuflad przez użytkownika (paleta 6 kolorów producenta)? **Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**
9. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez możliwości zastosowania farby antybakteryjnej na frontach szuflad? **Odpowiedź: Nie, podtrzymuje się wymagania SWZ**

dot. załącznik nr 2 do SWZ – dot. Pakiet nr 6 wózek anestezjologiczny z przystawką na akcesoria

1. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o wymiarach 675x575x1000mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]? **Odpowiedź: Nie.**
2. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w koła o średnicy 125mm? **Odpowiedź: Tak, dopuszcza.**
3. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w 3 szuflady o wysokości frontów 234mm? **Odpowiedź: Nie.**
4. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny z możliwością demontażu frontów za pomocą śrubokręta (fronty przykręcone śrubami) oraz z widocznymi prowadnicami, które nie utrudniają czyszczenia wózka? **Odpowiedź: Nie.**
5. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny ze stelażem nadstawki montowanym do tylnej ściany wózka? Stelaż wyposażony w minimum 4 uchylne pojemniki, wykonane z tworzywa sztucznego, pojemniki kwadratowe. Poniżej zdjęcie poglądowe proponowanego rozwiązania:



Odpowiedź: Nie.

dot. umowa § 2

6. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że w przypadku gdy producent nie przewidział wykonywania przeglądów gwarancyjnych (dot. pakiet 1,2,5,6,7,8) niniejsze nie będą wymagane. **Odpowiedź: Tak.**

Umowa § 4 ust. 1 lit. a)

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy do wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. **Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach umowy.**

Pakiet 6

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na realizację potencjalnego zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, bez osobistego stawiennictwa Wykonawcy. **Odpowiedź: Tak, wynika to z zapisu umowy: Paragraf 2 pkt 6 „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Urzędnika własnym transportem (obejmującego wniesienie) i na własny koszt i ryzyko w miejsce wskazane przez Zamawiającego.”**

TERMIN PŁATNOŚCI

1. Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy. **Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach specyfikacji.**

Pakiet 6

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z pakietu nr 6, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów w czasie trwania gwarancji, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy. **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany w umowie zostaną wprowadzone w ostatecznej wersji po zakończeniu pytań do swz.**

Pakiet 6

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Pragniemy zauważyć, iż czas ten jest niezbędny do wyprodukowania oraz sprowadzenia wyrobu, a potencjalny termin realizacji przypadać będzie w okresie świątecznym, końcoworocznym, co wydłuża zarówno realizację zamówień u producentów, jak i transport i obsługę celną. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o zgodę na wydłużenie terminu realizacji, co umożliwi Wykonawcom realizację zobowiązań umowy z należytą starannością. **Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach terminu realizacji.**

Pakiet nr 6 Wózek anestezjologiczny z przystawką na akcesoria (3 szt.)

Pyt.1._Poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego ściany boczne i tył wykonane są z odpornego trójwarstwowego alupanelu (aluminium-polietylen-aluminium), który cechuje duża wytrzymałość oraz właściwości wyciszające. Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pyt.2._Poz.4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach: wys. 1045 mm (wys. do blatu 1015 mm), szer. 571 mm, głęb. 594 mm. **Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

Pyt.3._Poz.5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w 4 koła o średnicy 125 mm. Większa średnica kół ma znaczenie dla wygodniejszego prowadzenia i przemieszczania wózka. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pyt.4._Poz.6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego wyprofilowane narożniki podstawy z ABS zabezpieczają koła wózka. **Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pyt.5._Poz.7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w 4 szuflady w następującej konfiguracji:

- 3 szuflady o wys. 156 mm
- 1 szuflada o wys. 236 mm.

Proponowana ilość szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji oferowanego wózka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pyt.6._Poz.9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, wyposażonego w szuflady w całości wykonane z formowanego tworzywa ABS, z możliwością całkowitego ich wysuwu i wyjęcia (bez użycia narzędzi przez użytkownika), a tym samym bez możliwości demontażu frontu szuflady. Jednocześnie zwracamy uwagę, że brak możliwości demontażu frontów szuflad (zwłaszcza przy możliwość całkowitego ich wyjęcia) jest zaletą, gdyż demontaż frontów szuflady wiąże się z potencjalną niestabilnością szuflad, a szczeliny które w takim przypadku występują, stanowią mogą miejsce do gromadzenia się zanieczyszczeń.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pyt.6._Poz.11 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z nadstawką wyposażoną w zestaw 4 uchylnych pojemników tworzywowych z przeznaczeniem na akcesoria, co jest uniwersalnym i sprawdzonym rozwiązaniem dla wózków z nadstawką.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pyt.7._Poz.12, Poz.13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z możliwością wyboru kolorystyki oznaczeń uchwytów na frontach szuflad (11 kolorów nakładek do wyboru) oraz wyboru koloru ścian bocznych i tyłu wózka (6 kolorów do wyboru). Jednocześnie prosimy o dopuszczenie szuflad w całości wykonanych z formowanego tworzywa ABS w uniwersalnym szarym kolorze, bez szczelin i łączeń (dzięki czemu są łatwe do utrzymania w czystości), a tym samym bez możliwości zastosowania na ich frontach farby antybakteryjnej.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kolorystyki, natomiast nie dopuszcza pozostałych proponowanych rozwiązań w poz. 13 opisu pakietu 6.

Z poważaniem,

Z-ca Kierownika Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Ewa Dąbrowska

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr Marcin Schneider

Joanna Wiśniewska
mgr pielęgniarstwa
pielęgniarka oddziałowa