

Powiat Ostrzeszowski

Ostrzeszów, dnia 16.05.2023 r.

ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

OP.272.1.5.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup i dostawa urządzeń do pracowni branży drzewnej w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim”

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ i jej załącznika.

Pytanie nr 1:

„dotyczy poz. 4:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

4. Waga analityczna– sztuk 2

- precyzyjna waga analityczna.
- układ wagowy - technologia uniblock lub technologia pozwalająca zachować wymagany czas stabilizacji (Kompensacja siły)
- konstrukcja odporna na wstrząsy, krótki czas stabilizacji - około 3s
- automatyczna kalibracja lub opcja szybkiej kalibracji wybierana na wadze
- konstrukcja zwiększająca odporność wagi na czynniki zewnętrzne takie jak drgania i wahania temperatury
- port USB wagi pozwalający na podłączenie pendrive'a, klawiatury, PC-ta, tableta, drukarki czy skanera kodów kreskowych lub port USB komunikacyjny z tyłu/boku wagi do podłączenia PC-ta i port komunikacyjny do podłączenia drukarki
- wyświetlacz typu OLED z szerokim kątem widoczności nawet przy słabym oświetleniu lub wyświetlacz o wysokości cyfr nie mniejszej niż 12mm

- wielofunkcyjna szalka o ażurowej budowie, posiadająca specjalne zagłębienia, pozwalająca na ważenie niestandardowych przedmiotów takich jak papierki wagowe lub szalka ze stali nierdzewnej składająca się z np. trójelementowego systemu szalka, płytka nośna, pierścień zabezpieczający
- maksymalne obciążenie wagi mieści się w zakresie: 160g – 220g

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający akceptuje zaproponowane zmiany.

W oparciu o odpowiedź na pytanie nr 1, Zamawiający wprowadza zmianę w treści Opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ w zakresie poz. 4. Waga analityczna - sztuk 2 w następującym zakresie:

zapis

„4. Waga analityczna– sztuk 2

- precyzyjna waga analityczna.
- układ wagowy - technologia uniblock,
- konstrukcja odporna na wstrząsy, krótki czas stabilizacji - około 3s
- automatyczna kalibracja
- konstrukcja zwiększająca odporność wagi na czynniki zewnętrzne takie jak drgania i wahania temperatury
- port USB wagi pozwalający na podłączenie pendrive'a, klawiatury, PC-ta, tableta, drukarki czy skanera kodów kreskowych lub port USB komunikacyjny z tyłu/boku wagi do podłączenia PC-ta i port komunikacyjny do podłączenia drukarki
- wyświetlacz typu OLED z szerokim kątem widoczności nawet przy słabym oświetleniu lub wyświetlacz o wysokości cyfr nie mniejszej niż 12mm
- wielofunkcyjna szalka o ażurowej budowie, posiadająca specjalne zagłębienia, pozwalająca na ważenie niestandardowych przedmiotów takich jak papierki wagowe lub szalka ze stali nierdzewnej składająca się z trójelementowego systemu szalka, płytka nośna, pierścień zabezpieczający
- zakres obciążenia wagi wynosi 160g – 220g”

Zastępuje zapisem

„4. Waga analityczna– sztuk 2

- precyzyjna waga analityczna
- układ wagowy - technologia uniblock lub technologia pozwalająca zachować wymagany czas stabilizacji (Kompensacja siły)
- konstrukcja odporna na wstrząsy, krótki czas stabilizacji - około 3s
- automatyczna kalibracja lub opcja szybkiej kalibracji wybierana na wadze
- konstrukcja zwiększająca odporność wagi na czynniki zewnętrzne takie jak drgania i wahania temperatury
- port USB wagi pozwalający na podłączenie pendrive'a, klawiatury, PC-ta, tableta, drukarki czy skanera kodów kreskowych lub port USB komunikacyjny z tyłu/boku wagi do podłączenia PC-ta i port komunikacyjny do podłączenia drukarki
- wyświetlacz typu OLED z szerokim kątem widoczności nawet przy słabym oświetleniu lub wyświetlacz o wysokości cyfr nie mniejszej niż 12mm
- wielofunkcyjna szalka o ażurowej budowie, posiadająca specjalne zagłębienia, pozwalająca na ważenie niestandardowych przedmiotów takich jak papierki wagowe lub szalka ze stali nierdzewnej składająca się z np. trójelementowego systemu szalka, płytka nośna, pierścień zabezpieczający
- maksymalne obciążenie wagi mieści się w zakresie: 160g – 220g”

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania aktualny Załącznik nr 1 do SWZ uwzględniający wprowadzone zmiany, o których mowa w odpowiedzi na powyższe pytanie.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony do dnia 19.05.2023 r. do godziny 11:00. Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, który nastąpi w dniu 19.05.2023 r. o godz. 11:05. Oraz termin związania ofertą do dnia 17.06.2023 r.

W związku ze zmianą terminów, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje również zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Zapis Rozdziału XV ust. 1 o treści:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **16.06.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zastępuje zapisem

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **17.06.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. Zapis Rozdziału XVI ust. 1 o treści:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 18.05.2023 r. do godziny 09:00**”

Zastępuje zapisem

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 19.05.2023 r. do godziny 11:00**”

3. Zapis Rozdziału XVII ust. 1 o treści:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **18.05.2023 r. o godz. 09:05.**”

Zastępuje zapisem

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **19.05.2023 r. o godz. 11:05.**”

Zamawiający informuje również, że zmiana ogłoszenia w zakresie terminu oraz uzupełnienie ogłoszenia o informacje dot. podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.