



DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHOROÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105



334-94-00, fax: (71) 362-13-06

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: www.dcchp.pl

e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 470/2021/DF

Wrocław, 13.04.2021r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania - sprawa BZP.3810.6.2021.TP.

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa wideobronchofiberoskopu ultracienkiego z sondą radialną, transportem Wykonawcy lub na jego koszt- (1 zestaw).

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),

Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ:

Pytanie nr 1dot. wzoru umowy §1 ust. 4 i 5 –załącznik nr 5 do SWZ,

Ponieważ utrzymanie pierwotnych wymagań może uniemożliwić złożenie ważnej oferty, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, bez konieczności dostarczania kodów serwisowych i bez rygору poniesienia kary, urządzenie z zabezpieczeniami umożliwiającymi czynności diagnostyczne i serwisowe opisane w podstawowej dokumentacji serwisowej oraz proponujemy, że Wykonawca zrealizuje szkolenie dla pracownika Zamawiającego w zakresie serwisowania dostarczonego wyrobu (specjalistyczne szkolenie zawierające przekazanie dokumentacji serwisowej i/lub oprogramowania serwisowego, zapewniające podstawową diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji).”?„Dostęp serwisowy umożliwia nie tylko czynności diagnostyczne, ale również ma wpływ na szereg innych parametrów systemu, których przypadkowa zmiana może powodować nieprawidłową pracę urządzenia czy też wpływać na bezpieczeństwo badania i pacjenta. Zabezpieczenia, w postaci kodów serwisowych, generowane są dla autoryzowanych serwisów (również innych niż wykonawca, które posiadają je w momencie uzyskania autoryzacji). Nie jest jednak ograniczony w jakikolwiek sposób dostęp do wykonywania podstawowych czynności przeglądowych, jak np. smarowanie elementów mechanicznych, wymiana podstawowych podzespołów, czyszczenie filtrów powietrza, instalacji peryferiów i inne, ujęte w podstawowej dokumentacji serwisowej, mogącej być dostarczoną wraz z urządzeniem.

Odp: Zamawiający wykreśla z wzoru umowy w § 1 ust. 4 i 5

Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy §5 ust. 5 –załącznik nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §5 ust 5 na następujący zapis:

„Termin usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza granic RP nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych. W okresie naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu urządzenia zastępcze na życzenie Zamawiającego.

Odp: Zamawiający modyfikuje zapis we wzorze umowy §5 ust. 5.

Termin usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza granic RP nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych. W okresie naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu urządzenia zastępcze na życzenie Zamawiającego.

Forma prawna: Podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000034320



W związku z odpowiedziami na pytania do SIWZ termin składania ofert ulega zmianie:

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia 04.05.2021 r. do godziny 09:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2021 r. o godzinie 10:00.


Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Lidia Malicka