

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MYŚLENICACH**

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 **Informacja** (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat 37-20-670, 37-20-671 **fax.** 272-18-55

NIP: 681-169-06-68, **REGON:** 000300570,

Myślenice, dnia 25.11.2024r.

Do wszystkich

Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2024 poz. 1320 z póź. zm.), którego przedmiotem jest dostawa niesterylnych akcesoriów jednorazowego użytku. Nr sprawy 50/PN/24.

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego:

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrod równoważnych w kształcie prostokąta z listkiem ułatwiającym naklejanie, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrod okrągłych z jęczyzkiem ułatwiającym naklejanie, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie papieru do defibrylatora Lifepak 11/12 o wymiarach 107 mm x 23 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 25

Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 57 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz. 32

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru do Corometrics o nr kat 2104908-001 o wymiarach 151mm x90mm x160 kartek.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz. 33

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji oryginalnego papieru do EKG TC 10 Philips o rozmiarze 110 mm x 28,5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 36

Prosimy o dopuszczenie wyceny papieru w op.-10 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 4 op. – 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 38

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje elektrod niecieniujących czyli nie dających cienia podczas badania czyli elektrod radioprzeziernych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga elektrod niecieniujących.

Pakiet 1 poz. 38

Prosimy o dopuszczenie elektrod okrągłych z języczkiem o średnicy 45mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1 poz. 40

Prosimy o dopuszczenie wyceny papieru 80 mm x 25 m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 96 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1 poz. 42

Prosimy o dopuszczenie elektrod do EKG z żelazem ciekłym o średnicy 36mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz. 42

Prosimy o dopuszczenie elektrod do EKG o średnicy 30mm z żelazem stałym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody z żelazem stałym 30 mm.

Pakiet nr 1 poz. 43

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje elektrody NF-50-K/W/30?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie używa w/w elektrody.

Pakiet nr 1 poz. 46

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do KTG Edan F2 i Hewlett Packard o wymiarach 150mm x100mm x150 kartek z zieloną kratką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Projekt umowy- §6 ust. 1 pkt. 1

Prosimy o odniesienie kary umownej do części brutto umowy pozostającej do realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów projektowanych postanowień umownych.

(2)Pytania Wykonawcy drugiego:

pytanie do części 2 - etykiety

czy zamawiający dopuści rolki po 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem na 2*95 rolek czyli w sumie 190 rolek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(3)Pytanie Wykonawcy trzeciego:

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:

- Jednoczęściowe
- Zbliżone kształtem do litery T
- dla jednego pacjenta
- wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały)
- wąska opaska na głowę wykonana z tego samego materiału co osłona na oczy
- wygodne zapięcia na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru
- dostępne w 3 rozmiarach: S, M, L?
- Zdjęcie poglądowe:



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny okularki do fototerapii (zdjęcie poglądowe poniżej) o następujących parametrach:

- dwuczęściowe
- dla jednego pacjenta
- wykonane z pianki poliuretanowej i bawełny (delikatne materiały)
- wąska opaska na głowę wykonana z tego samego materiału co osłona na oczy
- wygodne zapięcie na rzepy z możliwością wielokrotnej zmiany pozycji, dające możliwość dostosowania rozmiaru
- dostępne w 3 rozmiarach: S, M, L?
- Zdjęcie poglądowe



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(4)Pytanie Wykonawcy czwartego:

Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 poz. 3 i utworzy nowy pakiet?
Lub Czy Zamawiający wykreśli z pakietu 3 poz.3 ?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z części/pakietu 3 poz. 3

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną część SWZ, podczas sporządzania oferty

Podpis.....

Zamieszczono na stronie internetowej (platforma zakupowa zamawiającego)

.....