



**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Odpowiedzi na zapytania nr 6

Dotyczy: postępowania nr **PWSW-DZP/382/I/09/21** „Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia medycznego dla kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu”

W podziale na trzy zadania częściowe:

Zadanie częściowe nr 1 - Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych

Zadanie częściowe nr 2 - Zakup wraz z dostawą wyposażenia medycznego

Zadanie częściowe nr 3 - Zakup wraz z dostawą trenażerów, modeli i symulatorów medycznych

Na podstawie art. 284 ust. 6 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania zgłoszonego do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego .

Dotyczy zadania częściowego nr 1- Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych.

Pytanie nr 1:

Pozycja 1 – Defibrylator kliniczny.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora umożliwiającego wykonanie dwufazowej defibrylacji z energią 1 do 200 J.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora bez metronomu.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora nie posiadającego bezprzewodowej transmisji danych.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora nie posiadającego funkcji automatycznego przesyłania danych o pacjencie i urządzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opisywanego powyżej defibrylatora klinicznego.

Pytanie nr 2:

Pozycja 2 – Respirator.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratora bez możliwości wykonywania i zapisu kapnografii, która to funkcja znacznie podraża urządzenie.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratora bez wbudowanego czytnika kart pamięci.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratora umożliwiającego wentylację CPAP oraz SIMV.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratora z regulacją ciśnienia PEEP w zakresie innym od opisanego.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratora z możliwością pracy w temperaturze od -20 do +55 stopni.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratora bez możliwości zapisu danych na karcie SD.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania Respiratora ze wskazanymi powyżej parametrami

Pytanie nr 3:

Pozycja 3 – Pompa infuzyjna.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z zakresem szybkości infuzji (w ml/h dla strzykawki 50 ml)/; 0,1 – 2000.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z rozdzielczością programowania: 0,1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z zakresem szybkości dawki indukcyjnej (dla strzykawki 50 ml): 50-2000 ml/h.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z zakresem programowania ciśnienia okluzji: 300-900 mmHg.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej posiadającej 9 progów programowania ciśnienia okluzji.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej z czasem ładowania akumulatora do 24h.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej o wymiarach: 323 x 261 x 154 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy infuzyjnej o wadze 4,2 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pompy ze wskazanymi powyżej parametrami.

Pytanie nr 4:

Pozycja 6 – Koncentrator tlenu.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koncentratora tlenu o poziomie hałasu ≤ 46 dB(A).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania koncentratora tlenu ze wskazanymi powyżej parametrami.

Pytanie nr 5:

Pozycja 9 – Ciśnieniomierz automatyczny.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnieniomierza z funkcją pracy w temperaturze 5 do 40 stopni i przy wilgotności 15÷93%.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnieniomierza z mankietem średniego rozmiaru 23-33 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ciśnieniomierza ze wskazanymi powyżej parametrami.

Dotyczy zadania częściowego nr 2- Zakup wraz z dostawą wyposażenia medycznego.

Pytanie nr 6:

Pozycja 3 – Łóżko specjalistyczne z przeznaczeniem do Intensywnej Opieki Medycznej.



**Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska
w Przemyślu**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z elektryczną regulacją wysokości, segmentu oparcia pleców, zgięcia kolana, jednoczesna regulacja oparcia i zginania kolana, bez regulacji pozycji Trendelenburga i anty/Trendelenburga.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z autoregresją w zakresie 110 mm.

Z uwagi na pracę z użyciem fantomów, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez funkcji przedłużania leża.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o bezpiecznym obciążeniu 260 kg.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o wadze właściwej 100 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka specjalistycznego ze wskazanymi powyżej parametrami.

Pytanie nr 7:

Pozycja 4 – Stolik/wózek na aparaturę medyczną.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o wymiarach powierzchni użytkowej 3 blatów: 45 x 32 cm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o wymiarach całkowitych 53 x 42 x 100 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stolika/wózka ze wskazanymi powyżej parametrami.

Pytanie nr 8:

Pozycja 6 – Taboret medyczny.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taboretu o minimalnej wysokości 460 mm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taboretu o maksymalnej wysokości 600 mm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie taboretu o średnicy siedziska 340 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania taboretu medycznego ze wskazanymi powyżej parametrami.

Pytanie nr 9:

Pozycja 7 – Parawan jednoskrzydłowy.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parawanu z układem jezdny bez pokrętła blokującego.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parawanu o wysokości 1650 mm i szerokości 940 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania parawanu jednoskrzydłowego ze wskazanymi powyżej parametrami

Pytanie nr 10:

Pozycja 8 – Parawan dwuskrzydłowy.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parawanu z układem jezdny bez pokrętła blokującego.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parawanu o wysokości 1650 mm i szerokości 1340 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania parawanu dwuskrzydłowego ze wskazanymi powyżej parametrami.



**Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska
w Przemyślu**

Pytanie nr 11:

Pozycja 9 – Stelaż do wlewów.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stelaża z regulacją wysokości w zakresie 128-230 cm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stelaża w kolorze szarym lub zielonym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stelaża z regulacją wysokości w zakresie 128-230 cm.

Zamawiający nie dopuszcza stelaża w kolorze szarym lub zielonym.

Pytanie nr 12:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaka ma być ilość wózków wielofunkcyjnych, ponieważ na pierwszej stronie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik 1B w pozycji 5 są 4 sztuki, a w opisie szczegółowym na kolejnej stronie są 2 sztuki opisane.

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje wózki wielofunkcyjne w ilości 4 sztuk.

Pytanie nr 13:

Z uwagi na złożony proces produkcyjny zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do 42 dni od dnia podpisania umowy.

Z up. REKTORA
dr Robert Oliwa
Prorektor właściwy ds. studenckich

Otrzymują:

1. Strona internetowa
2. a/a