

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**
ul. Wojska Polskiego 57
05-430 Celestynów



Celestynów, dn. 01 czerwca 2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa sprzętu laboratoryjnego**” – **sprawa nr WOFiTM/28/2022/PN.**

Na podstawie art. 135 ust 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia oraz na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zapytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 5.8 do SWZ, Załącznik nr 2 do OPZ, Analizator hematologiczny, pkt 2, ppkt 2.3:

Prosimy o potwierdzenie, iż nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli funkcjonalność Rerun&Reflex.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. W związku z omyłką pisarską Zamawiający dokonuje modyfikacji OPZ.

Zapytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 5.8 do SWZ, Załącznik nr 2 do OPZ, Analizator hematologiczny, pkt 2, ppkt 2.4:

Prosimy o potwierdzenie, iż nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli 25 µl.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. W związku z omyłką pisarską Zamawiający dokonuje modyfikacji OPZ.

Zapytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 5.8 do SWZ, Załącznik nr 2 do OPZ, Analizator hematologiczny, pkt 2, ppkt 2.10:

Prosimy o potwierdzenie, iż nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający ma na myśli parametry MCV zamiast MCy, RDW-CV zamiast RDW-Cy, MPV zamiast MPy,.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe. W związku z omyłką pisarską Zamawiający dokonuje modyfikacji OPZ.

Zapytanie nr 4

Dotyczy Załącznika nr 5.8 do SWZ, Załącznik nr 2 do OPZ, Analizator hematologiczny, pkt 2, ppkt 2.19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby analizatory posiadały oprogramowanie w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zapytanie nr 5

Dotyczy Załącznika nr 5.8 do SWZ, pkt 10, ppkt 10.1:

Czy w związku z zapisem „Czas naprawy na terenie Polski - 7 dni roboczych” czy Zamawiający zamierza użytkować analizator poza granicami Polski?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza użytkowania analizatora poza granicami Polski.

Zapytanie nr 6

Dotyczy Załącznika nr 5.8 do SWZ, pkt 10, ppkt 10.3:

Prosimy o dodanie zapisów, że gwarancja nie obejmuje kolejnych reinstalacji analizatora i przewożenia w inne miejsce i ponownej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Zapytanie nr 7

Dotyczy Załącznika nr 5.8 do SWZ - OPZ, pkt 2 Ilość, Zamówienie gwarantowane i zamówienie w ramach prawa opcji:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia oferty na dwa tożsame analizatory hematologiczne zgodnie z informacją podaną w tabeli "Zamówienie gwarantowane" i "Zamówienie w ramach prawa opcji" ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Zapytanie nr 8

Dotyczy Załącznika nr 5.8 do SWZ, Załącznik nr 2 do OPZ, Analizator hematologiczny:

Czy wraz z oferowanymi analizatorami hematologicznymi Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników oraz materiałów kontrolnych na tzw. pakiet startowy? Jeżeli tak prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczone odczynniki posiadały termin ważności min. 5 miesięcy od daty dostawy natomiast materiał kontrolny, dostarczany jest zgodnie z harmonogramem dostaw dostępnym na stronie internetowej Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Zapytanie nr 9

Dotyczy Umowy:

Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 5.8 - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OPZ

PKT 2 PPKT 2.3, 2.4, 2.10

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ - Załącznik nr 2 do OPZ pkt 2 ppkt 2.3, 2.4, 2.10 otrzymują brzmienie:

pkt 2 ppkt:

2.3. Funkcjonalność **Rerun & Reflex;**

pkt 2, ppkt 2.4:

2.4. Aspiracja **25 µl** w trybie oznaczania krwi pełnej

pkt 2, ppkt 2.10:

Parametry krwi pełnej (WB): WBC, RBC, HGB, HCT, **MCV**, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, **RDW-CV**, PDW, **MPV**, P-LCR, PCT, NEUT#, LYMPH#, MONO#, EO#, BASO#, NEUT%, LYMPH%, MONO%, EO%, BASO%, IG#, IG%, MicroR, MacroR;

KOMENDANT

/-płk Waldemar PAWELEC