






| | | |
|--|---|--|
|  KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II | INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO |  MAŁOPOLSKA Numer procedury PO/LE/0121/2/2019 |
| ZESPÓŁ KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH | | Obowiązuje od: <u>31.05.2021</u> |
| | | Edycja nr: 19 |
| | | Ilość stron: 11 |
| | | Ilość załączników: - |
| Plan Higieny | | |

| | | |
|---|--|--|
| Opracował: Imię i Nazwisko: Specjalista ds. epidemiologii Mgr Edyta Synowiec Data i Podpis:  25.05.2021 | Sprawdził: Imię i Nazwisko: Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda Data i Podpis:  25.05.2021 | Zatwierdził do stosowania: Imię i Nazwisko: Z-ca dyrektora ds. leczenia Dr hab. med. Dorota Sobczyk Data i Podpis:  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Lecznictwa dr hab. n. med. Dorota Sobczyk 28.05.2021 |
| Cel | Zapobieganie transmisji zakażeń szpitalnych | |
| Obszar stosowania | Jednostki medyczne i administracyjne Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im Jana Pawła II | |
| Osoba odpowiedzialna za nadzór nad procedurą: | Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych | |

Spis treści:

1. Cel
2. Przedmiot i zakres stosowania
3. Definicje
4. Odpowiedzialność i uprawnienia
5. Opis postępowania
6. Dokumenty związane

1. Cel

Zapobieganie transmisji zakażeń szpitalnych.

2. Przedmiot i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej procedury jest szczegółowy tryb postępowania i zasady doboru preparatów dezynfekcyjnych do rodzaju powierzchni i sprzętu medycznego używanego w szpitalu wraz ze sposobem ich dekontaminacji.

3. Definicje

- Dezynfekcja – proces w wyniku, którego ulegają zniszczeniu, zabiciu lub inaktywacji formy wegetatywne bakterii metodami fizycznymi lub chemicznymi do poziomu, który nie zagraża zdrowiu człowieka.
- Dezynfekcja wysokiego stopnia – niszczy wszystkie drobnoustroje, z wyjątkiem zarodników bakteryjnych, powinna być stosowana dla urządzeń półkrytycznych tj. pozostających w kontakcie z błonami śluzowymi lub uszkodzoną skórą. Uzyskuje się ją poprzez zastosowanie preparatów na bazie glutaraldehydu, dwutlenku chloru, 6% nadtlenu wodoru, lub preparatów sporządzonych na bazie kwasu nadoctowego, czyli tzw. związków tlenowych.

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

- Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych – nadzór, określanie skuteczności bójczej preparatów dezynfekcyjnych w szpitalu
- Personel Centralnej Sterylizacji i personel medyczny – realizacja w praktyce,
- Kierownik firmy sprzątającej – nadzór nad pracą zespołu sprzątającego,
- Personel firmy sprzątającej – prawidłowa realizacja w praktyce,
- Koordynator dystrybucji – nadzór nad pracą personelu firmy cateringowej,
- Personel firmy cateringowej – prawidłowa realizacja w praktyce,
- Kierownik Małopolskiego Laboratorium Diagnostyki Prątki Gruźlicy – nadzór nad pracą personelu Laboratorium,
- Personel Laboratorium Diagnostyki Prątki Gruźlicy - prawidłowa realizacja w praktyce

5. Opis postępowania

Plan Higieny - Preparaty do higieny rąk i skóry pacjenta

| Co? | Co? | Czym? | | | Kiedy? | Jak? |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------------|--|------------------|--|
| | | Nazwa preparatu | Stężenie robocze | Czas działania (mycia/dezynfekcji) | Zakres działania | |
| Ręce personelu i higiena pacjenta | Mycie rąk | Sensiva Wash Lotion | Gotowy do użycia | x | x | Zgodnie z „Procedurą higieny rąk” w oparciu o wielomodułowe zalecenia WHO. Zmoczyć ręce. Około 2-3 ml emulsji nanieść na ręce, wytworzyć pod wodą pianę, umyć ręce, spłukać wodą i dokładnie osuszyć ręcznikiem jednorazowego użycia. |
| | Dezynfekcja rąk metodą wcierania | Desderman N Chemisept GEL | Stężony | min 30 sek. wcierając min 3ml | B, Tbc, F, V | Zgodnie z „Procedurą higieny rąk” w oparciu o wielomodułowe zalecenia WHO. Nanieść 3 ml preparatu i wcierać, aż do wyschnięcia. |
| | Chirurgiczna dezynfekcja rąk metodą wcierania | Skinman soft Desderman N | Stężony | przez min 90 sek. wcierać porcjami min 10ml | B, Tbc, F, V | Zgodnie z „Procedurą higieny rąk” w oparciu o wielomodułowe zalecenia WHO. W umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami 10 ml preparatu przez 90 sekund, dbając o stałe zwilżenie skóry lekiem. Poczekać do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek... |
| | Mycie chorych w sytuacji nagłej lub chorych zakażonych (np.: MRSA) | Chemisept GEL | Stężony | min 2 x 45 sek wcierając 2 x 3 ml | B, Tbc, F, V | Zgodnie z „Procedurą higieny rąk” w oparciu o wielomodułowe zalecenia WHO. W czyste, suche ręce i przedramiona należy wcierać co najmniej 3 ml preparatu przez min 3 min dbając o stałe zwilżenie skóry produktem leczniczym. Czynność powtórzyć. |
| | Mycie ciała chorych przed zabiegami chirurgicznymi | Skinman Scrub N | Gotowy do użycia | 1 min | B, V, F | Nanieść odpowiednią ilość preparatu na wilgotną myjkę i natrzeć odpowiednie partie ciała (szczególnie pachy i pod pachami). Nie wymaga spłukiwania. |
| | Mycie ciała chorych przed zabiegami chirurgicznymi | Sensiva Wash Lotion | Gotowy do użycia | x | x | Nanieść emulsję myjącą na wilgotną skórę, natrzeć, wytworzyć pianę i spłukać wodą. |
| | Pielęgnacja rąk | Velodes cream | Gotowy do użycia | x | x | |

Plan Higieny - Preparaty do oczyszczania ran

| Co? | Co? | Czym? | | | Kiedy? | Jak? |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|
| | | Nazwa preparatu | Stężenie robocze | Czas działania (mycia/dezynfekcji) | Zakres działania | |
| Rany przewlekłe i owrzodzenia | Oczyszczanie i nawilżanie rany | Octenilin płyn, Octenilin żel | Gotowy do użycia | x | x | Przed zastosowaniem na rany zalecane jest wstępne przepłukanie i oczyszczenie rany preparatem octenilin płyn zmywając pozostałości tkanki lub poprzedniego opatrunku. Ranę pokryć całkowicie produktem octenilin żel na rany (1-5 mm). Do pokrywania lub wypełniania rany produkt octenilin® żel na rany można nakładać na okłady, gazy, kompresy oraz inne materiały wchłaniające lub materiały wypełniające ranę. Należy dokładnie przepłukać ranę preparatem i pozostawić go przez chwilę na ranie. Proces można powtarzać kilka razy dziennie lub przy wymianie opatrunku. |
| | | Mikrodacyn Mikrodacyn żel | | x | | |

Plan Higieny - Preparaty do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych

| Co? | Co? | Czym? | | | Kiedy? | Jak? |
|----------------------|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| | | Nazwa preparatu | Stężenie robocze | Czas działania (mycia/dezynfekcji) | Zakres działania | |
| Skóra | Dezynfekcja skóry przed drobnymi zabiegami, wstrzyknięciami, pobieraniem krwi itp | Gazik do dezynfekcji skóry, Kodan bezbarwny | Stężony | 15 sek-1 min | B, Tbc, F, V | Przetrzeć skórę 3-krotnie w jednym kierunku z góry na dół lub spryskać skórę z odległości około 10 - 20 cm i odczekać min 15 sek. na zadziałanie preparatu. W tym czasie nie wolno dotykać ponownie zwilżonego miejsca, nie wycierać preparatu antyseptycznego. |
| | | Kodan barwiony | Stężony | 1- 5 min | B, Tbc, F, V | Zgodnie z „Procedurą przygotowania pola operacyjnego” |
| | | CITROClorex 2% | Stężony | 30-60 sek. | B, Tbc, F, V | Zgodnie z „Procedurą założenia i pielęgnacji wkłucia centralnego” |
| | | Skinsept mucosa | Stężony | 1 min | B, F, V Pierwotniaki | Zgodnie z „Procedurą cewnikowania pęcherza moczowego u dorosłych”. |
| Błony śluzowe i rany | Dezynfekcja błon śluzowych jamy ustnej, | Oralsept | Stężony | 1 min | B, F, V | Plukać jamę ustną ewentualnie gardło 1-2 razy dziennie stężonym roztworem (1 pełna łyżka stołowa) przez co najmniej 1 min. Preparat należy stosować najpóźniej 30 min przed i minimum 30 min po myciu zębów pastą. Maksymalny czas ciągłego stosowania to 2 miesiące. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. |
| | Dezynfekcja skóry i błon śluzowych, leczenie infekcji bakteryjnych i grzybiczych | Betadine | Stężony lub 10% (1:10) , 1% (1:100) roztwór wodny | 1-2 min | B, F, V, Pierwotniaki | Polać skórę, ranę lub równomiernie rozprowadzić za pomocą jałowych gazików i odczekać min 2 min. Cały czas skóra powinna być zwilżona preparatem. |
| | Dezynfekcja ran niechirurgicznych oraz błon śluzowych, | Oktensept | Stężony | 1 - 5 min | B, Tbc, V F, Pierwotniaki | Polać ranę lub równomiernie rozprowadzić za pomocą jałowych gazików i odczekać min 1 do 5 min do czasu wyschnięcia preparatu dając czas na zadziałanie. Zgodnie z procedurą „Procedura cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci” |

Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie treści dokumentu tylko za zgodą Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Jakości. Nadzór nad aktualizacją dokumentu sprawuje Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Jakości.

Plan higieny - Preparaty do dezynfekcji manualnej i maszynowej sprzętu medycznego oraz endoskopów

| Co? | Co? | Zastosowanie | Czym? | | | | Kiedy? | Jak? |
|--|---------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|------------------|--|
| | | | Nazwa preparatu | Stężenie robocze | Czas działania (mycia/dezynfekcji) | Zakres działania | | |
| Dezynfekcja manualna i dezynfekcja maszynowa | | Narzędzia chirurgiczne i diagnostyczne. Dozowniki do tlenu (butelki + reduktor), Pojemniki do ssaków próżniowych i elektrycznych, Koszyczki na leki i drobny sprzęt, Pojemniki na sprzęt wysyłany do sterylizacji i po sterylizacji, Kontenery na leki, Tace podręczne, Prowadnice do intubacji, Kończówki do znieczulania gardła, Mankiety do ciśnieniomierzy, stazy, Drobny sprzęt laryngologiczny, Zabawki plastikowe - kločki, Osprzet endoskopowy, Podstawowe szkiełka laboratoryjne. | PRE KLENZ | Gotowy do użycia | Do 72 godz. | x | Po każdym użyciu | Przed procesem dezynfekcji maszynowej – na czas transportu sprzętu do Centralnej Sterylizatorni, zapobiega wysychaniu |
| | | | Neodisher septo activ | 2% | 15- 30 min | B, Tbc, V, F, S (Clostridium difficile) | | Dezynfekcję należy przeprowadzić przez zanurzenie sprzętu w przygotowanym roztworze roboczym. |
| | | | Incidin Active | 2% | 15 min | B, Tbc, V, F, S | | Przygotowanie roztworu roboczego: 1. Zalać odzież ochronną i rękawice, 2. Do wanienki dezynfekcyjnej wlać odmierzoną ilość wody wodociągowej, 3. Wypać do niej odpowiednią ilość granulatu, wg tabeli dozowania, używając wyskalowanego kubka dozującego 4. Roztwór roboczy jest gotowy do użycia po 15 min. 5. Po 15 - 30 minutach wyjąć dezynfekowane przedmioty i dokładnie spłukać pod bieżącą, letnią wodą i wysuszyć. Do pomiaru stężenia roztworu roboczego służą paski testowe. Roztwór należy wymieniać przynajmniej raz dziennie lub w przypadku zmniejszenia się zawartości aktywnego składnika. |
| | | | Linia Neodischer Orange solvent, Linia: Thermoshield NR, T Xtreme Neodicher IP spray, IR | Maszynowe mycie i dezynfekcja w myjniach automatycznych. | | | | Powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem preparatu. Dezynfekcję sprzętu i przedmiotów należy przeprowadzić przez zanurzenie sprzętu w przygotowanym roztworze roboczym zgodnie z zaleceniem producenta. |
| | | | Detro Enzym | 0,5% | max 15 min | x | | Proces przeprowadzony w myjniach automatycznych. |
| | | | Detro OPA | Gotowy do użycia | 5 min | B, Tbc, F, V, S | | Mycie manualne wszystkich kanałów endoskopu za pomocą miękkiej szczoteczki. |
| | | | Neodisher Endo CLEAN | Gotowy do użycia | 3-10 min w temp 35-55 C | x | | |
| | | | Neodisher Endo SEPT GA | 1% | 5 min w temp 55 C | B Tbc, F, V, S | | Mycie i dezynfekcja w automatycznej myjni endoskopowej zgodnie z „Instrukcją postępowania z endoskopami po badaniu (bronchoskopia, gastroskopia, diagnostyka ultrasonograficzna drzewa oskrzelowego – EBUS, diagnostyka żołądka, przełyku i dwunastnicy – EUS, implantacja zastawek IBV)” |
| | | | Neodisher Mediclean Forte | x | 5 min w temp 60 C | x | | |
| | | | Neodisher Septo Clean | Gotowy do użycia | 5 min w temp 55-90 C | B, Tbc, F, V (Priony) | | |
| | Bronchoskopy, Gastroskopy, Ebus, Eus, | | Thermosept ED | Gotowy do użycia | 1 min w temp 50-60 C | B, Tbc, F, V (polio) | Po każdym użyciu | |
| | | | Thermosept Endo Cleaner | 0,5% | 5 - 10min w temp 35-55 C | x | | |
| | | | Detro Enzym | 0,5% | max 15 min | x | | Mycie manualne za pomocą miękkiej szczoteczki. |
| | | | Detro OPA | Gotowy roztwór | 5 min | B Tbc, F, V, S | | Zgodnie z "Procedurą dezynfekcji głowic przezprzełykowych". Należy sprawdzać skuteczność roztworu testami paskowymi |

Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie treści dokumentu tylko za zgodą Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Jakości. Nadzór nad aktualizacją dokumentu sprawuje Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Jakości.

Plan higieny - Preparaty do dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni i powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych wrażliwych na działanie alkoholi

| Co? | Co? | Czym? | | | | Kiedy? | Jak? |
|---|---|---------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|--|
| | Zastosowanie | Nazwa preparatu | Stężenie robocze | Czas działania (mycia/dezynfekcji) | Zakres działania | | |
| Małe powierzchnie i trudno dostępne miejsca | Stoliki zabiegowe | Mikrozid Uniwersal - chusteczki | Gotowy | 5 min | B, Tbc, F, V | Po wykonaniu każdego zabiegu | Przetrzeć powierzchnie chusteczką i odczekać do całkowitego wyschnięcia. Nie wycierać do sucha. |
| | Blaty w gabinetach zabiegowych, Tace podręczne. | | | | | Na każdym dyżurze lub częściej w razie potrzeby | |
| | Sluchawki lekarskie, dozymetry, zabawki z tworzywa sztucznego, oprócz klocków | | | | | Po każdym użyciu | |
| | Mankiety z tworzywa do ciśnieniomierzy, poduszki elektryczne, stazy, poduszki, podkładki na blokach operacyjnych, wnętrza szaf do przechowywania endoskopów, małe powierzchnie w karetkach | | | | | Zgodnie z „Harmonogramem częstotliwości sprzątania” | |
| | Oslony na dokumentację medyczną, ramki na karty przyłóżkowe | | | | | 1 raz na dobę | |
| | Sprzęt rehabilitacyjny, pipety, sprzęt do EKG, lupy kardiologiczne | | | | | Po każdym użyciu | |
| | Sprzęt do polisomnografii i poligrafii | | | | | | 1. Wstępne oczyszczenie elektrod pod bieżącą wodą, 2. Delikatne mycie w wodzie z mydłem, 3. Przetarcie elektrod gazikiem nasączonym preparatem alkoholowym |
| | TYLKO TRUDNODOSTĘPNE POWIERZCHNIE. Kółka wózków, stolików zabiegowych, stołów operacyjnych, stelaży do bielizny, pojemników do segregacji odpadów, aparatów do RTG, itp. Stazy, mankiety do CTK | Mikrozid AF liquid | Stężony | 30 s - 5 min | B, Tbc, F, V | Zgodnie z „Harmonogramem sprzątania” | Spryskać powierzchnię, Pozostawić do wyschnięcia. |
| | Głowice USG, monitory dotykowe sprzętu medycznego | Cleanisept wipes forte | Gotowy | 15 min | B, F, V, S | Po każdym użyciu | Przetrzeć powierzchnie chusteczką do całkowitego zwilżenia Po upływie czasu kontaktu należy przepłukać sondy USG wodą pitną. |
| Powierzchnie wykonane z tworzyw sztucznych wrażliwych na działanie alkoholi | Klawiatura i przyciski aparatury medycznej (np.: pomp infuzyjnych, monitorów itp.), okulary ochronne | Incidin OXY-wipe S – chusteczki | Gotowy | 5 min | B, Tbc, F, V | Przynajmniej 1 raz na każdym dyżurze i w razie potrzeby | Przetrzeć powierzchnie i odczekać do całkowitego wyschnięcia. Nie wycierać do sucha. |
| | Powierzchnia aparatury medycznej. | | | | | Po każdym użyciu | |
| | Powierzchnia wózków, podpórek, krzeseł, stołów zabiegowych, wózki promorte | | | | | | |
| | Sprzęt rehabilitacyjny, zabawki | | | | | | |
| | Membrany stetoskopów, | | | | | | |
| | Kable do diatermii | | | | | | |
| | | Mikrozid PAA- chusteczki | | 15 min | B, Tbc, F, V, S | Po każdym użyciu | Przetrzeć powierzchnię i odczekać do całkowitego wyschnięcia. Nie wycierać do sucha. Wysłać do Centralnej Sterylizatorni. |

Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie treści dokumentu tylko za zgodą Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Jakości. Nadzór nad aktualizacją dokumentu sprawuje Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Jakości.

Plan higieny - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni

| Co? | Co? | Czym? | | | | Kiedy? | Jak? |
|-------------------|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | Nazwa preparatu | Stężenie robocze | Czas działania (mycia/dezynfekcji) | Zakres działania | | |
| Duże powierzchnie | Dezynfekcja i mycie podłóg, parapetów, stolików przyłóżkowych, wózków, łóżek, paneli anestetycznych, szaf na bieliznę i leki, dozowników na preparaty do rąk i na papier toaletowy, wnętrza karetek, pomp infuzyjnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, wanien do hydromasażu, wózków promorte, materacy i pokrowców, drzwi, kaloryferów, oświetlenia, lodówek medycznych, krzeseł, lamperii, poszwy wielokrotnego użycia na koce, itp. ; | Desam OX, | 1%- 2% | 15 min | B, (Tbc), F, V | Zgodnie z "Harmonogramem częstotliwości sprzątania" | Powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem preparatu. Dezynfekcję dużych powierzchni przeprowadzać stosując system wiaderkowy lub kuwetowy. Przedmioty, które można zanurzyć dezynfekować przez zanurzenie. Po naniesieniu roztworu na powierzchnie odczekać minimum 15 minut. Nie należy splukiwać wodą zdezynfekowanych powierzchni. |
| | | Incidin Activ | 2% | 15 min | B, Tbc, V, F, S | | |
| | | Chloramix DT Chlorinex-60 | 0,1%- 1% 1,8% | 15 min | B, Tbc, V, F, S B, Tbc, V, F | | |
| | | Wanny do hydromasażu | | | | | |
| Małe powierzchnie | Dezynfekcja w przypadku Clostridium difficile Łóżka, materace w Stacji Łóżek, stoły operacyjne, pokrowce zmywalne, powierzchnia sal chorych | Chloramix DT Chlorinex-60 | 1% 0,18%-1,8% | 15 min | B, Tbc, V, F, S B, Tbc, V, F | Zgodnie z "Harmonogramem częstotliwości sprzątania" | Przecierać gotowym roztworem roboczym. Po skończonym dniu pracy przygotować roztwór preparatu (min 10L) i wykonać dezynfekcję wanny włączając urządzenie wraz z dyszami przez 30 min. Powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem preparatu zgodnie z obowiązującą "Procedurą postępowania w przypadku zanieczyszczenia powierzchni substancjami organicznymi" |
| | | MC 310 MC 320 Mleczko i Proszek Filip, Apisek | 0,25%-2% Gotowy do użycia | x | x | | |
| | Mycie umywalek i sanitariatów, pisuarów, muszli klozetowych itp. ; | MC 210 | 0,25%-2% | x | x | | |
| | | MC 220 | Gotowy do użycia | x | x | | |
| | Mycie powierzchni tj. podłogi, schody, lamperie, armatura | Inoxol | x | x | x | | |
| | Mycie i konserwacja powierzchni ze stali nierdzewnej szlachetnej. | MC 310 | Gotowy do użycia | x | x | | |
| Sprzęt | Usuwanie kamienia z powierzchni. | | | | | | Powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek lub zanurzyć w roztworze. |
| | Dezynfekcja umywalek i sanitariatów, koszy, materacy, basenów, drenazy, pojemników szklanych ssaków elektrycznych, misek do toalety chorych, zlewów, pomppek do dozowników itp. | Chloramix DT Chlorinex-60 | 0,1%- 1% 0,18% - 1,8% | 15 min | B, Tbc, V, F, S B, Tbc, V, F, | | Wykonać roztwór preparatu dezynfekcyjnego zgodnie z zaleceniem producenta, zanurzyć sprzęt lub utrzymywać roztwór w zdezynfekowanym sprzęcie przez 15. |
| | Stoły operacyjne i zabiegowe, łóżka i materace w Stacji Łóżek | Incidin Activ | 2 % | 15 min | B, Tbc, V, F, S | | Zmyć powierzchnię preparatem dezynfekcyjnym lub sprzęt zanurzyć w przygotowanym roztworze na 15 min. Wyplukać i pozostawić do wyschnięcia. |

Kopowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie treści dokumentu tylko za zgodą Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Jakości. Nadzór nad aktualizacją dokumentu sprawuje Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Jakości.

Plan higieny - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu mającego kontakt z żywnością w kuchniach oddziałowych.

| Co? | Co? | Czym? | | | | Kiedy? | Jak? |
|---|--|---|------------------------|------------------------------------|------------------|---|--|
| | | Nazwa preparatu | Stężenie robocze | Czas działania (mycia/dezynfekcji) | Zakres działania | | |
| Małe powierzchnie | Zastosowanie | Manualne mycie powierzchni mających kontakt z żywnością, lodówek, szafek kuchennych, blatów, białarów, wózków jezdnych, półek, okienek podawczych, umywalek, zlewów itp.; Postępowanie w przypadku awarii zmywarki | Efekt Extra | Gotowy roztwór - płyn | 15 min | x | Powierzchnie myć i dezynfekować dokładnie za pomocą ścierek nasączonych roztworem preparatu. |
| | | | Clean&Clever PRO16 | Gotowy roztwór - mleczko | | | Przedmioty, które można zanurzyć, dezynfekować przez zanurzenie. Po naniesieniu roztworu na powierzchnię odczekać minimum 5 minut. Spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. |
| | | Manualna mycie i dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością, lodówek, szafek kuchennych, blatów, białarów, wózków jezdnych, półek, okienek podawczych, umywalek, zlewów itp.; Postępowanie w przypadku awarii zmywarki. | Mikro Quat EXTRA | 1% (100 ml na 10L) | 5 min | B, G | Automatyczne mycie w zmywarco-wyparzaczach. |
| | | | LD 12 LD 25 | Dozowanie automatyczne | | | Stosować 45g na cykl mycia. Dozować ręcznie za pomocą miarki. |
| | Maszynowe mycie sprzętu kuchennego, talerzy, sztućców, tac, naczyń, kubków itp., | Barlon M | x | | | Nabyszczenie automatyczne | |
| | | RA-10 | Dozowanie automatyczne | | | Powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek nasączonych roztworem preparatu. Wypolerować. | |
| | Sprzęt w kuchenkach oddziałowych | Mycie i konserwacja powierzchni ze stali nierdzewnej szlachetnej. | Polish Cleaner | x | x | | Sprzęt zanurzyć w przygotowanym roztworze i dokładnie umyć w temperaturze 45° C. Wypłukać i pozostawić do wyschnięcia lub doczyszczać zabrudzenia poprzez szorowanie. |
| | | | Efekt Extra | Gotowy roztwór - płyn | x | x | Sprzęt zanurzyć w roztworze o odpowiednim spektrum na 15 min. Wypłukać i wstawić do zmywarki, wyparzacza. |
| | | Dezynfekcja sprzętu kuchennego na oddziałach zakaźnych tj.; sztućców, kubeczków, itp. | Clean&Clever PRO 16 | Gotowy roztwór - mleczko | | | |
| | | | Jasol-Solid | 0,18% | 15 min | B, Tbc, V, F, S | Sprzęt zanurzyć w roztworze o odpowiednim spektrum na 15 min. Wypłukać i wstawić do zmywarki, wyparzacza. |
| 0,36% | | | | | | | |
| Dezynfekcja sprzętu kuchennego w przypadku zakażeń przenoszonych drogą pokarmową i w przypadku Clostridium difficile tj.; sztućców, kubeczków, naczyń, itp. | | 1,80% | | | | | |
| Dezynfekcja sprzętu kuchennego tj; naczyń, sztućców, łyżek wazowych, kubeczków, itp.; | Dezynfekcja termiczna w zmywarkach lub wyparzarkach. | | | | | | |
| Resztki pokonsumpcyjne z oddziałów szpitalnych. | Resztki pokonsumpcyjne z oddziałów zakaźnych i od chorych zakażonych i podejrzanych o zakażenie. | x | x | x | x | Po każdym posiłku | Resztki pokonsumpcyjne usunąć do pojemnika na odpady komunalne. |
| | | | | | | | Resztki pokonsumpcyjne usunąć do pojemnika na odpady medyczne. |

Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie treści dokumentu tylko za zgodą Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Jakości. Nadzór nad aktualizacją dokumentu sprawuje Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Jakości.

Plan higieny - Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu w Małopolskim Laboratorium Diagnostyki Prątku Gruźlicy.

| Co? | Co? | Czym? | | | | Kiedy? | Jak? |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|---|---|
| | | Nazwa preparatu | Stężenie robocze | Czas działania (mycia/dezynfekcji) | Zakres działania | | |
| Małe powierzchnie | Zastosowanie | | | | | | |
| | Manualna mycie naczyń, urządzeń i powierzchni kuchennych | Profimax Brilliant | 5 ml na 5L | x | x | Zgodnie z "Harmonogramem częstotliwości sprzątania" | Przygotować roztwór - dodać 5 ml płynu (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. Umyte naczynia spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia lub przetrzeć do sucha. |
| | Mleczko do czyszczenia, usuwa tłuszcz i zabrudzenia, nie rysując powierzchnie. Przydatne w łazienkach i sanitariatach do czyszczenia jasnych powierzchni i zacieranie na fugach i spoinach. Może być stosowane m.in.: do czyszczenia zlewów, kuchenek, umywalk i innych powierzchni | Ecofix - mleczko | Gotowy do użycia | x | x | | Gotowy produkt nanieść na powierzchnie i wcierać kolistymi ruchami do czasu uzyskania czystej powierzchni. |
| | Dezynfekcja sprzętu laboratoryjnego | Medicarina | 1,08% | B, Tbc, F, V | 15 min | Na bieżąco | Powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem preparatu. Zgodnie z obowiązującą „Procedurą postępowania w przypadku zanieczyszczenia powierzchni substancjami organicznymi”. W przypadku dezynfekcji sprzętu laboratoryjnego stosować gotowy roztwór roboczy celem zanieczyszczenia sprzętu. |
| | Dezynfekcja w przypadku zanieczyszczenia materiałem organicznym – plasma organiczna | | 1,80% | | | | Roztwór rozprowadzić po powierzchni przy pomocy mopa na mokro i zebrać rozpuszczone zabrudzenia, względnie ścierać powierzchnie gąbką lub ścierką. |
| | Mycie sanitariatów, umywalk, toalet, łazienek itp. | Prowash Fixi | 2-10% 20 do 100 ml na 1 L wody | x | x | | Powierzchnie pokryć preparatem i po kilku min spłukać obficie wodą |
| Duże powierzchnie | | Domestos | Gotowy do użycia | x | x | | |
| | Mycie i dezynfekcja podłóg, ścian itp.; | Incidin Plus | 3% 20 ml na 1 L wody | 15 min | B, Tbc, F | Zgodnie z "Harmonogramem częstotliwości sprzątania" | Powierzchnie zmywać dokładnie za pomocą ścierek i mopów nasączonych roztworem preparatu. Dezynfekcję dużych powierzchni przeprowadzać stosując system wiaderkowy lub kuwetowy. Po naniesieniu roztworu na powierzchnie odczekać minimum 15 minut. Nie należy spłukiwać wodą zdezynfekowanych powierzchni. |
| | | Remat Forte | 2-20% | | | | Na suchej, czystej i odtłuszczonej powierzchni (zalecamy zastosowanie zmywacza) rozprowadzić równomiernie 2-3 warstwy Akrylanu przy pomocy czystego mopa lub aplikatora. Każdą kolejną warstwę nanosić po dokładnym wyschnięciu poprzedniej. Po nałożeniu ostatniej warstwy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 1. 5 h. W przypadku nanoszenia środka na nowe powierzchnie, należy odtłuścić przy pomocy zmywacza np: STRIPPER W przypadku nawarstwienia się produktu należy także zastosować zmywacz typu stripper. |
| | Doczyszczanie podłóg | Melpol HX | Gotowy do użycia | | x | | |







Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie treści dokumentu tylko za zgodą Pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. Jakości. Nadzór nad aktualizacją dokumentu sprawuje Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Jakości.

6. Dokumenty związane:

- Procedura higieny rąk.
- Procedura postępowania w przypadku zanieczyszczenia powierzchni substancjami organicznymi.
- Procedura dezynfekcji głów przez-przetykowych.
- Procedura założenia i pielęgnacji wkłucia centralnego.
- Procedura cewnikowania pęcherza moczowego u dorosłych.
- Procedura cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci.
- Procedura przygotowania preparatu do dezynfekcji narzędzi i sprzętu.
- Procedura przygotowania pola operacyjnego.
- Procedura postępowania z zanieczyszczonymi narzędziami i sprzętem.
- Procedura postępowania po użyciu zabawek na oddziałach dziecięcych.
- Procedura po użyciu ssaka.
- Procedura po użyciu laryngoskopu.
- Procedura postępowania z mankietami do pomiaru CTK.
- Instrukcją postępowania z endoskopami po badaniu (bronchoskopia, gastroskopia, diagnostyka ultrasonograficzna drzewa oskrzelowego – EBUS, diagnostyka żołądka, przełyku i dwunastnicy – EUS, implantacja zastawek IBV)



**Wykaz przeglądów aktualności oraz wprowadzonych zmian w dokumencie:
Plan Higieny.**

| Data przeglądu/ zmiany | Nr dokumentu/ Edycja (po ew. zmianie) | Adnotacja o dokonaniu przeglądu/ Opis ew. zmiany | Czytelny podpis |
|---------------------------------------|--|--|---|
| 15-05-2017 | PO/LE/0122/2/2017 Edycja - 14 | Aktualizacja (prośba firmy sprzątającej) preparatów dezynfekcyjnych i myjących stosowanych do sprzątania powierzchni w szpitalu. |  |
| 16-10-2017 | PO/LE/0122/2/2017 Edycja - 15 | Aktualizacja preparatów dezynfekcyjnych z powodu zakończenia procedury przetargowej. |  |
| 28-11-2018 | PO/LE/0121/2/2018 Edycja - 16 | Aktualizacja preparatów dezynfekcyjnych z powodu zakończenia procedury przetargowej. |  |
| 21-02-2020 | PO/LE/0121/2/2019 Edycja - 17 | Aktualizacja preparatów dezynfekcyjnych z obszaru spożywczego oraz medycznego. |  |
| 14-07-2020 | PO/LE/0121/2/2019 Edycja - 18 | - Uzupełnienie preparatów dezynfekcyjnych wykorzystywanych w Małopolskim laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy - Uszczegółowienie pkt 4 – Odpowiedzialność i uprawnienia |  |
| 17-05-2021 | PO/LE/0121/2/2019 Edycja - 19 | - Aktualizacja preparatów dezynfekcyjnych z powodu zakończenia procedury przetargowej. |  |

