

znak: D25C/252/N/21-43rj/21  
Wejherowo, dnia 22.09.2021 r.

**D.25C/250/ 557 /2021**

**wg rozdzielnika**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZAKUP KARDIOMONITORÓW WRAZ Z AKCESORIAMI ORAZ LICENCJAMI – 4 SZT. DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O. O.**, znak: **D25C/252/N/21-43rj/21**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

W związku dostawą kardiomonitörów prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga.

**2. Zapytanie Wykonawcy:**

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga.

**3. Zapytanie Wykonawcy:**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację kardiomonitörów z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje komunikacji kardiomonitörów z systemem RIS/PACS, tym samym objęcie okresem gwarancji jest bezzasadne.

**4. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr 6**

Czy dopuści min. 3 sztuki kardiomonitörów, fabrycznie nowych, nieużywanych, z najnowszym oprogramowaniem oraz pełną gwarancją, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020r.? Pozwoli to znacznie przyspieszyć i skrócić czas dostawy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**5. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr 6: Lp. 66**

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitör bez pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji oraz bez akcesoriów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**6. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr 6: Lp. 73**

znak: D25C/252/N/21-43rj/21

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitoring bez akcesoriów do pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**7. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Rozdział V SWZ – Termin wykonania zamówienia**

Czy Zamawiający, ze względu na światową, kryzysową sytuację - pandemię C-19, wydłuży termin dostawy o 10 dni roboczych lub wskaże inny dogodny termin, dłuższy niż 14 dni?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**8. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr 5 projekt umowy**

**§8 ust. 6**

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści wykonywanie przeglądów okresowych nie rzadziej niż 1 na 24 m-ce? Jest to zgodne z wytycznymi producenta a obecny wymóg powoduje niepotrzebny wzrost kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przedstawienia przez producenta dokumentu potwierdzającego obowiązek przeprowadzania przeglądów w określonym przedziale czasowym.

**9. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr 5 projekt umowy**

**§8 ust. 7**

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zobowiązanie Wykonawcy do wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów po 3-krotnej konieczności naprawy każdego z nich co jest zgodne z zaleceniami producenta i ze standardami funkcjonującymi na rynku wyrobów medycznych w zakresie serwisowania i przeglądów? Obecny wymóg znacznie podwyższa koszty serwisowania, które przekładają się na wartość oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**10. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr 5 projekt umowy**

**§8 ust. 9**

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin liczonych od dnia zgłoszenia awarii?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**11. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr 5 projekt umowy**

**§8 ust. 10**

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie do 5 dni czasu zapewnienia elementu zastępczego co będzie zgodne z terminami ustalonymi jako czas naprawy w §8 ust. 9 projektu umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza.

**12. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy: Załącznik nr 5 projekt umowy**

**§9 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

- pkt. 1) do 0,2% ?
- pkt. 4) do 0,2% ?

Uprzejmie prosimy także o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 10% łącznej wartości przedmiotu umowy.

**Uzasadnienie:** obecna wysokość znacznie wykracza poza ustalone standardy obowiązujące w zamówieniach publicznych i może stanowić naruszenie zasady równości stron, naliczona kara umowna jest nieadekwatna do straty jaką może ponieść Zamawiający w wyniku niedotrzymania obowiązków umownych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje zapis **§9 ust. 1**, który otrzymuje brzmienie:

1. „Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych :
    - 1) w wysokości **0,2 %** ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego;
    - 2) w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,1 %** ceny brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
    - 3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10 %** ceny brutto określonej w § 2 ust. 1;
    - 4) w wysokości **0,2 %** ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie,
- Powyższe kary umowne są od siebie niezależne. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć **50 %** łącznej wartości przedmiotu umowy.”

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

**KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

*mgr Monika Klause*

