



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl
NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 29.07.2021

Do wszystkich
uczestników postępowania
Znak sprawy – TP-38/2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o szacunkowej wartości **poniżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, nr ogłoszenia **2021/BZP 00123531/01 z dnia 22.07.2021 r.** **Znak sprawy – TP-38/2021 – Dostawa wyrobów jednorazowego użytku dla bloku operacyjnego (urologia) Szpitala Kolejowego w Pruszkowie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii wielostopniowej w składzie: kateter wykonany z Vorteku materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, wewnętrzna warstwa ułatwiająca wprowadzanie cewnika, zewnętrzna warstwa zwiększająca komfort pacjenta o rozmiarach 8/10/12/14Fr o długości 29cm (32,5cm dla rozmiaru 14 Ch) z tulejką ułatwiającą mocowanie cewnika, z prowadnicą Seldingera z powłoką teflonową o śr.0.038” 80cm, igła wprowadzająca 18G dł. robocza 20cm skalowana co 1cm, rozszerzadła dopasowane do rozmiaru cewnika. Elementy zestawu pakowane osobno dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dołączonej osobno do zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza - zbyt krótki kateter 29-32,5 cm, zapisy SWZ mówią o 45 cm.

Pytanie 2

Pakiet 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie: Cewnik z poliuretanu-rozmiary 8Ch dł. 43cm, oraz 11CH o dł. 48cm - otwory drenażowe wewnątrz pętli, rozrywalny trokar 12cm ze średnicą zewnętrzną i wewnętrzną dopasowaną do rozmiaru cewnika, tulejka mocująca, zacisk.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki dołączonej osobno do zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zbyt krótki kateter 43 cm przy rozmiarze 8Fr, zapisy SWZ mówią o 45 cm, zbyt długi trokar rozrywalny 12 cm, zapisy SWZ mówią o 80 mm.

Pytanie 3

Pakiet 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewnika wykonanego z termoplastycznego Neoplexu o długości 70cm skalowanego co 1cm. Mandryn metalowy lub nylonowy do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Pakiet 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie katetera wykonanego z vortek materiału innego niż poliuretan, długość 90cm, prowadnica Seldingera z nieruchomym rdzeniem 0,035”, zacisk, łącznik do worka na mocz z momentem obrotowym, skalowany co 1cm. Rozmiary 6,7,8Ch .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zbyt mała rozbieżność rozmiarów 6, 7, 8 – zapisy SWZ mówią 9F, 10F, 12F, 14F,

Pytanie 5

Pakiet 1 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły o całkowitej długości 22cm, długość robocza 20cm, kompatybilna z prowadnicą 0,035"/0,038" .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Pakiet 1 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie katetera wykonanego z Vortek materiału innego niż poliuretan, długość 90cm, prowadnica Seldingera z nieruchomym rdzeniem 0,035", zacisk, łącznik do worka na mocz z momentem obrotowym, skalowany co 1cm. Rozmiary 6,7,8Ch.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza – zbyt mała rozbieżność rozmiarów 6, 7, 8 – zapisy SWZ mówią 9F, 10F, 12F, 14F.