



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław 06.03.2024r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku I, znak sprawy: PN 12/24.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisu we wzorze umowy w par. 1 ust. 5 Prosimy o odstąpienie od wymogu wpisywania do faktury daty ważności towaru oraz numeru serii, jest on podany na każdym opakowaniu; system nie ma możliwości wprowadzania takich takich danych do faktur.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W opisie przedmiotu zamówienia Zadanie nr 35, pozycja nr 1.

Mając na uwadze zaoferowanie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych parametrach niż oczekiwał zamawiający, czy Zamawiający dopuści system zgodnie z parametrami jak poniżej:

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

1. Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawkę 50 ml, strzykawkę z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów.
2. System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu
3. Skład opakowania zestawu:
 - Worek odbiorczy 1 l.
 - Strzykawka 50 ml
 - Strzykawka z żelem smarującym (10 ml)
 - Instrukcja użycia
 - 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów
 - Zacisk na przewody
4. Zestaw przewodu cewnika składa się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu.
5. Otwór przewodu cewnika w obrębie mankieta ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in², max 1,4 in²

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

6. Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem.
 - Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/opróżniania mankietu.
 - Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankietu mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków.
 - Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu ułatwienia odprowadzania stolca.
 - Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką
7. Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego
8. System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków.
9. Przewód odprowadzający wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek
10. Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
11. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni)
12. Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca - 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W opisie przedmiotu zamówienia Zadanie nr 35, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści worki kompatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej:

Worek odbiorczy:

- Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml, kompatybilny z proponowanym systemem do zbiórki stolca.
- Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
- Opakowanie zbiorcze **10 szt.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Pakiet nr 35.

Czy Zamawiający będzie wymagał badań klinicznych dot. Zamkniętego Systemu do kontrolowanej zbiórki stolca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 5

Dot. wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Dot. zadania 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie koreczka i strzykawki pakowanego oddzielnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Dot. zad. 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie strzykawek z rozszerzeniem do 60 ml, skalowane co 1ml skalowane do 60 ml bez poprzecznego wcięcia oraz pierścienia stabilizującego wokół zakończenia luer -lock.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Dot. zad. 1 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje jednego rodzaju strzykawek do wszystkich typów pomp i czy oczekuje, aby strzykawki w poz. 3 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje 1 rodzaju strzykawek do wszystkich typów pomp od jednego producenta.

Pytanie nr 9

Dot. zad. 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki ze skalą czarną w opakowaniu 60 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje strzykawki z zakończeniem luerlock, czy Luer, wg opisu specyfikacji strzykawka zakończona stożkiem wtykowa nie posiada zakończenia luer – lock.

Odpowiedź: Omyłka pisarska w związku z tym zamawiający dopuszcza zarówno strzykawkę zakończoną stożkiem wtykową luer jak i luer lock pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Pytanie nr 10

Dot. zad. 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie strzykawki z zamontowaną igłą w rozmiarze 26G (0,45x10mm) pakowane po 120 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Dot. zad. 16 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kranika o wytrzymałości na ciśnienie do 3 barów, z przedłużeniem 10cm, bez parametru przestrzeni martwej, a posiadającego objętość wypełnienia 0,80 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga - pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dot. zad. 30 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie igły z prowadnicą w rozmiarze 27G /90mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Dot. zad. 30 poz 1, 2, 3 Prosimy o dopuszczenie alternatywnych igieł z prowadnicą, posiadających przezroczystą nasadkę igły, która ułatwia wizualizację cofania się płynu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Sporządziła: *Ewa Nowakowska*.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22
Centrala tel.: 71 326 13 25
sekretariat@szpital.wroc.pl

www.szpital.wroc.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**