

Sekcja Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
znak sprawy –51/2019
Cp.2380.1-51/2019

- wg rozdzielnika -

Dotyczy: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, KALIBRACJI, WZORCOWANIA, NAPRAW URZĄDZEŃ DO BADANIA ZAWARTOŚCI NARKOTYKÓW I ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU ORAZ WIDEOREJESTRATORÓW I MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI DLA KWP W GDAŃSKU- realizowany elektronicznie

TED ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 126-308568 z dnia 03.07.2019r.
TED ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2019/s 129-317279 z dnia 08.07.2019r.

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 38 Ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że od potencjalnych Wykonawców wpłynęły n.w. pytania, na które poniżej udziela odpowiedzi:

PYTANIA z dnia 17.07.2019r.:

1) Część nr 2: Urządzenia do badania zawartości alkoholu Drager i narkotyków Drager Drugtest-51/2019

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 2 urządzeń do badania zawartości narkotyków Drager Drugtest. Urządzenia Drager Drugtest to całkiem inna grupa urządzeń niż analizatory wydechu. Ponadto urządzenia Drager Drugtest nie wymagają kalibracji. Zgodnie z instrukcją obsługi zaleca się jedynie okresowy przegląd co 12 miesięcy.

2) Część nr 7: Alkotesty typu Alcoquant 3020,6020 i 6020 Scanner -51/2019

W paragrafie 2 umowy – REALIZACJA i GWARANCJA pkt 6. „Do każdego urządzenia przekazanego do Wykonawcy będzie dołączona książka przyrządu celem dokonania przez osobę uprawnioną wpisu o przeprowadzonej legalizacji”.

Prosimy o usunięcie zapisu o książkach przyrządu, ponieważ analizatory wydechu obecnie nie podlegają procedurze legalizacji i nie ma dla nich wymogu posiadania książki przyrządu.

ODPOWIEDZI:

Ad.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2. Zapis ten dotyczy urządzeń, które podlegają legalizacji i jest wymagana książka przyrządu tj.: do urządzeń Alcosensor IV oraz do urządzeń stacjonarnych. Zapis dotyczący urządzeń, w których nie ma wymogu posiadania książki przyrządu został usunięty z umowy tj.: § 2 pkt 6 i 13 projektu umowy.

Jednocześnie Zamawiający załącza poprawione projekty umów.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania czytelnego pisma na adres e-mail (podano w stopce pisma).

Wyk. w 1 egz.:

Zamieszczono na stronie internetowej: www.pomorska.policja.gov.pl, <https://platformazakupowa.pl>

Przesłano na adresy email Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Podpisany oryginał dokumentu znajduje się u Zamawiającego.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach