

Katowice, dn. 21.04.2023r.

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku 14, Nr sprawy: ZP-23-059UN**

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1, Pakiet nr 4 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści ustniki endoskopowe z otworem centralnym o wymiarach 21 mm x 26,5 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.**

### **Pytanie 2, Pakiet nr 7 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści sondę Sengstakena o długości 105 cm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.**

### **Pytanie 3, Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 1 Zestaw do długotrwałego żywienia, zakładany przezskórnie metoda endoskopowa. Wykonany z poliuretanu, ze znacznikiem RTG. Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. Rozmiar 15 CH/35 CM – średnica zewnętrzna 4,8 mm, średnica wewnętrzna 3,6 mm,

Zestaw zawiera:

- Zgłębnik PEG poliuretanowy,
- Kaniule punkcyjna z zaworem bezpieczeństwa (powietrznym),
- Jednorazowy skalpel,
- Szpule podwójnej nici z końcówką wprowadzającą,
- Zewnętrzna silikonowa płytkę mocująca, nieprzepuszczalna dla promieniowania rentgenowskiego,
- Zacisk zgłębnika,
- Łącznik ENFit, w którego skład wchodzi:
  - śruba mocująca,
  - złącze ENFit.

**Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.**

### **Pytanie 4, Pakiet nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 2 zestaw do długotrwałego żywienia do żołądkowego, zakładany metoda „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napętniania balonu z zastawką antyrefluksowa. Wolny od lateksu i DEHP. Rozmiar 15 CH, długość 13 cm, pojemność balonika 5-7,5 cm ?

**Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.**

### **Pytanie 5, dot. projektu umowy § 4 ustęp 1 umowy**

Wnosimy o obniżenie kary umownej na 1% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**

### **Pytanie 6, dot. projektu umowy § 4 ustęp 2 umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę wysokości kary umownej na 10%?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.**