

Tarnów, dnia 24.06.2022r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ  
ul. Lwowska 178 a  
33-100 Tarnów  
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.22 .KK. /21

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego aparatu RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Sw. Łukasza SOP ZOZ w Tarnowie wraz z wykonaniem prac remontowych w pomieszczeniu przeznaczonym na jego instalację sprawy: 22/2022**

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03.06.2022r. Zamawiający wyjaśnia:

**Zapytanie nr 1 dotyczy Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – L.p. I.1**

Wnoskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG w którym lampa rentgenowska i generator pochodzą od innych producentów niż pozostałe komponenty. Zarówno lampa jak i generator pochodzą od renomowanych producentów tego typu sprzętu specjalizujących się w określonych branżach, co powoduje, że komponenty są w pełni dopracowane i posiadają szeroki wachlarz opcji co pozwala jest dostosować do potrzeb użytkowników. Ponadto zarówno lampa rtg jak i generator są w pełni kompatybilne i zintegrowane z aparatem rtg na etapie produkcji.

**Odpowiedź:**

Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

**Zapytanie nr 2 dotyczy Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – L.p. II.6**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z zawieszeniem o zakresie obrotu lampy wynoszącym +138°/-214°?

**Odpowiedź:**

Nie, zapis SWZ pozostaje bez zmian.

**Zapytanie nr 3 dotyczy Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – L.p. V.3**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze statywem o maksymalnej odległości środka detektora od podłogi wynoszącej 183 cm? Różnica względem wartości wymaganej jest minimalna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1A w tym punkcie tj.:– L.P.V pkt. 3. na następujący:

**- Statyw do zdjęć odległościowych**

3	Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi	$\geq 178,5$ [cm]		Bez punktacji
---	--	----------------------	--	---------------

**Zapytanie nr 4 dotyczy Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – L.p. V.8**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z odległością płyta statywu - powierzchnia detektora wynoszącą 7 cm?

**Odpowiedź:**

Nie-brak zgody na wskazaną powierzchnie detektora. Ponadto, Zamawiający informuje, iż zmodyfikował zał nr 1A w tym punkcie L.p. V w pkt. 8 na następujący:

**V- Statyw do zdjęć odległościowych**

8	Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora	=< 4,2 [cm]		Bez punktacji
---	--	-------------	--	---------------

**Zapytanie nr 5 dotyczy Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – L.p. VI.7**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o rozdzielczości przestrzennej równej 3,6 lp/mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1A w tym punkcie tj – L.P. VI.7 na następujący:

**VI DETEKTOR W STATYWIE**

7	Rozdzielczość detektora [pl/mm]	>= 3,57 [pl/mm]	(*)	= 3,57 pl/mm wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ
---	---------------------------------	-----------------	-----	---

**Zapytanie nr 6 dotyczy Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – L.p. VIII.3**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem w stole z ilością pikseli wynoszącą 9,43 mln?

**Odpowiedź:**

Nie, zapis pozostaje be zmian.

**Zapytanie nr 7 dotyczy Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – L.p. IX.3**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem do zdjęć bocznych i poza stołem i statywem z ilością pikseli wynoszącą 7,63 mln?

**Odpowiedź:**

Nie, zapis pozostaje be zmian- zbyt niska jakość diagnostyczna przy oferowanych parametrach.

**Zapytanie nr 8 dotyczy Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – L.p. IX.12**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o klasie wodoodporności wynoszącej IP53?

**Odpowiedź:**

Nie, zapis pozostaje be zmian- wartość charakteryzująca urządzenie stare konstrukcyjnie.

**Zapytanie nr 9 dotyczy Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – L.p. X.11**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z zakresem obrazowania kości długich na statywie równym 157 cm?

**Odpowiedź:**

Nie, zapis pozostaje be zmian- brak możliwości wykonania poszczególnych badań pacjenta przy takim parametrze.

**Zapytanie nr 10 dotyczy Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych – L.p. XIV.3**

Prosimy o podanie nazwy i dostawcy posiadanego systemu RIS/PACS

**Odpowiedź:**

System PACS - INfinit ver 3.0.11.5 (BN1) firmy Infnit Healthcare

Sytem RIS - QRIS ver 0.556 firmy ResQmed

Modyfikacja Załącznika nr 1A, Zestawienie parametrów technicznych wymaganych i ocenianych do SWZ zostanie umieszczona na Platformie – pod linkiem postępowania pod nazwą:

- załącznik nr 1A – modyfikacja

oraz w **zawiadomieniu o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia.**

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ Platforma zakupowa

3/ A/a

Z-GA DYREKTORA  
D.S. LECCZNICTWA  
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza  
SP ZOZ w Tarnowie

lek. med. Piotr Skrobisz

INSPEKTOR  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza  
SP ZOZ w Tarnowie

Katarzyna Krihiel

KIEROWNIK  
DZIAŁU LOGISTYKI  
Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ  
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

