



Giżycko, 31 stycznia 2022r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POST. 2/2022

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych, produktów farmaceutycznych i ochronnych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, (post. 2/2022).*

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający – 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku – działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 oraz 286 ust.1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie Zestawienia cenowego – Załącznik nr 3 do SWZ (Zadanie I):

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 1 pozycję nr od 42 do 49: Wyposażenie do IPMED i utworzy dla tego asortymentu osobne zadanie? Utworzenie osobnego zadania umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Wniosek dotyczy pozycji od 1 do 49, bo w tych pozycjach znajdują się wyroby medyczne.

Odpowiedź:

Zmawiający nie zmienia warunków zamówienia określonych w postępowaniu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu określającego wymóg: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia brakuje określonego terminu ważności Zamawiający wymaga, aby środki materiałowe posiadały datę produkcji nie wcześniej niż IV kwartał 2021r? Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie wówczas asortymentu wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 roku .

Odpowiedź:

Zmawiający nie zmienia warunków zamówienia określonych w postępowaniu.

Pytanie nr 3 :

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 2 wyroby medyczne do odrębnego pakietu. Nasz wniosek uzasadniony jest faktem, iż połączenie wyrobów medycznych z lekami powoduje, iż oferty mogą złożyć wyłącznie hurtownie farmaceutyczne lub apteki, co narusza zasadę równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji. Ponadto Zamawiający uniemożliwia udział w postępowaniu Wykonawcom specjalizującym się w dostawach opatrunków i innych wyrobów medycznych, którzy mogliby zaoferować opatrunki i wyroby medyczne w dużo korzystniejszych cenach niż apteki.

Odpowiedź:

Zmawiający nie zmienia warunków zamówienia określonych w postępowaniu.

Pytanie nr 4:

Zadanie I, Pozycja nr 10-12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurki intubacyjnej spełniającej wymagania, ale w opakowaniu 13cmx34cm, gdyż rurki intubacyjne opisane przez Zamawiającego posiadają opakowanie w w/w rozmiarze. Ponadto opakowanie bez problemu zmieści się w kieszeni plecaka PRM przeznaczonej dla tego wyrobu. Nie wpłynie to więc w żaden sposób na funkcjonalność zestawu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie 13 cm x 34 cm. Jeśli produkt spełnia pozostałe wymagania.

Pytanie nr 5:

Zadanie I, Pozycja nr 19-21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski krtaniowej spełniającej wymagania, ale będącej produktem równoważnym do maski LMA?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego produktu.

Pytanie nr 6:

Czy w pozycji nr 16-18 Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez rurki całkowitego terminu ważności wynoszącego 5 lat, gdyż już od co najmniej dwóch lat producent rurek nie produkuje wyrobu, który miałby całkowity 5 letni termin ważności. Terminy są różne w zależności od partii produkcyjnej, ale zazwyczaj wynoszą 4-4,5 roku od dnia produkcji. Dostawa rurki z terminem ważności 80% z 5 lat w dniu dostawy jest więc nierealna i niemożliwa do zrealizowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia warunków zamówienia określonych w postępowaniu.

Pytanie nr 7 :

Czy w pozycji nr 32 Zamawiający wymaga, aby opatrunek miał formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby opatrunek miał formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem

Pytanie nr 8:

Czy w pozycji nr 40 – 41 Zamawiający wymaga worków w ilości 1 op. = 10 szt., czy 10 szt. to znaczy 10 op. a 10 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga worków w ilości 10 op. a 10 szt.

Pytanie nr 9:

Zadanie I, Pozycja nr 47

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurki nosowo-gardłowej spełniającej wymagania, ale w opakowaniu 11,3cmx19,5cm, gdyż rurki nosowo-gardłowe opisane przez Zamawiającego posiadają opakowanie w w/w rozmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego opakowania.

Pytanie nr 10:

Czy w pozycji nr 37 Zadania nr 1 Zamawiający wymaga pasa do stabilizacji miednicy, który posiada wbudowaną klamrę dynamiczną, która ustala dokładną siłę ucisku pasa na miednicę - Opatentowana sprzączka Autostop zastosowana w pasie nie pozwala na wywarcie siły większej niż 14,8 kg. Jest to bardzo ważne w sytuacjach akcji ratowniczych, gdzie nadmierne ściśnięcie miednicy przez personel medyczny działający pod wpływem stresu może być dla pacjenta bolesne lub szkodliwe. Takie rozwiązanie zapobiega ryzyku użycia nadmiernej siły na miednicę. W momencie przekroczenia przez ratownika tej wartości siły opatentowany zamek pasa naciągowego wykonuje wyraźne, charakterystyczne kliknięcie. W ten sposób sygnalizuje, że dalszy naciąg jest niewskazany i może spowodować groźne powikłania. Specjalne wypusty klamry i otwory w pasie blokują jego pozycję dokładnie w momencie uzyskania właściwego naciągu. Element naciągowy pasa wykonano z taśmy typu „rzep”, która jest bardzo mocna i zapewnia utrzymanie naciągu pasa. Obsługa pasa jest bardzo prosta, nie posiada elementów wrażliwych na brud, wilgoć, uszkodzenia mechaniczne. W warunkach normalnego użytkowania może być stosowany wielokrotnie. Nadaje się do dezynfekcji. Część biodrowa pasa jest wykonana z miękkiego materiału podnoszącego komfort użytkowania. W odróżnieniu od innych pasów konstrukcja pasa, który chcemy zaoferować pozwala zamknąć pas w ustalonej pozycji w kilka sekund i posiada mechanizm ustalający prawidłową siłę naciągu. Pas jest przenikliwy dla promieniowania X. Ponadto ma konstrukcję pozbawioną jakichkolwiek elementów odłączalnych. Inne cechy to: Budowa zwarta, łatwy w obsłudze (3-etapowa procedura zakładania), szybki w zakładaniu (zwykle poniżej 1 minuty) i rozmiarem pasuje do 95% populacji (bez konieczności

przycinania) Sygnalizacja kliknięciem osiągnięcia właściwej siły ściśnięcia. Łatwy do czyszczenia przy użyciu typowych detergentów i środków dezynfekcyjnych. Zaprojektowany w taki sposób, aby nie wywoływał nadmiernego nacisku na miednicę.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby pas do stabilizacji miednicy posiadał automatycznie zatrzymującą się klamrę z ząbkami. Ząbki blokują ją w sytuacji użycia zbyt dużej siły naciągu. Możliwość przesuwania pasa pod uszkodzonym. Materiał przenikalny dla promieni X (z wyjątkiem 2 ząbków zaciskowych umieszczonych w klamrze). Pas jest wyposażeniem torby PSPR1.

Pytanie nr 11, Zadanie nr II

Czy Zamawiający w pozycji nr 10 dopuści możliwość zaoferowania zestawu plastrów uniwersalnych a 20 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego produktu.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający w pozycji nr 24 dopuści możliwość zaoferowania okleiny do wenflonów w rozmiarze 7,6 cmx5,1cm lub 7,2cmx5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanego produktu.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający w pozycji nr 37 – 38 odstąpi od wymogu "M" dla masek i dopuści po prostu maskę tlenową z drenem i nebulizatorem oraz maskę tlenową z rezerwuarem i drenem dla dorosłych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

II. Modyfikacja treści SWZ

1. Zestawienie cenowe Zadanie I, poz. 32/32 – zamówienie podstawowe/opcjonalne.

jest:

32	Opatrunek hydrożelowy 10x10 cm (WSP)				szt.	5
----	--------------------------------------	--	--	--	------	---

zmienia się:

32	Opatrunek hydrożelowy 10x10 cm (WSP) - materiał bazowy z naniesionym półpłynnym żelem;				szt.	5
----	--	--	--	--	------	---

2. Zestawienie cenowe Zadanie I, poz. 37/39 – zamówienie podstawowe/opcjonalne.

jest:

37	Pas do stabilizacji miednicy.				szt.	10
----	-------------------------------	--	--	--	------	----

zmienia się na:

37	Pas do stabilizacji miednicy: - posiada automatycznie zatrzymującą się kłamerę z ząbkami, ząbki blokują ją w sytuacji użycia zbyt dużej siły naciągu; - możliwość przesuwania pasa pod poszkodowanym; - materiał przenikalny dla promieni X (z wyjątkiem 2 ząbków zaciskowych umieszczonych w kłamrze). - pas jest wyposażeniem torby PSPR1				szt.	10
----	--	--	--	--	------	----

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający zamieszcza jako oddzielny plik – Zestawienie cenowe po modyfikacji – Zadanie I.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami i modyfikacją treści SWZ Zamawiający pozostawia termin składania ofert bez zmian, **tj. do dnia 03.02.2022r., do godz. 08:00.**

KOMENDANT

(-) płk Wojciech GRZYBOWSKI