



Znak: AE/ZP-27-59/23

Tarnów, 2023-08-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, rurek silikonowych do podtrzymywania naczyń oraz chirurgicznego wosku kostnego.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3-4** - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 7** - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o czasie wchłaniania 180-210 dni, pozostałe parametry bez zmian?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 10** - Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie wchłaniania 90-120 dni i czasie podtrzymywania tkanek po 14 dniach 40%, pozostałe parametry bez zmian?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 12** - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, z igłą odporną na złamanie trwale połączone z nitką, okres wchłaniania 42 dni?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następujących odpowiedzi:

Ad 1.

Zamawiający w Pakiecie Nr 6 poz. 3 i 4 dopuszcza również zaferowanie szwu z igłą odwrotnie tnącą pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ.

Ad 2.

Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 1 i 2 dopuszcza również zaferowanie szwu o okresie wchłaniania 180 - 210 dni pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWZ. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do podania tego okresu wchłaniania w nazwie pakietu.

Ad 3.

Zamawiający w Pakiecie Nr 10 poz. 1 - 2 podtrzymuje wymagania SWZ.

Ad 4.

Zamawiający w Pakiecie Nr 12 poz. 1 - 2 podtrzymuje wymagania SWZ

Otrzymują:

Platforma Zamawiającego

a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosok

