



Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „*Modernizacja specjalistycznych laboratoriów mechatroniki samochodowej, metrologii i systemów pomiarowych oraz elektrotechniki i elektroniki w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu*”.

w podziale na dwa zadania częściowe :

- 1) Zadanie częściowe Nr 1 – Zakup wraz z dostawą systemu transportu wewnętrznego.
- 2) Zadanie częściowe Nr 2 – Zakup wraz z dostawą wyposażenia laboratoriów.

Na podstawie art. 284 ust. 6 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytań zgłoszonych do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego- dotyczy zadania częściowego nr 2- Zakup wraz z dostawą wyposażenia laboratoriów.

Pytanie nr 1:

- 1) Proszę o doprecyzowanie następujących kwestii:

Opis wysokościomierz - pomiar kąta tak, tryb pomiaru 1d - te kwestie się wykluczają.

- 2) Opis zestawu narzędzi pomiarowych - Płytką wzorcowa ceramiczna klasy I do ustawiania sprawdzianów szczękowych - brak opisu np. ma mieć 1mm czy 25 mm.

Cały opis zawiera wiele nieścisłości.

Odpowiedź:


Ad.1)

Zamawiający stawia wymagania odnośnie wysokościomierza:

1. pomiar kąta
2. pomiar 1d i 2d - dane się nie wykluczają.

Ad.2)

Podany zapis 1mm to oczywista omyłka pisarska - ma być 25mm

Z up. REKTORA

dr Robert Oliwa
Proroktor właściwy ds. studenckich