

Powiat Ostrzeszowski  
ul. Zamkowa 31  
63-500 Ostrzeszów

Ostrzeszów, dnia 26.10.2022 r.

OP.272.1.2.2022

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie i Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim” (VI części)

### **Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ i jej załączników.

Numeracja uwzględnia odpowiedź na pytania nr 1 z dnia 21.10.2022 r. i pytanie nr 2 z dnia 24.10.2022 r.

#### **Pytanie nr 3:**

##### **„PYTANIE O TERMIN REALIZACJI**

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględnić skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W dobie kryzysu z jakim wszyscy się zmagamy od zamawiającego jako instytucji publicznej oczekiwać należałoby rozsądku w zakresie wymagań terminowych, obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję ale

przede wszystkim naraża potencjalnego wygranego wykonawcę na stratę związaną z przekroczeniem terminu realizacji. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do minimum 90 dni.”

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3 i zmiana treści SWZ:**

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia (dla każdej części zamówienia). Termin realizacji zamówienia (dla każdej części zamówienia) wynosi: 90 dni od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany:

1. treści SWZ w następującym zakresie:  
Zapis Rozdziału VI ust. 1 o treści:

„ 1. Termin realizacji zamówienia (dla każdej części zamówienia) wynosi: 60 dni od dnia podpisania umowy. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia (danej części) uważa się wywiązanie Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy.”

Zastępuje zapisem

„ 1. Termin realizacji zamówienia (dla każdej części zamówienia) wynosi: 90 dni od dnia podpisania umowy. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia (danej części) uważa się wywiązanie Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy.”

2. treści Załącznika nr 3 do SWZ (Formularz Ofertowy) w następującym zakresie:  
W punkcie III. TERMIN REALIZACJI zapis o treści:

„Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.”

Zastępuje zapisem

„Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy.”

**Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający zamieści zmieniony załącznik nr 3 do SWZ (Formularz Ofertowy).**

**Oferty złożone na pierwotnym Załączniku nr 3 do SWZ nie będą podlegały odrzuceniu. W przypadku takich ofert, Zamawiający przyjmie termin wykonania przedmiotu zamówienia - 90 dni od dnia zawarcia umowy i dokona poprawienia w ofertach terminu wykonania przedmiotu zamówienia jako omyłki.**

3. treści Załącznika nr 6 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)) w następującym zakresie:

- 1) w § 2 ust. 1 zapis o treści:



„Termin wykonania przedmiotu umowy: 60 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.”

Zastępuje zapisem

„Termin wykonania przedmiotu umowy: 90 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.”

**Na stronie prowadzonego postępowania Zamawiający zamieści zmieniony załącznik nr 6 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy (PPU))**

**Pytanie nr 4:**

„dot. Części 3, poz. 1:

Czy zamawiający zaakceptuje jako równoważną maszynę wytrzymałościową spełniającą poniższy opis:

Maszyna wytrzymałościowa - sztuk 1

- Elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa dwukolumnowej konstrukcji, zakres obciążenia do min. 20 kN.
- Badanie wytrzymałości na zginanie, ścinanie, skręcania, wszystkich typów materiałów, m.in. tworzywa sztuczne, metale, drewno, tworzywa drzewne.
- Maszyn wytrzymałościowa stołowa
- zasilanie 230 V 50 Hz
- badania wytrzymałościowe, drewna, tworzyw, drzewnych. metali, ceramiki”

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4:**

Proponowana przez oferenta maszyna wytrzymałościowa nie jest równoważna z maszyną wytrzymałościową z Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części III zamówienia.

Zmiana zakresu obciążeń od 500 N do 50 kN na do min 20 kN zmniejsza zakres badań przy metalach. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ w powyższym zakresie.

**Pytanie nr 5:**

„dot. Części 3, poz. 2:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Suszarka laboratoryjna – sztuk 1

- Suszarka próżniowa, profesjonalne urządzenie laboratoryjne zapewniające szybkie i bezpieczne suszenie materiałów
- Komora min. 20 litrów
- min. wysuwana półka, na których zmieszczą się niskie i wysokie naczynia.
- Kontroler temperatury
- Regulator PID
- Zastosowany regulator PID utrzymuje temperaturę suszenia na stałym poziomie (do 250 °C, z dokł. +/- 0,9°C).
- Materiał okna - podwójne, hartowane szkło
- Wyświetlacz -LED
- Moc znamionowa min.450 W
- Napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz
- Wilgotność robocza ≤ 85%
- Temperatura robocza 5-40°C

- Zakres temperatury 50-250°C  
Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?”

### **Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5 i zmiana treści SWZ:**

Zamawiający akceptuje zmianę wielkości komory z min 50 litrów na min 20 litrów.  
Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. mocy znamionowej tzn. min 1450 W.  
Zmiana mocy znamionowej może wpłynąć na czas obsługi co w warunkach szkolnych utrudni proces dydaktyczny.  
Zamawiający akceptuje zmianę ilości półek z 2 szt. na min 1 szt.

**Zamawiający wprowadza zmianę w treści Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącym Części III zamówienia – załącznik nr 1c w zakresie poz. 2 Suszarka laboratoryjna – sztuk 1 w następującym zakresie:**

Zapis o treści

#### **„2. Suszarka laboratoryjna – sztuk 1**

- Suszarka próżniowa, profesjonalne urządzenie laboratoryjne zapewniające szybkie i bezpieczne suszenie materiałów
- Komora min. 50 litrów
- 2 wysuwane półki, na których zmieszczą się niskie i wysokie naczynia.
- Kontroler temperatury
- Regulator PID
- Zastosowany regulator PID utrzymuje temperaturę suszenia na stałym poziomie (do 250 °C, z dokł. +/- 0,9°C).
- Materiał okna - podwójne, hartowane szkło
- Wyświetlacz -LED
- Moc znamionowa min.1450 W
- Napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz
- Wilgotność robocza ≤ 85%
- Temperatura robocza 5-40°C
- Zakres temperatury 50-250°C”

Zastępuje zapisem

#### **„2. Suszarka laboratoryjna – sztuk 1**

- Suszarka próżniowa, profesjonalne urządzenie laboratoryjne zapewniające szybkie i bezpieczne suszenie materiałów
- Komora min. 20 litrów
- min 1 wysuwana półka, na których zmieszczą się niskie i wysokie naczynia.
- Kontroler temperatury
- Regulator PID
- Zastosowany regulator PID utrzymuje temperaturę suszenia na stałym poziomie (do 250 °C, z dokł. +/- 0,9°C).



- Materiał okna - podwójne, hartowane szkło
- Wyświetlacz -LED
- Moc znamionowa min.1450 W
- Napięcie znamionowe 230 V / 50 Hz
- Wilgotność robocza  $\leq 85\%$
- Temperatura robocza 5-40°C
- Zakres temperatury 50-250°C”

### Pytanie nr 6:

„dot. Części 3, poz. 3:

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub

zaakceptowanie poniższego opisu:

Waga laboratoryjna – sztuk 2

- Układ wagowy - belka tensometryczna.
- Kalibracja zewnętrzna. max zakres pomiarowy: min. 320g;
- działka elementarna d: min. 0,1g
- zasilacz sieciowy- zasilacz zewnętrzny
- rozmiar szalki 120mm-150mm (min. jeden wymiar)
- czas stabilizacji – do 5 sekund

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?”

### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6 i zmiana treści SWZ:

Zamawiający akceptuje zmianę rozmiaru szalki na min. jeden wymiar mieszczący się w zakresie z OPZ.

**Zamawiający wprowadza zmianę w treści Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącym Części III zamówienia – załącznik nr 1c w zakresie poz. 3 Waga laboratoryjna – sztuk 2 w następującym zakresie:**

Zapis o treści

#### „3. Waga laboratoryjna – sztuk 2

- Układ wagowy - belka tensometryczna.
- Kalibracja zewnętrzna. max zakres pomiarowy: 320g;
- działka elementarna d: 0,01g
- zasilacz sieciowy- zasilacz zewnętrzny
- rozmiar szalki 120mm-150mm
- czas stabilizacji – do 5 sekund”

Zastępuje zapisem



### „3. Waga laboratoryjna – sztuk 2

- Układ wagowy - belka tensometryczna.
- Kalibracja zewnętrzna. max zakres pomiarowy: 320g;
- działka elementarna d: 0,01g
- zasilacz sieciowy- zasilacz zewnętrzny
- rozmiar szalki 120mm-150mm (min. jeden wymiar)
- czas stabilizacji – do 5 sekund”

### Pytanie nr 7:

„dot. Części 3, poz. 6

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Wiskozymetr – sztuk 1

- Wiskozymetr 6 kulek lub 4 wrzeciona
- możliwość pomiarów dużej grupy płynów newtonowskich w szerokim zakresie lepkości.
- Zakres pomiarowy: min. 10 ... 7x10<sup>4</sup>/100 000 mPas
- Kąt pomiaru 10° lub max błąd pomiaru ± 5%
- Czas opadania kulki od 30 do 300 s lub wiskozymetr wrzecionowy

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?”

### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7 i zmiana treści SWZ:

Zamawiający akceptuje zmianę zakresu pomiarowego na min. 10 ... 7x10<sup>4</sup>/100 000 mPas i kąta pomiaru na 10° lub max błąd pomiaru ± 5%

**Zamawiający wprowadza zmianę w treści Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącym Części III zamówienia – załącznik nr 1c w zakresie poz. 6 Wiskozymetr – sztuk 1 w następującym zakresie:**

Zapis o treści

### „6. Wiskozymetr – sztuk 1

- Wiskozymetr 6 kulek,
- możliwość pomiarów dużej grupy płynów newtonowskich w szerokim zakresie lepkości.
- Zakres pomiarowy: min. 0,6 ... 7x10<sup>4</sup> mPas
- Zakres temperaturowy: -60...+150°C
- Kąt pomiaru 10°
- Czas opadania kulki od 30 do 300 s
- Objętość napełnienia 40 ml
- Długość odcinka pomiarowego 100 mm”



Zastępuje zapisem

**„6. Wiskozymetr – sztuk 1**

- Wiskozymetr 6 kulek,
  - możliwość pomiarów dużej grupy płynów newtonowskich w szerokim zakresie lepkości.
  - Zakres pomiarowy: min. 10 ... 7x10<sup>4</sup>/100 000 mPas
  - Zakres temperaturowy: -60...+150°C
  - Kąt pomiaru 10° lub max błąd pomiaru ± 5%
  - Czas opadania kulki od 30 do 300 s
  - Objętość napełnienia 40 ml
- Długość odcinka pomiarowego 100 mm”

**Pytanie nr 8:**

„dot. Części 4, poz. 2

Czy zamawiający dopuści szafę o szerokości 80-102cm jako równoważną? Pozostałe parametry spełnione i pozostają bez zmian.”

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8 i zmiana treści SWZ:**

Zamawiający w załączniku nr 1d do SWZ w pozycji 2. Szafa narzędziowa szt. 1 dokonuje zmiany parametru szerokość na 80-102 cm.

**Zamawiający wprowadza zmianę w treści Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącym Części IV zamówienia – załącznik nr 1d w zakresie poz. 2. Szafa narzędziowa – sztuk 1 w następującym zakresie:**

**„2. Szafa narzędziowa– sztuk 1**

- konstrukcja metalowa , stal min 1 mm,
- zamek zabezpieczający,
- min 5 półek o udźwigu min 50KG
- wysokość 180-200 cm
- szerokość 80-100cm
- głębokość 40-50 cm
- szara”

Zastępuje zapisem



## „2. Szafa narzędziowa– sztuk 1

- konstrukcja metalowa , stal min 1 mm,
- zamek zabezpieczający,
- min 5 półek o udźwigu min 50KG
- wysokość 180-200 cm
- szerokość 80-102cm
- głębokość 40-50 cm
- szara”

**Zamawiający wprowadza zmianę w treści Załącznika nr 2d do SWZ – Oświadczenie dla części IV zamówienia w zakresie poz. 2. Szafa narzędziowa – sztuk 1 w następującym zakresie:**

## „2. Szafa narzędziowa– sztuk 1

- konstrukcja metalowa , stal min 1 mm,
- zamek zabezpieczający,
- min 5 półek o udźwigu min 50KG
- wysokość 180-200 cm
- szerokość 80-100cm
- głębokość 40-50 cm
- szara”

Zastępuje zapisem

## „2. Szafa narzędziowa– sztuk 1

- konstrukcja metalowa , stal min 1 mm,
- zamek zabezpieczający,
- min 5 półek o udźwigu min 50KG
- wysokość 180-200 cm
- szerokość 80-102cm
- głębokość 40-50 cm
- szara”



**Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania aktualny Załącznik nr 1d do SWZ i aktualny Załącznik nr 2d do SWZ uwzględniający wprowadzone zmiany, o których mowa w odpowiedzi na pytanie 8.**

**Pytanie nr 9:**

„dot. Części 4, poz. 5

Czy zamawiający zaakceptuje jako równoważny kubek spełniający poniższy opis?

Kubek wpływowy – sztuk 2

- Pojemność 100ml
- 1 Sztuka z dyszą wpływową 4mm
- 1 sztuka z dyszą wpływową 6 mm
- Metalowy (np. aluminium)”

**Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ w powyższym zakresie.

**Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania aktualny Załącznik nr 1c do SWZ, aktualny Załącznik nr 1d do SWZ i aktualny Załącznik nr 2d do SWZ uwzględniające wprowadzone zmiany, o których mowa w odpowiedziach na pytania 3-9**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 w związku z art. art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ.

Numeracja uwzględnia odpowiedź na pytania nr 1 z dnia 21.10.2022 r., na pytania nr 2-9 z dnia 24.10.2022 r.,

**Pytanie nr 10:**

„Dotyczy: Załącznik nr 1e do SWZ OP.272.1.2.2022

1) Czy karta graficzna w komputerze stacjonarnym może być dedykowana dostarczona przez producenta komputera? Obecnie stosowane zintegrowane karty graficzne nie posiadają właściwych wyników w teście: [https://www.videocardbenchmark.net/gpu\\_list.php](https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)?

2) Czy oferowany komputer może posiadać tylko dwa porty video:

1 x HDMI

1 x DisplayPort 1.4

3) Czy oferowany komputer musi posiadać port RS232 ? Jest tak port starej generacji. Już nie stosowany w nowych generacjach sprzętu.

- 4) Czy w komputerach stacjonarnych dopuszcza się zastosowanie zasilacza o mocy 240W-300W. Dedykowane karty graficzne dostarczane przez producenta komputerów wymagają użycia wydajniejszego zasilacza.
- 5) Czy w komputerach dopuszcza się zastosowanie karty Wifi wraz z bluetooth podłączanej pod port USB ?
- 6) Czy laptop może posiadać matryce bez funkcji dotykowej ? Obecnie na rynku nie ma urządzenia spełniającego wszystkie wymagania podane w zapytaniu.”

### Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Dotyczą części V zamówienia – Zakup i dostawa sprzętu IT dla pracowni w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

- 1) dot. pozycji Komputer stacjonarny plus akcesoria – sztuk 20 - może być zastosowana karta graficzna dedykowana
- 2) dot. pozycji Komputer stacjonarny plus akcesoria – sztuk 20 - Komputer powinien posiadać minimalnie 2 porty video może być to dobrowolna kombinacja portów VGA, HDMI i DisplayPort 1.4
- 3) dot. pozycji Komputer stacjonarny plus akcesoria – sztuk 20 - Nie, Komputer nie musi posiadać portu RS232.
- 4) dot. pozycji Komputer stacjonarny plus akcesoria – sztuk 20 - Zasilacz powinien posiadać minimalnie 180W, więc można zastosować mocniejsze zasilacze
- 5) dot. pozycji Komputer stacjonarny plus akcesoria – sztuk 20 - Tak, karta wifi i bluetooth może być w formie karty na port USB
- 6) dotyczy pozycji Laptop – sztuk 1 - Tak, Laptop może nie posiadać funkcji dotykowej.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony do dnia 03.11.2022 r. do godziny 10:00. Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, który nastąpi w dniu 03.11.2022 r. o godz. 10:05. Oraz termin związania ofertą do dnia 02.12.2022 r.

W związku ze zmianą terminów, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje również zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

1. Zapis Rozdziału XV ust. 1 o treści:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **26.11.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zastępuje zapisem

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **02.12.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

## 2. Zapis Rozdziału XVI ust. 1 o treści:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 28.10.2022 r. do godziny 10:00**”

Zastępuje zapisem

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatostrzeszowski/proceedings> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 03.11.2022 r. do godziny 10:00**”

## 3. Zapis Rozdziału XVII ust. 1 o treści:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **28.10.2022 r. o godz. 10:05.**”

Zastępuje zapisem

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **03.11.2022 r. o godz. 10:05.**”

Zamawiający informuję również, że zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.