



SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w PILE
im. Stanisława Staszica
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00
Centrala (067) 210 66 66
Fax (067) 212 40 85
e-mail: wspila@pi.onet.pl
www.szpitalpila.pl

Piła, dn. 23.08.2021 roku

FZP.III-241/82/21/ZO

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania pod hasłem: „**MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI II – PAPIER KREPOWANY**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego postępowania wpłynęły następujące pytania:

1) Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 papieru krepowanego pakowanego po 350 sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawcy jest zobowiązany odpowiednio dostosować ilość opakowań i zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym zmianę. Zamawiający wymaga w danej pozycji 5 000 szt.

2) Pytanie

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 papieru pakowanego po 350 sztuk to ile opakowań Zamawiający wymaga ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w danej pozycji 5 000 szt., Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio dostosować formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do SWZ).

3) Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 papieru krepowanego pakowanego po 125 arkuszy z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawcy jest zobowiązany odpowiednio dostosować ilość opakowań i zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym zmianę. Zamawiający wymaga w danej pozycji 2 000 szt.,

4) Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 wkładki absorpcyjnej o wymiarach 300 x 500 mm bez zakładki w kolorze niebieskim o gramaturze 80 g/m², pakowanej po 1000 szt odpowiednio przeliczając ilość opakowań ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawcy jest zobowiązany odpowiednio dostosować ilość opakowań i zaznaczyć w formularzu asortymentowo-cenowym zmianę. Zamawiający wymaga w danej pozycji 6 000 szt.,