

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/22

Sucha Beskidzka dnia 15.02.2022r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych:  
ZOZ.V.010/DZP/07/22.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

PAKIET NR 44

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej nazwy producenta aparatu USG oraz modelu sondy USG, z którą ma współpracować przystawka biopsyjna.

**Odp.: Nazwa producenta aparatu USG –BekaMedical, model Sondy – BekaMedical typ 8808E 5-10MHz.**

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Suchej Beskidzkiej  
mgr Janusz Baczewski